

AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA
Sede Legale: via Valverde 42 – 37122 VERONA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 803 DEL 24/06/2026

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 23 del 28/02/2026, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Flavia Dal Bosco	Direttore Amministrativo
- dott. Viviana Coffele	Direttore Sanitario
- dott. Felice Alfonso Nava	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO, CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, SUDDIVISA IN 7 LOTTI, VALEVOLE PER LA DURATA DI 5 ANNI. AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 4 (CIG B786C9A2C1), LOTTO N. 6 (CIG B786C9C467) E LOTTO N. 7 (CIG B786C9D53A).

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si intende aggiudicare i Lotti nn. 4, 6 e 7 relativi alla procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio, con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiali di consumo, suddivisa in 7 lotti, valevole per la durata di 5 anni e più precisamente il Lotto n. 4 - Sistemi analitici automatici per l'esecuzione dei test di autoimmunità' (Ospedale di San Bonifacio) - a favore dell'RTI con capofila la Ditta Instrumentation Laboratory S.p.a., per l'importo complessivo offerto in gara di € 1.751.510,75 oltre IVA al 22%, di cui € 130,00 di costi e oneri per la sicurezza; il Lotto n. 6 - Sistema analitico automatico completo di hardware e software, che consenta estrazione, amplificazione e rilevazione di acidi nucleici con metodica di real time PCR (Ospedale di Legnago) -, in favore della ditta Abbott S.p.a., per l'importo complessivo offerto in gara di € 1.235.818,92 oltre IVA al 22%, di cui €130,00 di costi e oneri per la sicurezza; il Lotto n. 7 - Sistemi analitici automatici per diagnostica decentrata (poct) + middleware gestionale per le sedi di Malcesine, di Bussolengo e di Bovolone dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in favore della Ditta Esamed Srl, per l'importo complessivo offerto in gara di € 1.501.430,00, oltre IVA al 22%, di cui €130,00 di costi e oneri per la sicurezza.

Il Direttore di UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

f.f. dott. Corrado Maria Andriani giusta deliberazione di incarico n. 1330 del 20/10/2025;

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera n. 767 del 24/06/2025, è stata approvata la decisione a contrarre e l'espletamento della procedura aperta telematica multilotto per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio, con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, per la durata di 5 anni;

- con Bando di gara pubblicato sul TED, supplemento elettronico della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, il giorno 07/07/2025, è stata indetta la gara di appalto n. 437659-2025, a mezzo di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., da svolgersi sulla piattaforma telematica Sintel, suddivisa nei seguenti 7 lotti:

- Lotto n. 1 - CORELAB per gli Ospedali di Legnago, San Bonifacio e Villafranca - CIG n. B786C9704B;

- Lotto n. 2 - Contaglobuli automatici per l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico e dei reticolociti per gli Ospedali di Legnago, San Bonifacio e Villafranca - CIG n. B786C9811B;

- Lotto n. 3 - Sistemi analitici automatici per l'esecuzione dei test di coagulazione e software per la gestione dei pazienti in terapia anticoagulante per gli Ospedali di Legnago, San Bonifacio e Villafranca - CIG n. B786C991EE;

• Lotto n. 4 - Sistemi analitici automatici per l'esecuzione dei test di autoimmunità per l'Ospedale di San Bonifacio - CIG n. B786C9A2C1;

• Lotto n. 5 - Sistema analitico automatico per l'esecuzione di test tossicologici e dosaggio farmaci per l'Ospedale di Legnago - CIG n. B786C9B394;

• Lotto n. 6 - Sistema analitico automatico completo di hardware e software che consenta l'estrazione, amplificazione e rilevazione di acidi nucleici con metodica di real time PCR per l'Ospedale di Legnago - CIG n. B786C9C467;

• Lotto n. 7 - Sistemi analitici automatici per la diagnostica decentrata (POCT) e middleware gestionale per le sedi di Malcesine, Bussolengo e di Bovolone dell'Azienda Ulss 9 Scaligera - CIG n. B786C9D53A;

• con medesimo Bando di gara è stato fissato il termine di presentazione delle offerte entro le ore 14:00 del giorno 15/09/2025;

• con nota del 22/08/2025 a mezzo piattaforma telematica Sintel, il RUP ha comunicato, alla luce delle molte richieste presentate dagli Operatori Economici nonché del concomitante periodo di chiusura estiva di molte aziende, la proroga del termine delle offerte, posticipato alle ore 23:00 del giorno 25/09/2025;

• come previsto dal Disciplinare di gara, l'aggiudicazione della procedura è effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che entro il sopra citato termine del 25/09/2025 sono pervenute, distintamente per i Lotti n. 4, n. 6 e n. 7, le offerte degli Operatori economici, come di seguito dettagliate:

Lotto 4	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' (San Bonifacio)	1 - R.T.I. con: - Instrumentation Laboratory s.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208 (mandataria) - EUROIMMUN Italia s.r.l., con sede legale in via Corso Stati Uniti n. Padova (PD) C.F. 03680250283 (mandante) - Thermo Fisher Diagnostics s.p.a., con sede legale in via San Bovio n. 3 Segrate (MI), C.F. 00889160156 (mandante)
Lotto 6	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL time PCR (Legnago)	1 - ELITechGroup s.p.a., con sede legale in via C.sa Italia n. 22 (MI), C.F. 05239350969 2 - Abbott s.r.l., con sede legale in viale G. Ribotta n. 9 Roma, C.F. 00076670595
Lotto 7	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	1 - Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi s.r.l., con sede legale in via Bollate (MI), C.F. 03233560964 2 - A. Menarini Diagnostics s.r.l., con sede legale in via Sette Santi n. 3 Firenze, C.F. 05688870483 3 - Esamed s.r.l., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231 4 - A DE MORI s.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 57 (MI), C.F. 00152680203

• in data 26/09/2025, come da verbale di Seggio di gara agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa degli Operatori Economici offerenti per il Lotto n. 4, per il Lotto n. 6 e per il Lotto n. 7 ed alla conseguente verifica della completezza, regolarità e rispondenza agli atti di gara di quanto pervenuto;

• con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera n. 1321 del 14/10/2025 sono state nominate le Commissioni Giudicatrici, distintamente per Lotto, preposte alle valutazioni tecnico-qualitative delle offerte;

• in data 10/11/2025, come da verbale di Seggio di gara agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, al termine della verifica della documentazione amministrativa presentata ed integrata in risposta dell'attivazione del soccorso istruttorio, come da verbali di Seggio di gara del 26/09/2025, del 02/10/2025 e del 08/10/2025, si è proceduto ad ammettere alla fase successiva della procedura di gara tutti gli Operatori Economici che hanno presentato offerta per il Lotto n. 4, per il Lotto n. 6 e per il Lotto n. 7 in quanto la documentazione amministrativa presentata è risultata conforme a quanto richiesto;

• le Commissioni Giudicatrici incaricate della valutazione tecnico-qualitativa del Lotto n. 4, del Lotto n. 6 e del Lotto n. 7, nominate con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera n. 1321 del 14/10/2025, si sono riunite per il Lotto n. 4 nei giorni 18/11/2025 e 06/05/2026, per il Lotto n. 6 nei giorni 13/11/2025 e 31/03/2026 e per il Lotto n. 7 in data 14/11/2025 e in data 06/05/2026, come da corrispondenti verbali agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, allegati al presente provvedimento e parti integranti e sostanziali dello stesso, procedendo, al termine delle operazione di valutazione, ad attribuire i relativi punteggi alle offerte tecniche distinte per Lotto ed ammettendo alla successiva fase della procedura di gara gli Operatori Economici le cui offerte hanno ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a quello stabilito come soglia minima di sbarramento, ai sensi dell'art. 18.1 del Disciplinare di gara;

• in date 08/05/2026 e 14/05/2026, come da verbali di Seggio di gara, agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, allegati al presente provvedimento e parti integranti dello stesso, si è proceduto, distintamente per Lotto, all'apertura delle buste economiche degli Operatori Economici ammessi acquisendo il punteggio delle offerte, calcolato e attribuito automaticamente dalla piattaforma telematica Sintel tramite la formula c.d. "non lineare", ai sensi dell'art. 18.4 del Disciplinare di gara, conseguendone le seguenti graduatorie provvisorie:

Numero Lotto 4	FORNITORE	BASE D'ASTA quinquennale oltre IVA	OFFERTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE
SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' (San Bonifacio)	1 - R.T.I. con: Instrumentation Laboratory s.p.a., (mandataria) EUROIMMUN Italia s.r.l., (mandante) -Thermo Fisher Diagnostics s.p.a., (mandante)	€1.850.000,00	€1.751.380,75	66,64	30	96,64

Numero Lotto 6	FORNITORE	BASE D'ASTA quinquennale oltre IVA	OFFERTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE
SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL time PCR (Legnago)	ELITechGroup s.p.a.,	€1.250.000,00	€ 624.960,00	47,76	30	77,76

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani



SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL time PCR (Legnago)		€ 1.250.000,00				
	Abbott s.r.l.,		€1.235.688,92	70	14,10	84,10

Numero Lotto 7	FORNITORE	BASE D'ASTA quinquennale oltre IVA	OFFERTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE
SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	Esamed s.r.l., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231	€ 702.500,00	€ 461.902,00	69,81		
					30	99,81
SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi s.r.l., con sede legale in via Bollate (MI), C.F. 03233560964	€ 702.500,00	€ 632.099,00	65,50	23,46	88,96
SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	A DE MORI s.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 57 (MI), C.F. 00152680203	€ 702.500,00	€ 700.630,00	70	11,36	81,36
SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	A. Menarini Diagnostics s.r.l., con sede legale in via Sette Santi n. 3 Firenze, C.F. 05688870483	€ 702.500,00	€ 657.105,00	21,49	56,04	77,53

Evidenziato che:

- come da verbali del 14/05/2026 e del 09/06/2026, agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica e allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso, i CCNL proposti come equivalenti ai CCNL indicati al punto 3 del Disciplinare di gara, dalle ditte risultate prime in graduatoria rispettivamente per i Lotti n. 4 e n. 7, risultano avere garanzie di tutela equipollenti;

- come da verbale del 09/06/2026, agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, allegato al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, l'offerta dell'operatore economico Esamed Srl, prima nella graduatoria di aggiudicazione per il Lotto 7, in ragione delle giustificazioni presentate relative alle voci di prezzo e di costo, di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., può considerarsi congrua, seria, sostenibile e realizzabile;

- come da verbale del 09/06/2026, agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, tutte le offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti, distintamente per il Lotto n. 4, per il Lotto n. 6 e per il Lotto n. 7, risultano complete e conformi a quanto richiesto dagli atti di gara;

- il R.U.P., alla luce di quanto sopra esposto, ha formulato la proposta di aggiudicazione dei suddetti Lotti come segue:
- Lotto n. 4 a favore del R.T.I. con:
 - Instrumentation Laboratory S.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208 (mandataria)
 - EUROIMMUN Italia S.r.l., con sede legale in via Corso Stati Uniti n. Padova (PD) C.F. 03680250283 (mandante)
 - Thermo Fisher Diagnostics S.p.a., con sede legale in via San Bovio n. 3 Segrate (MI), C.F. 00889160156 (mandante),
- Lotto n. 6 a favore della Ditta Abbott S.r.l., con sede legale in viale G. Ribotta n. 9 Roma, C.F. 00076670595;
- Lotto n. 7 a favore della Ditta Esamed S.r.l., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231;
- la verifica dei requisiti di partecipazione di ordine generale dei suddetti operatori economici aggiudicatari, ai sensi degli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ha avuto esito positivo, come da documentazione agli atti dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, fatti salvi gli esiti dei controlli antimafia previsti dall'art. 94, punto 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e gli esiti delle verifiche sulla regolarità fiscale e sulle sanzioni amministrative delle ditte Thermo Fisher Diagnostics S.p.a. e Instrumentation Laboratory S.p.a. e sull'ottemperanza alla L. 68/1999 della ditta Abbott S.r.l. ;

• con prot. n. 63221 del 07/04/2026, il RUP ha esteso per il periodo di tre mesi i termini di conclusione della procedura ex art.17 punto 3 ed Allegato 1.3, punto 5 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i..

Osservato che è stato predisposto lo schema di contratto che regola i rapporti con i contraenti che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art.17, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., laddove prevede che l'organo competente dispone, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, l'aggiudicazione della procedura, che è immediatamente efficace.

Accertato che il servizio in oggetto:

- non rientra in procedure di gara centralizzate regionali o di vasta area;
- non rientra, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, nel testo vigente, in alcuna convenzione Consip;
- non rientra nell'elenco dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 111/2021 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria;
- non rientra nelle categorie merceologiche del DPCM del 11/02/2026;

Ritenuto opportuno:

- prendere atto e approvare le risultanze di aggiudicazione del Lotto n. 4, del Lotto n. 6 e del Lotto n. 7 della procedura aperta telematica multi lotto per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio, con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, per la durata di 5 anni;
- proporre di aggiudicare il Lotto n. 4 - Sistemi analitici automatici per l'esecuzione dei test di autoimmunità (Ospedale di San Bonifacio), a favore del RTI con Instrumentation Laboratory S.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208 (mandataria) e EUROIMMUN Italia s.r.l., con sede legale in via Corso Stati Uniti n. Padova (PD) C.F. 03680250283 (mandante) e Thermo Fisher Diagnostics s.p.a., con sede legale in via San Bovio n. 3 Segrate (MI), C.F. 00889160156 (mandante), per la durata di 5 anni, per un importo complessivo quinquennale di €1.751.510,75 oltre IVA (22%), di cui €130,00 di oneri della sicurezza derivanti da interferenza, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni;
- proporre di aggiudicare il Lotto n. 6, Sistema analitico automatico completo di hardware e software, che consenta estrazione, amplificazione e rilevazione di acidi nucleici con metodica di real time pcr (Ospedale di Legnago), a favore della Ditta Abbott s.r.l., con sede legale in viale G. Ribotta n. 9 Roma, C.F. 00076670595, per la durata di 5 anni, per un importo complessivo quinquennale di €1.235.818,92 oltre IVA (22%), di cui € 130,00 di oneri della sicurezza derivanti da interferenza, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni;
- proporre di aggiudicare il Lotto n. 7 - Sistemi analitici automatici per diagnostica decentrata (poc) + middleware gestionale per le sedi di Malcesine, di Bussolengo e di Bovolone dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, a favore della Ditta Esamed s.r.l., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231, per la durata di 5 anni, per un importo complessivo quinquennale di € 462.002,00 oltre IVA (22%), di cui € 100,00 di oneri della sicurezza derivanti da interferenza, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni;
- dare atto che il Quadro Economico di Spesa Complessivo dell'appalto in argomento, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera n. 767 del 24/06/2025, in relazione al Lotto n. 4, al Lotto n. 6 ed al Lotto n. 7,

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

venga aggiornato come di seguito precisato:

Quadro Economico di Spesa di Aggiudicazione Lotti n.4, n.6 e n.7

IMPORTO A BASE D'ASTA LOTTO 4	€ 1.850.000,00
a) Importo di aggiudicazione del Lotto 4	€1.751.380,75
b) Oneri per rischi da interferenza (D.U.V.R.I) - Lotto 4	€130,00
c) Opzione quinto d'obbligo + 20% (ex art. 120, co. 9, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Lotto 4	€ 350.276,15
d) Opzione rinnovo 24 mesi - Lotto 4	€ 700.552,30
e) Somme a disposizione per imprevisti - 10% base d'asta (ex art. 41, co. 12, D.Lgs. n. 36/2023 e art. 5, All. I.7 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Lotto 4	€ 175.138,08
f) Aliquota IVA - 22% - Lotto 4	€ 655.045,00
g) Importo incentivi ex art.45, D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. su base d'asta lotto 4 (determinazione provvisoria 2%) Lotto 4	€ 37.000,00
g1) Imposta Regionale sulle Attività produttive - IRAP (8,5% della quota incentivi) Lotto 4	€ 3.145,00
IMPORTO BASE D'ASTA LOTTO 6	€ 1.250.000,00
h) Importo di aggiudicazione del Lotto 6	€ 1.235.688,92
i) Oneri per rischi da interferenza (D.U.V.R.I) - Lotto 6	€130,00
l) Opzione quinto d'obbligo - 20% (ex art. 120, co. 9, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Lotto 6	€ 247.137,78
m) Opzione rinnovo 24 mesi - Lotto 6	€ 494.275,57
n) Somme a disposizione per imprevisti - 10% base d'asta (ex art. 41, co. 12, D.Lgs. n. 36/2023 e art. 5, All. I.7 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Lotto 6	€ 123.568,89
o) Aliquota IVA - 22% - Lotto 6	€ 462.176,26
p) Importo incentivi ex art.45, D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. su base d'asta lotto 6 (determinazione provvisoria 2%) Lotto 6	€ 25.000,00
p1) Imposta Regionale sulle Attività produttive - IRAP (8,5% della quota incentivi) Lotto 6	€ 2.125,00
IMPORTO BASE D'ASTA LOTTO 7	€ 702.500,00
q) Importo di aggiudicazione del Lotto 7	€ 461.902,00
r) Oneri per rischi da interferenza (D.U.V.R.I) - Lotto 7	€100,00
s) Opzione quinto d'obbligo - 20% (ex art. 120, co. 9, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Lotto 7	€ 92.380,40
t) Opzione rinnovo 24 mesi - Lotto 7	€ 184.760,80
u) Somme a disposizione per imprevisti - 10% base d'asta (ex art. 41, co. 12, D.Lgs. n. 36/2023 e art. 5, All. I.7 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) - Lotto 7	€ 46.190,20
v) Aliquota IVA - 22% - Lotto 5	€ 172.773,35
z) Importo incentivi ex art.45, D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. su base d'asta lotto 7 (determinazione provvisoria 2%) Lotto 7	€ 14.050,00

z1) Imposta Regionale sulle Attività produttive - IRAP (8,5% della quota incentivi) Lotto 7	€ 1.194,25
TOTALE	€ 7.236.120,70

- proporre che l'importo di aggiudicazione del Lotto n. 4, pari a € 2.136.843,12 IVA al 22% inclusa, sia imputato al Bilancio Economico dei relativi anni di competenza e sia registrato ai conti BA0240 - Dispositivi Medici IVD e BA2020 - Noleggio Attrezzature Sanitarie;
- proporre relativamente al Lotto n. 4, che l'importo di € 37.000,00 sia registrato al conto PBA270 - Altri fondi incentivi funzioni tecniche, quali incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con riserva di rideterminarli a seguito di adozione, da parte di questa Amministrazione, del nuovo Regolamento incentivi funzioni tecniche;
- proporre che l'importo di aggiudicazione del Lotto n. 6, pari a € 1.507.699,08, IVA al 22% inclusa, sia imputato al Bilancio Economico dei relativi anni di competenza e sia registrato ai conti BA0240 - Dispositivi Medici IVD e BA2020 - Noleggio Attrezzature Sanitarie;
- proporre relativamente al Lotto n. 6, che l'importo di € 25.000,00 sia registrato al conto PBA270 - Altri fondi incentivi funzioni tecniche, quali incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con riserva di rideterminarli a seguito di adozione, da parte di questa Amministrazione, del nuovo Regolamento incentivi funzioni tecniche;
- proporre che l'importo di aggiudicazione del Lotto n. 7, pari a € 563.642,44, IVA al 22% inclusa, sia imputato al Bilancio Economico dei relativi anni di competenza e sia registrato ai conti BA0240 - Dispositivi Medici IVD e BA2020 - Noleggio Attrezzature Sanitarie;
- proporre relativamente al Lotto n. 7, che l'importo di € 14.050,00, sia registrato al conto PBA270 - Altri fondi incentivi funzioni tecniche, quali incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con riserva di rideterminarli a seguito di adozione, da parte di questa Amministrazione, del nuovo Regolamento incentivi funzioni tecniche;
- proporre che l'importo complessivo di € 6.464,25 quale importo dovuto per il pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) correlato agli incentivi per funzioni tecniche per i Lotti n.4, n.6 e n.7, sia imputato in un apposito fondo del Bilancio aziendale;
- demandare a successivo provvedimento l'autorizzazione delle opzioni contrattualmente previste;
- approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso ed autorizzarne la stipula;
- autorizzare l'esecuzione anticipata dei contratti, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- confermare per le funzioni di Responsabile Unico del Progetto il Direttore f.f. della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Corrado Andriani;
- proporre per le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Legnago;

Precisato che la presente Deliberazione verrà pubblicata ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di competenza;

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- 3) di aggiudicare il Lotto n. 4 - Sistemi analitici automatici per l'esecuzione dei test di autoimmunità (Ospedale di San Bonifacio), a favore del RTI con Instrumentation Laboratory S.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208 (mandataria) e EUROIMMUN Italia s.r.l., con sede legale in via Corso Stati Uniti n. Padova (PD) C.F. 03680250283 (mandante) e Thermo Fisher Diagnostics s.p.a., con sede legale in via San Bovio n. 3 Segrate (MI), C.F. 00889160156 (mandante), per la durata di 5 anni, per un importo complessivo quinquennale di €1.751.510,75 oltre IVA (22%), di cui €130,00 di oneri della sicurezza derivanti da interferenza, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni;
- 4) di aggiudicare il Lotto n. 6, Sistema analitico automatico completo di hardware e software, che consenta estrazione, amplificazione e rilevazione di acidi nucleici con metodica di real time pcr (Ospedale di Legnago), a favore della Ditta Abbott s.r.l., con sede legale in viale G. Ribotta n. 9 Roma, C.F. 00076670595, per la durata di 5 anni, per un importo complessivo quinquennale di €1.235.818,92 oltre IVA (22%), di cui € 130,00 di oneri della sicurezza derivanti da interferenza, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni;
- 5) di aggiudicare il Lotto n. 7 - Sistemi analitici automatici per diagnostica decentrata (poct) + middleware gestionale per le sedi di Malcesine, di Bussolengo e di Bovolone dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, a favore della Ditta Esamed s.r.l., con sede legale in via

Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231, per la durata di 5 anni, per un importo complessivo quinquennale di € 462.002,00 oltre IVA (22%), di cui € 100,00 di oneri della sicurezza derivanti da interferenza, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni;

6) di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

7) di approvare l'aggiornamento del Quadro Economico di Spesa Complessivo dell'appalto in argomento riferito al Lotto n. 4, al Lotto n. 6 ed al Lotto n. 7, già approvato con precedente Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera n. 767 del 24/06/2025, come precisato in premessa;

8) di approvare che l'importo di aggiudicazione del Lotto n. 4, pari a € 2.136.843,12 IVA al 22% inclusa, sia imputato al Bilancio Economico dei relativi anni di competenza e sia registrato ai conti BA0240 - Dispositivi Medici IVD e BA2020 - Noleggio Attrezzature Sanitarie;

9) di approvare, relativamente al Lotto n. 4, che l'importo di € 37.000,00 sia registrato al conto PBA270 - Altri fondi incentivi funzioni tecniche, quali incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con riserva di rideterminarli a seguito di adozione, da parte di questa Amministrazione, del nuovo Regolamento incentivi funzioni tecniche;

10) di approvare che l'importo di aggiudicazione del Lotto n. 6, pari a € 1.507.699,08 €, IVA al 22% inclusa, sia imputato al Bilancio Economico dei relativi anni di competenza e sia registrato ai conti BA0240 - Dispositivi Medici IVD e BA2020 - Noleggio Attrezzature Sanitarie;

11) di approvare relativamente al Lotto n. 6, che l'importo di € 25.000,00 sia registrato al conto PBA270 - Altri fondi incentivi funzioni tecniche, quali incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con riserva di rideterminarli a seguito di adozione, da parte di questa Amministrazione, del nuovo Regolamento incentivi funzioni tecniche;

12) di approvare che l'importo di aggiudicazione del Lotto n. 7, pari a € 563.642,44, IVA al 22% inclusa, sia imputato al Bilancio Economico dei relativi anni di competenza e sia registrato ai conti BA0240 - Dispositivi Medici IVD e BA2020 - Noleggio Attrezzature Sanitarie;

13) di approvare relativamente al Lotto n. 7, che l'importo di € 14.050,00, sia registrato al conto PBA270 - Altri fondi incentivi funzioni tecniche, quali incentivi alle funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con riserva di rideterminarli a seguito di adozione, da parte di questa Amministrazione, del nuovo Regolamento incentivi funzioni tecniche;

14) di approvare l'importo complessivo di € 6.464,25 quale importo dovuto per il pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) correlato agli incentivi per funzioni tecniche per i Lotti n.4, n.6 e n.7, sia imputato in un apposito fondo del Bilancio aziendale;

15) di demandare a successivo provvedimento l'autorizzazione delle opzioni contrattualmente previste;

16) di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso e autorizzarne la stipula;

17) di autorizzare l'esecuzione anticipata dei contratti, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

18) di confermare per le funzioni di Responsabile Unico del Progetto il Direttore f.f. della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, dott. Corrado Andriani;

19) di nominare per le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi dell'Ospedale di Legnago, dott.ssa Antonella Bassi;

20) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il Direttore Sanitario
dott. Viviana Coffele

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

	Azienda ULSS 9 - Scaligera Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona cod.fisc. e P. IVA 02573090236 Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it
---	--

U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore f.f. Dott. Corrado Maria Andriani

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA DURATA DI 5 ANNI.

LOTTO ____ (CIG ____)

Scrittura privata con firma digitale

TRA

Il Direttore della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, delegato alla firma dal Direttore Generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera con Deliberazione n.288 del 03/03/2026, Dott. Corrado Andriani, nato a ____ il ____;

E

Il sig. _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede della società _____ che in qualità di Legale Rappresentante, come risulta dal certificato della Camera di Commercio di _____ in data 00.00.0000, in atti, interviene in nome e per conto della ditta _____ con sede in _____, Via _____, n. ____ - codice fiscale n. _____ e Partita IVA _____ (oppure: Il sig. _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la sede della società _____ che agisce nel presente atto in qualità di procuratore speciale, all'uopo designato, giusta procura speciale del Dott. _____, notaio in _____, del _____, Rep. n. _____, in atti, che interviene in nome e per conto della Società _____ con sede in via _____, n. ____ - _____ – codice fiscale n. _____).

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera n. ____ del _____, è stata disposta, ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicazione con efficacia immediata della procedura in oggetto, a _____ con sede _____ Via _____, codice e partita IVA n. _____, ;
- è decorso il termine per la stipula del contratto, ai sensi dell'art.18, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it
Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

1/6

Art.1

L'Azienda Ulss 9 Scaligera, nella persona del Direttore f.f. della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, delegato dal Legale Rappresentante dell'Ente affida a _____, con sede in via _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, che nelle persone del/i sopra citato/i rappresentante/i legale/i accettano la seguente fornitura, da ottemperarsi come specificato nel Disciplinare di gara e suoi allegati, sottoscritti al momento della presentazione dell'offerta: Lotto _____

Art.2

L'importo contrattuale complessivo è pari a € _____ oltre IVA, di cui € _____ di costi e oneri per la sicurezza.

I servizi resi nel periodo di vigenza contrattuale saranno remunerati con i prezzi offerti in gara, come riportato nel documento di offerta allegato al presente contratto, e verranno corrisposti ai sensi degli art. 21 e 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.3

La durata del contratto è di 5 anni, rinnovabile per ulteriori 2 anni, ed avrà decorrenza dal collaudo positivo dell'ultima attrezzatura/sistema del lotto. L'ultimo collaudo terrà luogo di verbale di inizio fornitura, risultante dal verbale sottoscritto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art.4

L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute:

- nella documentazione di gara sottoscritta per accettazione in sede di presentazione dell'offerta (Disciplinare di gara e suoi allegati, Capitolato tecnico, Patto d'integrità dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in materia di contratti pubblici, Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) con allegata Nota informativa sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda Ulss 9 Scaligera);
- nei documenti che compongono l'offerta tecnica;
- nei documenti che compongono l'offerta economica.

Tutti i sopra citati documenti, agli atti della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, al rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute negli allegati al presente contratto.

Art.5

L'Appaltatore deve essere in possesso dei necessari requisiti di partecipazione di ordine generale continuativamente per tutta la durata del contratto.

Ai sensi dell'art.1, comma 2-bis, della L. 241/1990, L'Appaltatore ha l'onere di comunicare tempestivamente all'Azienda Ulss 9 Scaligera l'eventuale sopravvenuta carenza di uno qualunque dei suddetti requisiti.

Art.6

Il presente contratto non può essere ceduto, a qualunque titolo, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Le prestazioni oggetto del presente contratto di appalto non possono, altresì, formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto medesimo, ai sensi dell'art.119, comma 17, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Ai sensi del Regolamento aziendale in materia di cessione di crediti derivanti da corrispettivo di contratti, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 9 Scaligera n. 203 del 28/02/2024, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, siano essi relativi a prestazioni già eseguite, sia a prestazioni ancora da eseguire.

Art.7

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a garanzia dell'esatto adempimento del presente contratto, ha costituito una garanzia definitiva pari a € _____, già ridotta del _____ (30%, del 20% e del 10%, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.), mediante polizza fideiussoria n. 896BGI2600358, emessa da _____ in data _____.

Art.8

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, a garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dall'esecuzione del servizio in oggetto, ha stipulato idonee polizze assicurative a nome di _____, n. _____ del _____ con _____, e, copie delle quali sono agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Art.9

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, e si impegna, altresì, in caso di subappalto, a dare immediata comunicazione all'Azienda Ulss 9 Scaligera e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Verona – della eventuale notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Affinché l'Azienda Ulss 9 Scaligera possa assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 e s.m.i., L'Appaltatore deve trasmettere tempestivamente a questa amministrazione copia di tutti i contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in oggetto. Detti contratti dovranno contenere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi (subappaltatore e/o subcontraente) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

Le transazioni relative al presente contratto saranno effettuate avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati, comunicati dall'Appaltatore all'Azienda Ulss 9 Scaligera, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, come di seguito indicati:

Ditta:

Banca:

C/C - ABI - CAB - CIN

IBAN - Swift Code

E le seguenti generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso:

1) Cognome - Nome, nata a il _____, CF _____

Il lotto oggetto del presente contratto ha il seguente **CIG**:

Lotto n.	CIG
----------	------------

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art.10

Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 ottobre 2025 e s.m.i. ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto d'appalto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al Capo IV del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.. In tal caso sarà anche applicata a carico dell'Appaltatore, soggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto

L'Appaltatore s'impegna a inserire nel contratto di subappalto o altro subcontratto di cui all'Allegato A, del Protocollo di legalità una clausola risolutiva espressa (Clausola n. 3-A) che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del sub-contratto, informative interdittive di cui al Capo IV del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i.. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o altro sub-contratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, soggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del subappalto o del subcontratto.

L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente all'Azienda Ulss 9 Scaligera ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto.

Art.11

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 (GDPR), e ulteriori provvedimenti in materia.

L'Appaltatore dovrà garantire il trattamento dei dati personali improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai citati D.Lgs. n.

196/2003 e GDPR, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore, all'atto della stipula del contratto, sottoscrive l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, agli atti presso l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, assumendo la responsabilità a trattare i dati personali in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto dei predetti D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR.

Art.12

La risoluzione anticipata dal contratto o il recesso è possibile ai sensi delle disposizioni contenute nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nelle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi nonché alle norme contenute nel Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

Art.13

Ai sensi dell'art.213, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. il presente contratto non prevede la clausola compromissoria per il ricorso all'arbitrato.

Per tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il foro di Verona.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, L'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del contratto e fatta salva la possibilità per l'Azienda Ulss 9 Scaligera di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 14

Tutte le spese del presente contratto, della sua registrazione e tutte le altre ad esso inerenti, sono a totale carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Art. 15

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa espresso richiamo alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi nonché alle norme contenute nel Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto applicabili.

Per l'Azienda Ulss 9 Scaligera
(Dott. Corrado Andriani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs.07/03/ 2005, n. 82 e s.m.i.

Il Legali Rappresentanti

di _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs.07/03/ 2005, n. 82 e s.m.i.

Allegato

_ Documento di offerta economica per il lotto n ____

Via A. Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709
dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it
Pec: *eproc.aulss9@pecveneto.it*

5/6

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'appaltatore dichiara di approvare specificamente tutte le disposizioni del presente contratto, nonché i seguenti articoli del Disciplinare di gara:

Art. 3 – Oggetto dell'appalto e importo;

Art. 5 – Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione;

Art. 6 – Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova;

Art. 8 - Subappalto;

Art. 9 – Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione;

Art. 10 – Garanzia provvisoria e definitiva;

Art. 25 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 26 – Codice di comportamento;

Art. 28 – Definizione delle controversie;

Art. 29 – Adempimenti antimafia;

Art. 30 – Trattamento dei dati personali;

Art. 31 – Norme e condizioni finali.

Con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto:

Art. 1 “Oggetto e quantità e caratteristiche della fornitura”; art. 2 “Condizioni generali di fornitura – Oneri particolari a carico dell'appaltatore” Art. 3 – “Durata del contratto” - Art. 5 “Collaudo dei sistemi analitici” – Art.9 – “Periodo di prova e verifica di conformità” - Art. 11 “Garanzie e controlli” - Art. 16 “Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto” - Art. 19 “Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione” – Art. 20 “Inadempimenti e penalità”; Art. 21. “Corrispettivi”; 22 “Fatturazioni e pagamenti”, Art. 22 Bis “Divieto di Cessione dei crediti”; Art. 23 “Revisione prezzi”; Art. 24 – “Sospensione della fornitura”; Art. 26 “Cessione del contratto e subappalto”; Art. 27 “Risoluzione del contratto”; Art. 28 “Recesso unilaterale”; Art. 32 - “Misure di contrasto alla criminalità organizzata e adempimenti prevenzione della corruzione ”; Art. 38 “Foro competente”

E tutto l'Allegato 1A – Capitolato Tecnico per il Lotto 1

Il Legale Rappresentant
di _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs.07/03/ 2005, n. 82 e s.m.i.

Il giorno 09.06.2026 alle ore 9,00, in Verona presso gli Uffici dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera di Via Pacinotti, 16 sono presenti:

Dott. Corrado Andriani	Presidente di gara e Responsabile Unico del Progetto
Dott.ssa Rita Falezza	Teste
Dott.ssa Sonia Martari	Teste

Il Presidente di gara e Rup , ai sensi dell'art 110 del D.L.vo 36/2023 e s.m.i., e come richiamato nelle disposizioni di gara all'art. 23 del Disciplinare, prende atto delle giustificazioni inviate dalla ditta Esamed SRL in data 21.05.2026 e dell'integrazione alle stesse inviata in data 08.06.2026, e procede all'analisi di quanto indicato dalla stessa nell'Allegato D1 – Giustificazioni dell'Offerta Economica ai fini della valutazione di congruità dell'offerta. Il Presidente e Rup rileva che la Ditta Esamed Srl presenta elementi di vantaggio competitivo relativi principalmente al fatto che è un'azienda distributrice esclusiva dei prodotti oggetto di gara, ne garantisce continuità di distribuzione, di assistenza e quindi di economicità rispetto al mercato di riferimento ed essendo anche azienda con sede in Regione Veneto beneficia di minori costi generali che si riflettono positivamente nella proposta economica. L'analisi dei costi presentata evidenzia una adeguata incidenza degli stessi con particolare riferimento ai costi per la manodopera (10%), della sicurezza e della salute dei lavoratori (1%) e la presenza di un utile (30%).

Il Presidente di gara e Rup visto ed analizzato quanto dichiarato e prodotto dalla ditta Esamed Srl ritiene che l'offerta presentata dalla stessa sia congrua, seria e sostenibile ai sensi dell'art 110 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Il Presidente di gara e RUP rileva che il CCNL proposto dalla ditta Esamed Srl. è il CCNL Terziario Confcommercio, identificato dal codice alfanumerico unico H011, di cui all'art. 16-quarter del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020. Il Presidente di gara e RUP evidenzia di aver svolto specifica istruttoria e di aver analizzato i punti di equivalenza, previsti nello schema dell'Allegato 3 al Disciplinare di gara, rapportandoli ai CCNL indicati al punto 3 del Disciplinare di gara, Commercio H024, rilevando garanzie di tutela equipollenti al CCNL proposto come equivalente.

IL Presidente di gara e RUP verificata l'equivalenza dei CCNL dichiarata dal suddetto operatore economico e preso atto della graduatoria di aggiudicazione formulata in ragione delle offerte pervenute, propone di aggiudicare il Lotto n. 7 - Sistemi analitici automatici per diagnostica decentrata (poct) + middleware gestionale per le sedi di Malcesine, di Bussolengo e di Bovolone dell' Ulss 9 Scaligera, alla società Esamed s.r.l., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231, per un importo complessivo quinquennale di € 462.002,00 oltre IVA (22%), di cui € 100,00 di oneri della sicurezza derivanti da interferenza.


Una volta effettuati i controlli sui requisiti generali previsti dalla norma, l'aggiudicazione verrà approvata con apposito provvedimento deliberativo ai sensi dell'art.17, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i..

La seduta di gara si chiude alle ore 10.30.

IL PRESIDENTE DI GARA E RUP



IL TESTE



IL TESTE



S.p.a è il CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO, identificato dal codice alfanumerico unico H011, di cui all'art. 16-quarter del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020. Il Presidente di gara e Rup evidenzia di aver svolto specifica istruttoria e di aver analizzato i punti di equivalenza, previsti nello schema dell'Allegato 3 al Disciplinare di gara, rapportandoli ai CCNL indicati al punto 3 del Disciplinare di gara, Chimico-farmaceutico ed affini B011 - Aziende Industriali V012 - Commercio H024, rilevando garanzie di tutela equipollenti ai CCNL proposti come equivalenti.

IL Presidente di gara e RUP verificata l'equivalenza dei CCNL dichiarata dai suddetti operatori economici procede con la definizione di punteggi del lotto n. 4 di gara come di seguito riportati e come risulta dai prospetti della Piattaforma Sintel allegati:

Numero Lotto	FORNITORE	BASE D'ASTA quinquennale oltre IVA	OFFERTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE
4	1 - R.T.I. con: Instrumentation Laboratory s.p.a., (mandataria) EUROIMMUN Italia s.r.l., (mandante) -Thermo Fisher Diagnostics s.p.a., (mandante)	€ 1.850.000,00	€ 1.751.380,75	66,64	30	96,64

Il Presidente di gara, preso atto della graduatoria di aggiudicazione formulata in ragione dell'unica offerta pervenuta, propone di aggiudicare il Lotto n. 4 - Sistemi analitici automatici per l'esecuzione dei test di autoimmunità (San Bonifacio), al RTI con Instrumentation Laboratory S.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208 (mandataria) e EUROIMMUN Italia s.r.l., con sede legale in via Corso Stati Uniti n. Padova (PD) C.F. 03680250283 (mandante) e Thermo Fisher Diagnostics s.p.a., con sede legale in via San Bovio n. 3 Segrate (MI), C.F. 00889160156 (mandante) per un

importo complessivo quinquennale di €1.751.510,75 oltre IVA (22%), di cui €130,00 di oneri della sicurezza derivanti da interferenza. Il Presidente di gara e RUP procede quindi con la definizione della graduatoria del lotto di gara n. 6 come di seguito riportata e come risulta dai prospetti della Piattaforma Sintel allegati,:

Numero Lotto 6	FORNITORE	BASE D'ASTA quinquennale oltre IVA	OFFERTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO O PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE
SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL time PCR (Legnago)	ELITechGroup s.p.a.,	€ 1.250.000,00	€ 624.960,00	47,76	30	77,76
SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL time PCR (Legnago)	Abbott s.r.l.,	€ 1.250.000,00	€ 1.235.688,92	70	14,10	84,10

Il Presidente di gara e Rup procede preliminarmente, ai sensi dell'art 110 del D.L.vo 36/2023 e s.m.i., e come richiamato nelle disposizioni di gara all'art. 23 del Disciplinare, con il calcolo necessario a determinare la soglia di anomalia dell'offerta, come di seguito riportato:

FORNITORE	BASE D'ASTA quinquennale oltre IVA	OFFERTA OLTRE IVA	RIBASSO %
ELITechGroup s.p.a., con sede legale in via C.sà Italia n. 22 (MI), C.F. 05239350969	€ 1.250.000,00	€ 624.960,00	50,0032
Abbott s.r.l., con sede legale in viale G. Ribotta n. 9 Roma, C.F. 00076670595	€ 1.250.000,00	€ 1.235.688,92	1,14489
		MEDIA DEI RIBASSI	25,57

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

MEDIA DEI RIBASSI +10%	28,13

L'offerta aggiudicataria della Ditta Abbott Srl non risulta anormalmente bassa in quanto presenta una percentuale di ribasso sull'importo complessivo a base d'asta inferiore rispetto alla media dei ribassi aumentata del 10%, come previsto all'art. 23 del Disciplinare di gara.

Il Presidente di gara, preso atto della graduatoria di aggiudicazione formulata in ragione delle offerte pervenute, propone di aggiudicare il Lotto n. 6 - Sistema analitico automatico completo di hardware e software, che consenta estrazione, amplificazione e rilevazione di acidi nucleici con metodica di real time pcr (Legnago), alla società Abbott s.r.l., con sede legale in viale G. Ribotta n. 9 Roma, C.F. 00076670595 per un importo complessivo quinquennale di €1.235.818,92 oltre IVA (22%), di cui € 130,00 di oneri della sicurezza derivanti da interferenza.

Il Presidente di gara e RUP procede quindi con la definizione della graduatoria del lotto di gara n. 7 come di seguito riportata e come risulta dai prospetti della Piattaforma Sintel allegati,:

Numero Lotto 7	FORNITORE	BASE D'ASTA quinquennale oltre IVA	OFFERTA	PUNTEGGIO QUALITA'	PUNTEGGIO O PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE
SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	Esamed s.r.l., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231	€ 702.500,00	€ 461.902,00	69,81	30	99,81
SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi s.r.l., con sede legale in via Bollate (MI), C.F. 03233560964	€ 702.500,00	€ 632.099,00	65,50	23,46	88,96

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	A DE MORI s.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 57 (MI), C.F. 00152680203	€ 702.500,00	€ 700.630,00	70	11,36	81,36
SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	A. Menarini Diagnostics s.r.l., con sede legale in via Sette Santi n. 3 Firenze, C.F. 05688870483	€ 702.500,00	€ 657.105,00	21,49	56,04	77,53

Il Presidente di gara e Rup procede preliminarmente, ai sensi dell'art 110 del D.L.vo 36/2023 e s.m.i., e come richiamato nelle disposizioni di gara all'art. 23 del Disciplinare, con il calcolo necessario a determinare la soglia di anomalia dell'offerta, come di seguito riportato:

FORNITORE	BASE D'ASTA quinquennale oltre IVA	OFFERTA OLTRE IVA	RIBASSO %
Esamed s.r.l.,	€ 702.500,00	€ 461.902,00	34,24883
Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi s.r.l.,	€ 702.500,00	€ 632.099,00	10,02149
A DE MORI s.p.a.,	€ 702.500,00	€ 700.630,00	0,26619
A. Menarini Diagnostics s.r.l.,	€ 702.500,00	€ 657.105,00	6,46192
MEDIA DEI RIBASSI			12,75
MEDIA DEI RIBASSI +10%			14,03

L'offerta aggiudicataria della Ditta Esamed Srl risulta in questa fase anormalmente bassa in quanto presenta una percentuale di ribasso sull'importo complessivo a base d'asta superiore rispetto alla media dei ribassi aumentata del 10%, come previsto all'art. 23 del Disciplinare di gara.

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani


Il Presidente di gara e Rup , ai sensi dell'art 110 del D.L.vo 36/2023 e s.m.i., e come richiamato nelle disposizioni di gara all'art. 23 del Disciplinare, procede ad effettuare le verifiche relative all'anomalia dell'offerta richiedendo tramite la piattaforma Sintel le opportune giustificazioni alla Ditta Esamed Srl.

La seduta di gara si chiude alle ore 13.40.

IL PRESIDENTE DI GARA



IL TESTE



IL TESTE



LOTTO N. 4

Pagina 23 di 132

Homepage x Home - ARIA x Piattaforma e-Procurement Sim x +

sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do

Home Google GMAIL UL559 WebRainbow 4 - PR... WebRainbow5 DELI... PEC nuova TRASPARENZA NUL... Trasparenza NQCon... NovaPA - 888 Softw... STIPENDIO E FERIE BANDiccaMed ALBO FORNITORI/ N... MIT - Servizio Contr... ANAC

REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO | GUIDA | VAI AL PORTALE | LOGOFF

SINTEL
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

Numero verde 800.116.738

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190 INTEROPERABILITÀ APPALTI

Utente: Falezza Rita - Impiegato | Vedi il mio profilo | Comunicazioni (0)

MENU

- Amministrazione
 - Dettaglio della procedura
 - Documentazione di gara
 - Storia offerte
 - Lista partecipanti
 - Aggiudicazione procedura
 - Report di procedura
 - Modello della procedura
 - Notifiche
 - Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SI... > SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DI T...

Ritorna all'elenco delle procedure
Visualizza Lotti
Visualizza MultiLotto

Attenzione: se si intende procedere alla Proposta di aggiudicazione secondo la graduatoria attuale cliccare sul tasto "Proposta di aggiudicazione" in corrispondenza dell'offerta cui si intende aggiudicare. Se si intende gestire la graduatoria economica generata e il punteggio totale in maniera autonoma, cliccare sul tasto GRADUATORIA ECONOMICA OFFLINE.

1 BUSTE TECNICHE 2 BUSTE ECONOMICHE 3 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 4 AGGIUDICAZIONE

GRADUATORIA ECONOMICA OFFLINE CREA REPORT INTERMEDIO COMPARA OFFERTE NON AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	VALORE ECONOMICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TOTALE	STATO VALUTAZIONE	AZIONI	NUMERO PROTOCOLLO
1758726918181	Instrumentation Laboratory 02368591208	RTI IL - EUROMILUN - THERMO FISHER(Raggruppamento temporaneo di imprese)	1.751.380,75000 EUR	30,00	66,64	96,64	Valutata	Dettaglio Assegna	

Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base d'asta

Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

SINTEL E-PROCUREMENT - V.5.58.3.1 © Regione Lombardia. P.I. 12074720159. Tutti i diritti riservati. Scarica Termini e Condizioni d'Utilizzo Scarica Informativa Privacy

Regione Lombardia ARIA

Cerca

27°C Soleggiato 16:24 08/06/2025

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

DELIBERAZIONE DEL 08/06/2025 DEL DIRETTORE GENERALE N. 394

LOTTO N. 6

Pagina 25 di 132

Homepage x Home - ARIA x Piattaforma e-Procurement Sim x +

sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do

Homepage Google GMAIL UL559 WebRainbow 4 - PR... WebRainbow5 DELL... PEC nuova TRASPARENZA NUL... Trasparenza NQCon... NovaPA - 888 Softw... STIPENDIO E FERIE BANDICsaMed ALBO FORNITORI/ N... MIT - Servizio Contr... ANAC >>

REQUISITI PER IL CORRETTO UTILIZZO | GUIDA | VAI AL PORTALE | LOGOFF

SINTEL
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

Numero verde 800.116.738

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190 INTEROPERABILITÀ APPALTI

Utente: Falezza Rita - Impiegato | Vedi il mio profilo | Comunicazioni (0)

MENU

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SI... > SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE ...

Amministrazione
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Storia offerte
Lista partecipanti
Aggiudicazione procedura
Report di procedura
Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

Ritorna all'elenco delle procedure
Visualizza Lotti
Visualizza MultiLotto

Attenzione: se si intende procedere alla Proposta di aggiudicazione secondo la graduatoria attuale cliccare sul tasto "Proposta di aggiudicazione" in corrispondenza dell'offerta cui si intende aggiudicare.
Se si intende gestire la graduatoria economica generata e il punteggio totale in maniera autonoma, cliccare sul tasto GRADUATORIA ECONOMICA OFFLINE.

1 BUSTE TECNICHE 2 BUSTE ECONOMICHE 3 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 4 AGGIUDICAZIONE

GRADUATORIA ECONOMICA OFFLINE CREA REPORT INTERMEDIO COMPARA OFFERTE NON AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	VALORE ECONOMICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TOTALE	STATO VALUTAZIONE	AZIONI	NUMERO PROTOCOLLO
1758718322105	Abbott S.r.l. 00076670995	Forma singola	1.235.438,92000 EUR	14,10	70,00	84,10	Valutata	Dettaglio	Assegna
1758723717651	ELTechGroup 05239350969	Forma singola	624.980,00000 EUR	30,00	47,76	77,76	Valutata	Dettaglio	Assegna

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base d'asta

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

SINTEL E-PROCUREMENT - V9.58.3.1 © Regione Lombardia. P.I. 12874720159. Tutti i diritti riservati. Scarica Termini e Condizioni d'Utilizzo Scarica Informativa Privacy

Regione Lombardia ARIA

Cerca

Avvertenza temporale

avviso.veneto.it
Accesso a Internet

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

DELIBERAZIONE DEL 10/06/2020 DEL

Pagina 26 di 132

Homepage x Home - ARIA x Piattaforma e-Procurement Sim x +

sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do#

Home Page Google GMAIL UL559 WebRainbow 4 - PR... WebRainbow5 DELL... PEC nuova TRASPARENZA NUL... Trasparenza NQCon... NovaPA - B88 Softw... STIPENDIO E FERIE BANDICSA Med ALBO FORNITORI N... MIT - Servizio Contr... ANAC

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190 INTEROPERABILITÀ APPALTI

Utente: Falezza Rita - Impiegato | Vedi il mio profilo | Comunicazioni(0)

MENU

- Amministrazione
 - Dettaglio della procedura
 - Documentazione di gara
 - Storia offerte
 - Lista partecipanti
 - Aggiudicazione procedura
 - Report di procedura
 - Modello della procedura
 - Notifiche
 - Libreria Documentale

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SI... > SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DEGEN...

Ritorna all'elenco delle procedure
Visualizza Lotti
Visualizza MultiLotto

Attenzione: se si intende procedere alla Proposta di aggiudicazione secondo la graduatoria attuale cliccare sul tasto "Proposta di aggiudicazione" in corrispondenza dell'offerta cui si intende aggiudicare.
Se si intende gestire la graduatoria economica generata e il punteggio totale in maniera autonoma, cliccare sul tasto GRADUATORIA ECONOMICA OFFLINE.

1 SUESTE TECNICHE 2 SUESTE ECONOMICHE 3 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 4 AGGIUDICAZIONE

GRADUATORIA ECONOMICA OFFLINE CREA REPORT INTERMEDIO COMPARA OFFERTE NON AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	VALORE ECONOMICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TOTALE	STATO VALUTAZIONE	AZIONI	NUMERO PROTOCOLLO
1758788511383	Examel Srl 04715160231	Forma singola	661.902,00000 EUR	30,00	69,81	99,81	Valutata	Dettaglio Assegna	
1758821104249	GESTIONE ELETTROMEDICALI PRODOTTI PER ANALISI SRL in breve GEPA 03233560964	Forma singola	612.099,00000 EUR	23,46	65,50	88,96	Valutata	Dettaglio Assegna	
1758728145294	A DE MORI SPA 00152680203	Forma singola	700.630,00000 EUR	11,35	70,00	81,35	Valutata	Dettaglio Assegna	
1758801468005	A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL 05635670483	Forma singola	657.105,00000 EUR	21,49	56,04	77,53	Valutata	Dettaglio Assegna	

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base d'asta

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta. In base alla formula selezionata

Cerca

Alerta temporale 16:18 08/06/2025

LOTTO N. 7

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

DELIBERAZIONE DEL 08/06/2025 DEL DIRETTORE GENERALE N. 394

Pagina 27 di 132

HomepageHome - ARIAPiattaforma e-Procurement Sim

sintel.regione.lombardia.it/fwep/offersCompare.do?backPagePath=retrieveClassificsAdjudication&offersAreOrdered=false

GoogleGMAIL UL55WebRainbow 4 - PR...WebRainbow5 DELL...PEC nuovaTRASPARENZA NUL...Trasparenza NQCon...NovaPA - B88 Softw...STIPENDIO E FERIEBANDicMedALBO FORNITORI/ N...MIT - Servizio Contr...ANAC

SINTEL

SINTEL E-PROCUREMENT
SISTEMA INTERMEDIAZIONE TELEMATICA

Numero verde 800.116.738

UTENTI FORNITORI CATEGORIE MERCEOLOGICHE PROCEDURE ANAC L.190 INTEROPERABILITÀ APPALTI

Utenti: Falezza Rita - Impiegato

Vedi il mio profiloComunicazioni (0)

MENU

PROCEDURE > AMMINISTRAZIONE > PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SI... > SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECE...

Amministratore
Dettaglio della procedura
Documentazione di gara
Storia offerte
Lista partecipanti
Aggiudicazione procedura
Report di procedura
Modello della procedura
Notifiche
Libreria Documentale

Ritorna alla pagina precedente

Comparazione delle offerte economiche

La tabella di comparazione delle offerte economiche consente una visione d'insieme dei rilanci ricevuti nel corso dell'asta elettronica. Tramite la tabella è anche possibile scaricare gli allegati (tra cui il documento di Conferma dell'ultimo rilancio valido) verificare le valutazioni effettuate fino a questo momento. Per effettuare la valutazione, tornare alla pagina precedente e cliccare su "Dettaglio" in corrispondenza dell'offerta di un fornitore.

FORNITORE	ESAMED SRL		GESTIONE ELETTRONICALE PRODOTTI PER ANALISI SRL IN BREVE GEP		A DE MORI SPA		A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	
Offerta economica	Prezzo offerto	%	Prezzo offerto	%	Prezzo offerto	%	Prezzo offerto	%
Modalità di partecipazione	Forma singola		Forma singola		Forma singola		Forma singola	
Ammissione alla fase successiva?	✓		✓		✓		✓	
Offerta economica:	EUR 461.902,00000	34,24883 %	EUR 632.099,00000	10,02149 %	EUR 700.630,00000	0,26619 %	EUR 657.105,00000	6,46192 %
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico:	EUR 4.620,00000		EUR 1.263,00000		EUR 700.630000		EUR 3.877,51000	
di cui costi del personale:	EUR 46.300,00000		EUR 4.514,00000		EUR 70.063,00000		EUR 2.254,95000	
Costi della sicurezza derivanti da interferenza:	EUR 100,00000		EUR 100,00000		EUR 100,00000		EUR 100,00000	
Offerta economica complessiva:	EUR 462.002,00000		EUR 632.199,00000		EUR 700.730,00000		EUR 657.205,00000	
Documento d'offerta								
Offerta economica	Economica.7z		Busta Economica.zip.p/m		OFFERTA ECONOMICA.zip		ECONOMICA.zip	
Scarica tutti i documenti dell'offerta								

E' possibile generare un foglio di lavoro in formato Excel contenente le informazioni visualizzate nella pagina, in modo da poter svolgere ulteriori analisi.

GENERA FILE .XLS

SINTEL E-PROCUREMENT - V.9.58.3.1 © Regione Lombardia - P.I. 12874720159 - Tutti i diritti riservati. Scarica Termini e Condizioni d'Utilizzo Scarica Informativa Privacy

RegioneLombardia

ARIA

Cerca

Alerta temporale 16:19 08/06/2025

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

DELIBERAZIONE DEL 10/06/2020 DEL

Pagina 28 di 132

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
Cod.Fisc. e P. IVA 02573090236
Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

Il Presidente di gara e Rup procede ad aprire le offerte economiche delle ditte ammesse presenti sulla suddetta Piattaforma Sintel.

La seduta viene poi sospesa al fine di procedere con le verifiche inerenti le offerte economiche presentate dagli Operatori Economici partecipanti.

La seduta di gara si chiude alle ore 13.00.


IL PRESIDENTE DI GARA



IL TESTE



IL TESTE



* * *



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore: ing. Corrado Salfa

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO, CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO – ID SINTEL 204537182

VERBALE

Il giorno 26 settembre 2025 alle ore 09:30, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ing. Corrado Salfa | Presidente di Gara RUP |
| - Dott.ssa Rita Falezza | Teste |
| - Alice Fontana | Teste |

Il Presidente di gara rileva che:

- la gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 767 del 24/06/2025, si svolge con modalità telematica su Piattaforma Sintel, secondo la disciplina di cui al Disciplinare con i suoi allegati ed al Bando di gara che, anche se non allegati materialmente al presente atto, si considerano parte integrante di esso;
- in data 09/07/2025 è stata attivata, in modalità telematica, sulla piattaforma SinTel, la procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio, con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, aventi i seguenti lotti:

LOTTO	Descrizione LOTTO	IMPORTO LOTTO OLTRE IVA
1	CORELAB (Legnago –San Bonifacio e Villafranca)	€ 16.000.000,00
2	CONTAGLOBULI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME EMOCROMOCITOMETRICO E DEI RETICOLOCITI (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	€ 3.000.000,00
3	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI COAGULAZIONE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	€ 2.500.000,00
4	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' (San Bonifacio)	€ 1.850.000,00
5	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI TEST TOSSICOLOGICI E DOSAGGIO FARMACI (Legnago)	€ 1.587.500,00
6	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL time PCR (Legnago)	€ 1.250.000,00
7	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER IL PPI DI MALCESINE E IL PS DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	€ 702.500,00



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

per la durata, per ogni singolo lotto, di anni 5, rinnovabile per altri 2.

- nella suddetta procedura è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte entro le ore 23:00 del 25/09/2025;

- entro il predetto termine sono pervenute, sul portale Sintel, le offerte di seguito riportate:

LOTTO	OGGETTO	DITTE PARTECIPANTI
1	CORELAB (Legnago –San Bonifacio e Villafranca)	1- R.T.I. composta da: - Roche Diagnostics Spa, con sede legale in via G.B. Stucchi n. 110, Monza (MB), C.F. 10181220152 (mandataria) - DiaSorin Italia Spa, con sede legale in via Crescentino, Saluggia (VC), C.F. 02749260028 (mandante) 2 - Beckman Coulter S.r.l., con sede legale in via Roma n. 108, Cassina de Pecchi (MI), C.F. 04185110154
2	CONTAGLOBULI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME EMOCROMOCITOMETRICO E DEI RETICOLOCITI (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	1 - Beckman Coulter S.r.l., con sede legale in via Roma n. 108, Cassina de Pecchi (MI), C.F. 04185110154 2 - Sysmex Italia s.r.l., con sede legale Via L. Battistotti Sassi n.11 (MI), C.F. 05908740961 3 - Dasit s.p.a., con sede legale in Piazza Ercolea n. 11 (MI), C.F. 03222390159
3	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI COAGULAZIONE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	1 - Stago s.r.l., con sede legale in via G. A. Amadeo n. 59 (MI), C.F. 11467381007 2 - Instrumentation Laboratory s.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208
4	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' (San Bonifacio)	1 - R.T.I. con: - Instrumentation Laboratory s.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208 (mandataria) - EUROIMMUN Italia s.r.l., con sede legale in via Corso Stati Uniti n. Padova (PD) C.F. 03680250283 (mandante) - Thermo Fisher Diagnostics s.p.a., con sede legale in via San Bovio n. 3 Segrate (MI), C.F. 00889160156 (mandante)
5	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI TEST TOSSICOLOGICI E DOSAGGIO FARMACI (Legnago)	1 - Instrumentation Laboratory s.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

6	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL time PCR (Legnago)	1 - ELITechGroup s.p.a., con sede legale in via C.sa Italia n. 22 (MI), C.F. 05239350969 2 – Abbott s.r.l., con sede legale in viale G. Ribotta n. 9 Roma, C.F. 00076670595
7	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	1 - Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi s.r.l., con sede legale in via Bollate (MI), C.F. 03233560964 2 – A. Menarini Diagnostics s.r.l., con sede legale in via Sette Santi n. 3 Firenze, C.F. 05688870483 3 – Esamed s.r.l., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231 4 – A DE MORI s.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 57 (MI), C.F. 00152680203

Il Presidente di gara procede all'esame della documentazione amministrativa pervenuta, controllandone la regolarità e la rispondenza agli atti di gara e rileva quanto segue:

* R.T.I. con ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. mandataria e DIASORIN ITALIA S.P.A. mandante: la documentazione presentata dalla società Roche Siagnostics s.p.a. è carente della copia conforme delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, dichiarate nella documentazione presentata in gara;

* BECKMAN COULTER S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* SISMEIX ITALIA S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* DASIT S.P.A.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* STAGO S.R.L.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

* INSTRUMENTATION LABORATORY e R.T.I. composto da quest'ultima (mandante) con EU-ROIMMUN THERMO FISHER e THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. (mandanti): la documentazione presentata dalle ditte è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

I lavori procedono fino alle ore 13:00 e successivamente il Presidente rimanda l'esame della restante documentazione.

Il giorno 02 ottobre 2025 alle ore 9:30, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

- Ing. Corrado Salfa
 - Dott.ssa Rita Falezza
 - Alice Fontana

Presidente di Gara RUP
 Teste
 Teste

Il Presidente di gara continua l'esame della documentazione amministrativa pervenuta, controllandone la regolarità e la rispondenza agli atti di gara, e rileva quanto segue:

* ELITECHGROUP S.P.A.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* ABBOTT S.R.L.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* GEPA S.R.L.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* ESAMED S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* A. DE MORI S.P.A.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

Il Presidente, preso atto delle carenze documentali emerse, procede ad attivare, con comunicazione tramite piattaforma Sintel, il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nei confronti di: R.T.I. ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. e DIASORIN ITALIA S.P.A., A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L., ESAMED S.R.L., SISMEX ITALIA S.R.L. e BECKMAN COULTER S.R.L., per permettere loro l'integrazione della rispettiva documentazione amministrativa, e ne fissa il termine per le ore 12:00 del giorno 09/10/2025.

I lavori procedono fino alle ore 14:30 e successivamente il Presidente rimanda l'esame all'eventuale risposta al soccorso istruttorio da parte delle società interessate.

Il giorno 08 ottobre 2025 alle ore 09:30, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

- Ing. Corrado Salfa
 - Dott.ssa Rita Falezza
 - Alice Fontana

Presidente di Gara RUP
 Teste
 Teste

Il Presidente procede all'esame della documentazione pervenuta in risposta ai soccorsi istruttori attivati il giorno 02/10/2025, ed in particolare rileva quanto segue:

* A. Menarini Diagnostics s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 02/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

* Sysmex Italia s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 03/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

* Roche Diagnostics s.p.a. ha risposto al soccorso istruttorio in data 03/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

* Esamed s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 03/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

* Beckman Coulter s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 05/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

Il Presidente prende atto che i suddetti operatori economici hanno presentato la documentazione conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

La seduta viene chiusa alle ore 13:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Ing. Corrado Salfa – Presidente di gara e RUP

- Dott.ssa Rita Falezza – Teste

- Alice Fontana - Teste



U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore f.f.: Dott. Corrado Andriani

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO, CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO – ID SINTEL 204537182

VERBALE

Il giorno 10/11/2025 Novembre 2025 alle ore 10:00, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economico e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

- Dott. Corrado Andriani	Presidente di Gara RUP
- Dott.ssa Rita Falezza	Teste
- Alice Fontana	Teste

Premesso che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1330 del 20/10/2025, è stato attribuito l'incarico di sostituzione del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica al Dott. Corrado Andriani, a partire dal 01/11/2025, il quale assume l'incarico di Presidente di Gara e RUP nel seggio di gara della procedura in oggetto.

Il Presidente prende atto che:

- con verbali di gara del 26/09/2025, del 02/10/2025 e del 08/10/2025, è stata valutata ed integrata con soccorso istruttorio la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici offerenti:

* R.T.I. con ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. con sede legale in via G.B. Stucchi n. 110, Monza (MB), C.F. 10181220152 (mandataria) e DIASORIN ITALIA S.P.A. con sede legale in via Crescentino, Saluggia (VC), C.F. 02749260028 (mandante);

* BECKMAN COULTER S.R.L., con sede legale in via Roma n. 108, Cassina de Pecchi (MI), C.F. 04185110154;

* SISMEK ITALIA S.R.L., con sede legale Via L. Battistotti Sassi n.11 (MI), C.F. 05908740961;

* DASIT S.P.A., con sede legale in Piazza Erculea n. 11 (MI), C.F. 03222390159;

* STAGO S.R.L., con sede legale in via G. A. Amadeo n. 59 (MI), C.F. 11467381007;

* INSTRUMENTATION LABORATORY, con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208;

* R.T.I. con INSTRUMENTATION LABORATORY, con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208 (mandataria) e EUROIMMUN THERMO FISHER, con sede legale in via Corso Stati Uniti n. Padova (PD) C.F. 03680250283 (mandante), THERMO FISCHER DIAGNOSTICS S.P.A. (mandante) con sede legale in via San Bovio n. 3 Segrate (MI), C.F. 00889160156;



* ELITECHGROUP S.P.A., con sede legale in via C.sa Italia n. 22 (MI), C.F. 05239350969;

* ABBOTT S.R.L., con sede legale in viale G. Ribotta n. 9 Roma, C.F. 00076670595;

* GEPA S.R.L., con sede legale in via Bollate (MI), C.F. 03233560964;

* A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L., con sede legale in via Sette Santi n. 3 Firenze, C.F. 05688870483;

* ESAMED S.R.L., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231;

* A. DE MORI S.P.A., con sede legale in Foro Buonaparte n. 57 (MI), C.F. 00152680203.

- tutti i suddetti operatori economici hanno presentato la documentazione conforme a quanto richiesto dagli atti di gara, ed ammette quindi alla successiva fase dell'apertura dell'offerta tecnica tutti gli operatori economici offerenti.

La seduta viene chiusa alle ore 13:40 .

Letto, confermato e sottoscritto.

- Dott. Corrado Andriani – Presidente di gara e RUP

- Dott.ssa Rita Falezza – Teste

- Dott.ssa Alice Fontana -Teste

Sub 2)

REGIONE DEL VENETO  ULSS9 SCALIGERA	<i>Azienda ULSS 9 - Scaligera</i> Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona Cod.Fisc. e P. IVA 02573090236 Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it
---	--

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DELLA PROCEDURA APERTA
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER
L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E
FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA DURATA DI 5 ANNI

LOTTO N. 4 – CIG B786C9A2C1

* * *

Alle ore 9.00 del giorno 06/05/2026, presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera in Via Pacinotti n. 16, Verona, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1321/2025, incaricata di valutare le offerte relative al Lotto n.4 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiali di consumo per la durata di 5 anni, nelle persone di:

Dott.ssa Antonella Bassi – Presidente – Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi

Dott.ssa Maria Teresa Trevisan – Componente – Responsabile UOSD Laboratorio Analisi San Bonifacio

Ing. Roberto Gitto – Componente – U.O.S. Ingegneria Clinica

e Dott.ssa Rita Falezza – Segretario non componente – della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari, nella seduta odierna, procedono in relazione al Lotto n.4.

La Commissione a seguito dell'analisi dei documenti dell'unica offerta tecnica presentata, quella dell'RTI con Capofila Instrumentation Laboratory Spa, in relazione alla loro conformità a quanto richiesto dalla documentazione di gara e alla loro completezza, rileva che la stessa è conforme a quanto richiesto.

I Commissari, ai sensi dell'art. 18.2 del Disciplinare di Gara, a conclusione dell'esame della documentazione dell'offerta tecnica, procedono con l'attribuire individualmente, in relazione all'unica offerta, i coefficienti di valutazione ad ogni elemento qualitativo oggetto di valutazione discrezionale come riportato nelle schede di valutazione del singolo componente allegate al presente verbale.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procede all'attribuzione, come disposto dall'art. 18.3 del Disciplinare di Gara, dei punteggi per ogni singolo criterio di valutazione, risultandone i valori riportati nella allegate tabelle.

La Commissione non procede ad operare la riparametrazione perché in presenza di una sola offerta.

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

Dato atto che, con riferimento al punteggio complessivo, l'RTI con Capofila Instrumentation Laboratory Spa, ottiene il seguente punteggio finale: **66,64/70**

La Commissione procede quindi ad inserire il punteggio qualitativo nella piattaforma Sintel.


La Commissione **ammette** alla successiva fase della procedura di gara, avendo ottenuto un punteggio superiore alla soglia di esclusione pari a 45 / 70, l'offerta dell'RTI con Capofila Instrumentation Laboratory Spa.

I lavori si chiudono alle ore 10,15.

Dott.ssa Antonella Bassi



Dott.ssa Maria Teresa Trevisan



Ing. Roberto Gitto



Dott.ssa Rita Falezza – Segretario non componente



Allegati:

- Schede valutazione singolo commissario;
- Tabelle di calcolo dei punteggi.



VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA DURATA DI 5 ANNI

LOTTO N. 4 – CIG B786C9A2C1

* * *

Alle ore 9.00 del giorno 18/11/2025, presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera in Via Pacinotti n. 16, Verona, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1321/2025, incaricata di valutare le offerte relative al Lotto n.4 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiali di consumo per la durata di 5 anni, nelle persone di:

Dott.ssa Antonella Bassi – Presidente – Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi

Dott.ssa Maria Teresa Trevisan – Componente – Responsabile UOSD Laboratorio Analisi San Bonifacio

Ing. Roberto Gitto – Componente – U.O.S. Ingegneria Clinica

e Dott.ssa Rita Falezza – Segretario non componente – della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari, nella seduta odierna, procedono in relazione al Lotto n.4.

Il Presidente chiede a ciascun Commissario e procede egli stesso a dichiarare per iscritto di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità, astensione e inconferibilità previste dall'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e poter quindi far parte della Commissione giudicatrice della gara in oggetto e di accettarne l'incarico.

Allega, quindi, le suddette dichiarazioni al presente verbale.

La Commissione prende quindi atto che:

- la gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 767 del 24/06/2025, si svolge con modalità telematica su Piattaforma Sintel, secondo la disciplina di cui al Bando di gara ed al Disciplinare con i suoi allegati e che, anche se non allegati materialmente al presente atto, si considerano parte integrante di esso;
- in data 09/07/2025 è stata attivata, in modalità telematica, sulla piattaforma SinTel, la procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio, con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, suddivisa in 7 lotti per la durata, per ogni singolo lotto, di anni 5, rinnovabile per altri 2 anni.
- nella suddetta procedura è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte entro le ore 23:00 del 25/09/2025;

- entro il predetto termine è pervenuta, sul portale Sintel, per il Lotto 4, una sola offerta, come di seguito riportato:

Lotto 4	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' (San Bonifacio)	1 - R.T.I. con: - Instrumentation Laboratory s.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208 (mandataria) - EUROIMMUN Italia s.r.l., con sede legale in via Corso Stati Uniti n. Padova (PD) C.F. 03680250283 (mandante) - Thermo Fisher Diagnostics s.p.a., con sede legale in via San Bovio n. 3 Segrate (MI), C.F. 00889160156 (mandante)
---------	---	--

- come da verbali del Seggio di gara del 26/09/2025 e del 10/11/2025, allegati al presente atto e agli atti presso l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa pervenuta, controllandone la regolarità e la rispondenza agli atti di gara e a seguito della verifica della conformità degli stessi; il Seggio di gara ha proceduto quindi ad ammettere, relativamente al Lotto 4, l'unica ditta partecipante alla valutazione dell'offerta tecnica;

- ai sensi della suddetta deliberazione n. 767/2025, il proprio compito consiste nell'esaminare e valutare la documentazione tecnica predisposta dalle Società concorrenti, per attribuire i relativi punteggi, avendo a disposizione 70 punti, secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara, e che saranno ammesse alla fase successiva di aggiudicazione solo le ditte che in sede di valutazione qualitativa avranno ottenuto il punteggio minimo di 45/70 e che i punteggi dovranno essere così ripartiti:

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Le ditte nell'offerta tecnica devono relazionare in merito a ciascun punto sottoelencato, in modo chiaro, diretto, non equivoco indicando i corrispondenti riferimenti a manuali e/o schede tecniche;

LOTTO 4 : SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' PER IL LABORATORIO DELLA ULSS 9

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PESI	Tipologia requisito
Preparatore automatico di vetrini per la determinazione di autoanticorpi con metodica di immunofluorescenza indiretta ed ELISA	15/70 così ripartiti:	
Caratteristiche di funzionamento e produttività del Sistema, quali: ● Programmazione "host query" senza necessità di creazione di lista di lavoro ● n° vetrini processabili per seduta ● n° campioni processabili per seduta ● n° metodiche diverse processabili in contemporanea per seduta	6/70	D
Caratteristiche di dispensazione del Sistema, quali: ● Numero di aghi di dispensazione ● Dispensazione del liquido di montaggio	7/70	D
Metodo di lavaggio per singolo pozzetto con doppia sonda multipla	2/70	T

Lettore automatico dei vetrini e interpretazione dei preparati in immunofluorescenza	7/70 così ripartiti:	
Produttività del Sistema e caratteristiche di funzionamento, quali: ● Numero di vetrini caricabili sulla strumentazione ● Velocità di acquisizione delle immagini ● Invio dei risultati delle immagini al gestionale al termine della lettura di ciascun vetrino ● Programmazione della seduta in modalità host-query alla lettura del barcode dei vetrini	5/70	D
Stima del titolo end-point attraverso algoritmo matematico del segnale fluorescente per ANA e DNA nativo	2/70	T
Analizzatori automatici random access per metodiche in immunoassay	15/70 così ripartiti:	
Dispensazione con sonda dedicata per campioni e sonda dedicata per reagenti	2/70	T
● Caratteristiche della strumentazione tecniche e di funzionamento, quali: ● Strumentazione da banco di dimensioni contenute ● Tempo necessario al rilascio del primo risultato ● Numero reagenti caricabili on board per singolo strumento ● Stabilità delle curve di calibrazione ● Maggiore linearità (AMR) per i principali parametri utilizzati nel monitoraggio (tTG IgA, dsDNA)	10/70	D
Numerosità e tipologia dei test opzionali offerta	3/70	D
Sistema per la preparazione di metodiche in immunoblot	8/70 così ripartiti:	
Caratteristiche della strumentazione tecniche e di funzionamento, quali a titolo esemplificativo : ● Dispensazione del campione da provetta primaria ● Numero di antigeni per strip esteso e completo relativamente alla patologia indagata	5/70	D
Utilizzo dei reattivi monodose per evitare sprechi e ridurre rischio di carry-over	2/70	T
Numerosità e tipologia dei test opzionali offerti	1/70	D
Middleware di settore per il collegamento bidirezionale delle strumentazioni al LIS di laboratorio (TDNexLabs)	21/70 così ripartiti:	
● Caratteristiche del middleware di settore, quali: ● Collegamento con analizzatori forniti da altre ditte ● Monitoraggio in tempo reale dello stato degli esami per ogni metodologia analitica ● Esecuzione di reflex test e gestione di regole di validazione configurabili per il rilascio automatico di risultati in funzione anche di risultati presenti nello storico. ● Archiviazione delle immagini nella scheda paziente, storico del paziente e numero di episodi visualizzabili in un'unica schermata. ● Possibilità di accesso immediato allo storico del paziente e alle immagini acquisite in precedenza nel momento stesso della lettura dei vetrini ● Possibilità di elaborazioni statistiche ● Tracciabilità di tutte le operazioni eseguite	14/70	D

● Recupero di tutti i dati contenuti nell'attuale applicativo Modulab Autoimmuniy di Instrumentation Laboratory corrispondenti a 10 anni di lavoro.		
● Impatto organizzativo della soluzione proposta. Verranno valutati nel loro insieme: ● Facilità d'uso , ● Miglioramento dei flussi di lavoro (organizzazione dei piani di lavoro, lista dei pendenti, la facilità di accesso allo storico), ● Ingombro, ● Impatto sul personale tecnico per l'organizzazione del lavoro e sul personale dirigente per la refertazione.	7/70	D
Organizzazione e modalità di espletamento del servizio di assistenza post-vendita	4/70 così ripartiti	
Organizzazione, fasce orarie giornaliere e settimanali, modalità di accesso, tempi di intervento dalla chiamata, soluzioni previste in caso di fermi macchina superiori alle 24 ore	1/70	D
Modalità di istruzione del personale e supporto previsto durante l'utilizzo dei sistemi, operazioni di manutenzione ordinaria	1/70	D
Supporto scientifico: second-opinion in laboratorio certificato	2/70	T
TOTALE	70/70	

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, identificati con la lettera "D" nella tabella, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

Giudizio	Ottimo	Molto buono	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente	Scarso	Non valutabile/ non conforme
Valore assegnato	1	0,90	0,80	0,70	0,60	0,40	0,20	0,00

A ciascuno degli elementi tabellari, identificati in tabella con la lettera "T", è attribuito un coefficiente, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Per l'attribuzione dei suddetti punteggi qualità, saranno tenuti validi due decimali, dopo la virgola.

La Commissione procede, quindi, ad analizzare i file contenenti il progetto tecnico dell'unica offerta tecnica presentata per il Lotto 4, quella dell'RTI con Capofila Instrumentation Laboratory Spa, verificandone la completezza e procedendo ad una prima analisi.

La Commissione stabilisce altresì di ripartire l'attività istruttoria fra singoli componenti o gruppi di componenti.

A questo punto il Presidente decide di aggiornare la seduta a data da definirsi, presso la sede del Servizio Approvvigionamenti dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, per proseguire nelle operazioni di che trattasi, relative alla valutazione del progetto.

La seduta si chiude alle ore 10,30.

Dott.ssa Antonella Bassi _____

Dott.ssa Maria Teresa Trevisan _____

Ing. Roberto Gitto _____

Dott.ssa Rita Falezza – Segretario non componente _____

Allegati:

- Verbale di seggio di gara;



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

C.F. e P.IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il sottoscrittoAntonella Bassi....., nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1321 del 14/10/2024 quale componente della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 per il Lotto n. della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, per la durata di 5 anni, con la presente:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023

DICHIARA

1) di non essere stato componente, nel biennio precedente all'indizione della procedura in oggetto, di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

2) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

e in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

3) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura, considerando che costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, nonché all'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 62/2013;

4) l'insussistenza a proprio carico delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. e delle situazioni previste dall'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 165/2001;

5) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice della gara sopra indicata;

6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e all'Autorità e ad astenersi dalla funzione;

7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Verona

Firma

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 24/06/2015 DEL

Pagina 46 di 132



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

C.F. e P.IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il sottoscritto MARIATERESA TREVISAN, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1321 del 14/10/2024 quale componente della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 per il Lotto n. 4 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, per la durata di 5 anni, con la presente:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023

DICHIARA

1) di non essere stato componente, nel biennio precedente all'indizione della procedura in oggetto, di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

2) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

e in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

3) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura, considerando che costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, nonché all'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 62/2013;

4) l'insussistenza a proprio carico delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. e delle situazioni previste dall'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 165/2001;

5) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice della gara sopra indicata;

6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e all'Autorità e ad astenersi dalla funzione;

7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Verona

18/11/2025

Firma



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

C.F. e P.IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il sottoscritto GATTO ROBERTO, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1321 del 14/10/2024 quale componente della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 per il Lotto n. 14 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, per la durata di 5 anni, con la presente:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023

DICHIARA

1) di non essere stato componente, nel biennio precedente all'indizione della procedura in oggetto, di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

2) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

e in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

3) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura, considerando che costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, nonché all'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 62/2013;

4) l'insussistenza a proprio carico delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. e delle situazioni previste dall'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 165/2001;

5) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice della gara sopra indicata;

6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e all'Autorità e ad astenersi dalla funzione;

7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Verona

18/11/2025

Firma



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
 cod.fisc. e P. IVA 02573090236
 Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore: ing. Corrado Salfa

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO, CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO – ID SINTEL 204537182

VERBALE

Il giorno 26 settembre 2025 alle ore 09:30, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

- Ing. Corrado Salfa	Presidente di Gara RUP
- Dott.ssa Rita Falezza	Teste
- Alice Fontana	Teste

Il Presidente di gara rileva che:

- la gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 767 del 24/06/2025, si svolge con modalità telematica su Piattaforma Sintel, secondo la disciplina di cui al Disciplinare con i suoi allegati ed al Bando di gara che, anche se non allegati materialmente al presente atto, si considerano parte integrante di esso;
- in data 09/07/2025 è stata attivata, in modalità telematica, sulla piattaforma SinTel, la procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio, con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, aventi i seguenti lotti:

LOTTO	Descrizione LOTTO	IMPORTO LOTTO OLTRE IVA
1	CORELAB (Legnago –San Bonifacio e Villafranca)	€ 16.000.000,00
2	CONTAGLOBULI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME EMOCROMOCITOMETRICO E DEI RETICOLOCITI (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	€ 3.000.000,00
3	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI COAGULAZIONE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	€ 2.500.000,00
4	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' (San Bonifacio)	€ 1.850.000,00
5	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI TEST TOSSICOLOGICI E DOSAGGIO FARMACI (Legnago)	€ 1.587.500,00
6	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL time PCR (Legnago)	€ 1.250.000,00
7	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER IL PPI DI MALCESINE E IL PS DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	€ 702.500,00

Via Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075739

e-mail: dip.approvvisionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: epb@aulss9@pecveneto.it

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

per la durata, per ogni singolo lotto, di anni 5, rinnovabile per altri 2.

- nella suddetta procedura è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte entro le ore 23:00 del 25/09/2025;

- entro il predetto termine sono pervenute, sul portale Sintel, le offerte di seguito riportate:

LOTTO	OGGETTO	DITTE PARTECIPANTI
1	CORELAB (Legnago –San Bonifacio e Villafranca)	1- R.T.I. composta da: - Roche Diagnostics Spa, con sede legale in via G.B. Stucchi n. 110, Monza (MB), C.F. 10181220152 (mandataria) - DiaSorin Italia Spa, con sede legale in via Crescentino, Saluggia (VC), C.F. 02749260028 (mandante) 2 - Beckman Coulter S.r.l., con sede legale in via Roma n. 108, Cassina de Pecchi (MI), C.F. 04185110154
2	CONTAGLOBULI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME EMOCROMOCITOMETRICO E DEI RETICOLOCITI (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	1 - Beckman Coulter S.r.l., con sede legale in via Roma n. 108, Cassina de Pecchi (MI), C.F. 04185110154 2 - Sysmex Italia s.r.l., con sede legale Via L. Battistotti Sassi n.11 (MI), C.F. 05908740961 3 - Dasit s.p.a., con sede legale in Piazza Erculeo n. 11 (MI), C.F. 03222390159
3	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI COAGULAZIONE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	1 - Stago s.r.l., con sede legale in via G. A. Amadeo n. 59 (MI), C.F. 11467381007 2 - Instrumentation Laboratory s.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208
4	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' (San Bonifacio)	1 - R.T.I. con: - Instrumentation Laboratory s.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208 (mandataria) - EUROIMMUN Italia s.r.l., con sede legale in via Corso Stati Uniti n. Padova (PD) C.F. 03680250283 (mandante) - Thermo Fisher Diagnostics s.p.a., con sede legale in via San Bovio n. 3 Segrate (MI), C.F. 00889160156 (mandante)
5	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI TEST TOSSICOLOGICI E DOSAGGIO FARMACI (Legnago)	1 - Instrumentation Laboratory s.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208

Via Pacinotti,16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

Il Proprietario del Documento è il Direttore USC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

6	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL time PCR (Legnago)	1 - ELITechGroup s.p.a., con sede legale in via C.sa Italia n. 22 (MI), C.F. 05239350969 2 - Abbott s.r.l., con sede legale in viale G. Ribotta n. 9 Roma, C.F. 00076670595
7	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	1 - Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi s.r.l., con sede legale in via Bollate (MI), C.F. 03233560964 2 - A. Menarini Diagnostics s.r.l., con sede legale in via Sette Santi n. 3 Firenze, C.F. 05688870483 3 - Esamed s.r.l., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231 4 - A DE MORI s.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 57 (MI), C.F. 00152680203

Il Presidente di gara procede all'esame della documentazione amministrativa pervenuta, controllandone la regolarità e la rispondenza agli atti di gara e rileva quanto segue:

* R.T.I. con ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. mandataria e DIASORIN ITALIA S.P.A. mandante: la documentazione presentata dalla società Roche Siagnostics s.p.a. è carente della copia conforme delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, dichiarate nella documentazione presentata in gara;

* BECKMAN COULTER S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* SISMEIX ITALIA S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* DASIT S.P.A.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* STAGO S.R.L.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

* INSTRUMENTATION LABORATORY e R.T.I. composto da quest'ultima (mandante) con EU-ROIMMUN THERMO FISHER e THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. (mandanti): la documentazione presentata dalle ditte è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

I lavori procedono fino alle ore 13:00 e successivamente il Presidente rimanda l'esame della restante documentazione.

Il giorno 02 ottobre 2025 alle ore 9:30, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

Via Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
 cod.fisc. e P. IVA 02573090236
 Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

- Ing. Corrado Salfa
 - Dott.ssa Rita Falezza
 - Alice Fontana

Presidente di Gara RUP
 Teste
 Teste

Il Presidente di gara continua l'esame della documentazione amministrativa pervenuta, controllandone la regolarità e la rispondenza agli atti di gara, e rileva quanto segue:

* ELITECHGROUP S.P.A.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* ABBOTT S.R.L.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* GEPA S.R.L.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* ESAMED S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* A. DE MORI S.P.A.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

Il Presidente, preso atto delle carenze documentali emerse, procede ad attivare, con comunicazione tramite piattaforma Sintel, il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nei confronti di: R.T.I. ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. e DIASORIN ITALIA S.P.A., A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L., ESAMED S.R.L., SISMEX ITALIA S.R.L. e BECKMAN COULTER S.R.L., per permettere loro l'integrazione della rispettiva documentazione amministrativa, e ne fissa il termine per le ore 12:00 del giorno 09/10/2025.

I lavori procedono fino alle ore 14:30 e successivamente il Presidente rimanda l'esame all'eventuale risposta al soccorso istruttorio da parte delle società interessate.

Il giorno 08 ottobre 2025 alle ore 09:30, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

- Ing. Corrado Salfa
 - Dott.ssa Rita Falezza
 - Alice Fontana

Presidente di Gara RUP
 Teste
 Teste

Il Presidente procede all'esame della documentazione pervenuta in risposta ai soccorsi istruttori attivati il giorno 02/10/2025, ed in particolare rileva quanto segue:

* A. Menarini Diagnostics s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 02/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

Via Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

Il Proprietario: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

* Sysmex Italia s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 03/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

* Roche Diagnostics s.p.a. ha risposto al soccorso istruttorio in data 03/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

* Esamed s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 03/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

* Beckman Coulter s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 05/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

Il Presidente prende atto che i suddetti operatori economici hanno presentato la documentazione conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

La seduta viene chiusa alle ore 13:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Ing. Corrado Salfa – Presidente di gara e RUP

- Dott.ssa Rita Falezza – Teste

- Alice Fontana - Teste

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani


U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore f.f.: Dott. Corrado Andriani

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO, CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO – ID SINTEL 204537182
VERBALE

Il giorno 10/11/2025 Novembre 2025 alle ore 10:00, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Dott. Corrado Andriani | Presidente di Gara RUP |
| - Dott.ssa Rita Falezza | Teste |
| - Alice Fontana | Teste |

Premesso che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1330 del 20/10/2025, è stato attribuito l'incarico di sostituzione del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica al Dott. Corrado Andriani, a partire dal 01/11/2025, il quale assume l'incarico di Presidente di Gara e RUP nel seggio di gara della procedura in oggetto.

Il Presidente prende atto che:

- con verbali di gara del 26/09/2025, del 02/10/2025 e del 08/10/2025, è stata valutata ed integrata con soccorso istruttorio la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici offerenti:

* R.T.I. con ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. con sede legale in via G.B. Stucchi n. 110, Monza (MB), C.F. 10181220152 (mandataria) e DIASORIN ITALIA S.P.A. con sede legale in via Crescentino, Saluggia (VC), C.F. 02749260028 (mandante);

* BECKMAN COULTER S.R.L., con sede legale in via Roma n. 108, Cassina de Pecchi (MI), C.F. 04185110154;

* SISMEK ITALIA S.R.L., con sede legale Via L. Battistotti Sassi n.11 (MI), C.F. 05908740961;

* DASIT S.P.A., con sede legale in Piazza Erculea n. 11 (MI), C.F. 03222390159;

* STAGO S.R.L., con sede legale in via G. A. Amadeo n. 59 (MI), C.F. 11467381007;

* INSTRUMENTATION LABORATORY, con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208;

* R.T.I. con INSTRUMENTATION LABORATORY, con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208 (mandataria) e EUROIMMUN THERMO FISHER, con sede legale in via Corso Stati Uniti n. Padova (PD) C.F. 03680250283 (mandante), THERMO FISCHER DIAGNOSTICS S.P.A. (mandante) con sede legale in via San Bovio n. 3 Segrate (MI), C.F. 00889160156;



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236
Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

- * ELITECHGROUP S.P.A., con sede legale in via C.sa Italia n. 22 (MI), C.F. 05239350969;
- * ABBOTT S.R.L., con sede legale in viale G. Ribotta n. 9 Roma, C.F. 00076670595;
- * GEPA S.R.L., con sede legale in via Bollate (MI), C.F. 03233560964;
- * A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L., con sede legale in via Sette Santi n. 3 Firenze, C.F. 05688870483;
- * ESAMED S.R.L., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231;
- * A. DE MORI S.P.A., con sede legale in Foro Buonaparte n. 57 (MI), C.F. 00152680203.

- tutti i suddetti operatori economici hanno presentato la documentazione conforme a quanto richiesto dagli atti di gara, ed ammette quindi alla successiva fase dell'apertura dell'offerta tecnica tutti gli operatori economici offerenti.

La seduta viene chiusa alle ore 13:40 .

Letto, confermato e sottoscritto.

- Dott. Corrado Andriani – Presidente di gara e RUP
- Dott.ssa Rita Falezza – Teste
- Dott.ssa Alice Fontana -Teste

LOTTO 4 : SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' PER IL LABORATORIO DELLA ULSS 9 CIG B786C9A2C1	1) Preparatore automatico di vetrini per la determinazione di autoanticorpi con metodica di immunofluorescenza indiretta ed ELISA		2) Lettore automatico dei vetrini e interpretazione dei preparati in immunofluorescenza	3) Analizzatori automatici random access per metodiche in immunoassay		4) Sistema per la preparazione di metodiche in immunoblot		5) Middleware di settore per il collegamento bidirezionale delle strumentazioni al LIS di laboratorio (TDNexLabs)		6) Organizzazione e modalità di espletamento del servizio di assistenza post-vendita		PUNTEGGIO TOTALE
LOTTO 4 : SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' PER IL LABORATORIO DELLA ULSS 9 CIG B786C9A2C1	1.1) Caratteristiche di funzionamento e produttività del Sistema, quali: Programmazione "host query" senza necessità di creazione di lista di lavoro n° vetrini processabili per seduta n° campioni processabili per seduta n° metodiche diverse processabili in contemporanea per seduta	1.2) Caratteristiche di dispensazione del Sistema, quali: Numero di aghi di dispensazione Dispensazione del liquido di montaggio	2.1) Produttività del Sistema e caratteristiche di funzionamento, quali: Numero di vetrini caricabili sulla strumentazione Velocità di acquisizione delle immagini Invio dei risultati delle immagini al gestionale al termine della lettura di ciascun vetrino Programmazione della seduta in modalità host-query alla lettura del barcode dei vetrini	3.2) Caratteristiche della strumentazione tecniche e di funzionamento, quali: Strumentazione da banco di dimensioni contenute Tempo necessario al rilascio del primo risultato Numero reagenti caricabili on board per singolo strumento Stabilità delle curve di calibrazione Maggiore linearità (AMR) per i principali parametri utilizzati nel monitoraggio (TTG IgA, dsDNA)	3.3) Numerosità e tipologia dei test opzionali offerta	4.1) Caratteristiche della strumentazione tecniche e di funzionamento, quali a titolo esemplificativo : Dispensazione del campione da provetta primaria Numero di antigeni per strip esteso e completo relativamente alla patologia indagata	4.3) Numerosità e tipologia dei test opzionali offerti	5.1) Caratteristiche del middleware di settore, quali: Collegamento con analizzatori forniti da altre ditte Monitoraggio in tempo reale dello stato degli esami per ogni metodologia analitica Esecuzione di reflex test e gestione di regole di validazione configurabili per il rilascio automatico di risultati in funzione anche di risultati presenti nello storico. Archiviazione delle immagini nella scheda paziente, storico del paziente e numero di episodi visualizzabili in un'unica schermata. Possibilità di accesso immediato allo storico del paziente e alle immagini acquisite in precedenza nel momento stesso della lettura dei vetrini Possibilità di elaborazioni statistiche Tracciabilità di tutte le operazioni eseguite Recupero di tutti i dati contenuti nell'attuale applicativo Modulab Autoimmunity di Instrumentation Laboratory corrispondenti a 10 anni di lavoro.	5.2) Impatto organizzativo della soluzione proposta. Verranno valutati nel loro insieme: Facilità d'uso, Miglioramento dei flussi di lavoro (organizzazione dei piani di lavoro, lista dei pendenti, la facilità di accesso allo storico), Ingombro, Impatto sul personale tecnico per l'organizzazione del lavoro e sul personale dirigente per la referitazione.	6.1) Organizzazione, fasce orarie e giornaliere e settimanali, modalità di accesso, tempi di intervento dalla chiamata, soluzioni previste in caso di fermi macchina superiori alle 24 ore	6.2) Modalità di istruzione del personale e supporto previsto durante l'utilizzo dei sistemi, operazioni di manutenzione ordinaria	
RTI IL	1.1	1.2	2.1	3.2	3.3	4.1	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	
PUNTI (W1)	6	7	5	10	3	5	1	14	7	1	1	
(V(a))	0,97	1,00	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	0,90	0,97	1,00	0,93	PUNTEGGIO TABELLARE (T)
	5,82	7,00	4,50	9,00	3,00	5,00	1,00	12,60	6,79	1,00	0,93	
		12,82	4,50		12,00		6,00		19,39		1,93	56,64
												TOTALE
												66,64

RTI IL : Instrumentation Laboratory
Capofila e associate:

EUROIMMUN - THERMO FISHER

I COMMISSARI

Mauro Tesei Tursen
Alsom
Dequiles

			1) Preparatore automatico di vetrini per la determinazione di autoanticorpi con metodica di immunofluorescenza indiretta ed ELISA		PUNTEGGIO TABELLARE	2) Lettore automatico dei vetrini e interpretazione dei preparati in immunofluorescenza	PUNTEGGIO TABELLARE
LOTTO 4 : SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' PER IL LABORATORIO DELLA ULSS 9 CIG B786C9A2C1			1.1) Caratteristiche di funzionamento e produttività del Sistema, quali: Programmazione "host query" senza necessità di creazione di lista di lavoro n° vetrini processabili per seduta n° campioni processabili per seduta n° metodiche diverse processabili contemporaneamente per seduta	1.2) Caratteristiche di dispensazione del Sistema, quali: Numero di aghi di dispensazione Dispensazione del liquido di montaggio	1.3) Metodo di lavaggio per singolo pozzetto con doppia sonda multipla	2.1) Produttività del Sistema e caratteristiche di funzionamento, quali: Numero di vetrini caricabili sulla strumentazione Velocità di acquisizione delle immagini Invio dei risultati delle immagini al gestionale al termine della lettura di ciascun vetrino Programmazione della seduta in modalità host-query alla lettura del barcode dei vetrini	2.2) Stima del titolo end-point attraverso algoritmo matematico del segnale fluorescente per ANA e DNA nativo
1	RTI IL	COMMISSARIO 1	1,00	1,00	2	0,90	2
		COMMISSARIO 2	0,90	1,00		0,90	
		COMMISSARIO 3	1,00	1,00		0,90	
		MEDIA COEFFICIENTI ASSEGNATI	0,97	1,00		0,90	

			PUNTEGGIO TABELLARE	3) Analizzatori automatici random access per metodiche in immunoassay		4) Sistema per la preparazione di metodiche in immunoblot	PUNTEGGIO TABELLARE	
				3.2) Caratteristiche della strumentazione tecniche e di funzionamento, quali: Strumentazione da banco di dimensioni contenute Tempo necessario al rilascio del primo risultato Numero reagenti caricabili on board per singolo strumento Stabilità delle curve di calibrazione Maggiore linearità (AMR) per i principali parametri utilizzati nel monitoraggio (tTG IgA, dsDNA)		4.1) Caratteristiche della strumentazione tecniche e di funzionamento, quali a titolo esemplificativo : Dispensazione del campione da provetta primaria Numero di antigeni per strip esteso e completo relativamente alla patologia indagata		
			3.1) Dispensazione con sonda dedicata per campioni e sonda dedicata per reagenti		3.3) Numerosità e tipologia dei test opzionali offerta		4.2) Utilizzo dei reattivi monodose per evitare sprechi e ridurre rischio di carry-over	4.3) Numerosità e tipologia dei test opzionali offerti
RTI IL	COMMISSARIO 1		2	0,90	1,00	1,00	2	1,00
	COMMISSARIO 2			0,90	1,00	1,00		1,00
	COMMISSARIO 3			0,90	1,00	1,00		1,00
	MEDIA COEFFICIENTI ASSEGNATI			0,90	1,00	1,00		1,00

			5) Middleware di settore per il collegamento bidirezionale delle strumentazioni al LIS di laboratorio (TDNexLabs)		6) Organizzazione e modalità di espletamento del servizio di assistenza post-vendita	PUNTEGGIO TABELLARE
			5.1) Caratteristiche del middleware di settore, quali: Collegamento con analizzatori forniti da altre ditte Monitoraggio in tempo reale dello stato degli esami per ogni metodologia analitica Esecuzione di reflex test e gestione di regole di validazione configurabili per il rilascio automatico di risultati in funzione anche di risultati presenti nello storico. Archiviazione delle immagini nella scheda paziente, storico del paziente e numero di episodi visualizzabili in un'unica schermata. Possibilità di accesso immediato allo storico del paziente e alle immagini acquisite in precedenza nel momento stesso della lettura dei vetrini Possibilità di elaborazioni statistiche Tracciabilità di tutte le operazioni eseguite Recupero di tutti i dati contenuti nell'attuale applicativo Modulab Autoimmuniy di Instrumentation Laboratory corrispondenti a 10 anni di lavoro.	5.2) Impatto organizzativo della soluzione proposta. Verranno valutati nel loro insieme: Facilità d'uso , Miglioramento dei flussi di lavoro (organizzazione dei piani di lavoro, lista dei pendenti, la facilità di accesso allo storico), Ingombro, Impatto sul personale tecnico per l'organizzazione del lavoro e sul personale dirigente per la refertazione.	6.1) Organizzazione, fasce orarie giornaliere e settimanali, modalità di accesso, tempi di intervento dalla chiamata, soluzioni previste in caso di fermi macchina superiori alle 24 ore 6.2) Modalità di istruzione del personale e supporto previsto durante l'utilizzo dei sistemi, operazioni di manutenzione ordinaria 6.3) Supporto scientifico: second-opinion in laboratorio certificato	
1	RTI IL	COMMISSARIO 1	0,90	1,00	1,00	1,00
		COMMISSARIO 2	0,90	0,90	1,00	0,90
		COMMISSARIO 3	0,90	1,00	1,00	0,90
		MEDIA COEFFICIENTI ASSEGNATI	0,90	0,97	1,00	0,93

RTI IL : Instrumentation Laboratory Capofila
e associate: EUROIMMUN - THERMO FISHER

I COMMISSARI

Mario Rossi
Alsom
R. G. G. G.

COMMISSARIO 1		1) Preparatore automatico di vetrini per la determinazione di anticorpi con metodica di immunofluorescenza indiretta ed ELISA	PUNTEGGIO TABELLARE	2) Lettore automatico dei vetrini e interpretazione dei preparati in immunofluorescenza	PUNTEGGIO TABELLARE
RTI IL	LOTTO 4 : SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' PER IL LABORATORIO DELLA ULSS 9 CIG B786C9A2C1	1.1) Caratteristiche di funzionamento e produttività del Sistema, quali: Programmazione "host query" senza necessità di creazione di lista di lavoro n° vetrini processabili per seduta n° campioni processabili per seduta n° metodiche diverse processabili in contemporanea per seduta	1.2) Caratteristiche di dispensazione del Sistema, quali: Numero di aghi di dispensazione Dispensazione del liquido di montaggio	2.1) Produttività del Sistema e caratteristiche di funzionamento, quali: Numero di vetrini caricabili sulla strumentazione Metodo di acquisizione delle immagini Invio dei risultati delle immagini al gestionale al termine della lettura di ciascun vetrino Programmazione della seduta in modalità host-query alla lettura del barcode dei vetrini	2.2) Stima del titolo end-point attraverso algoritmo matematico del segnale fluorescente per ANA e DNA nativo
		0,0 NON PRESENTE/0,2 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,4 INSUFFICIENTE 0,6 SUFFICIENTE 0,8 DISCRETO 0,7 BUONO			
		0,9 MOLTO BUONO			CARATTERISTICA PRESENTE
		1,0 OTTIMO	Proposta completa, molto dettagliata, con soluzioni adeguate alla complessità del servizio e rispondente in maniera ottimale ai fabbisogni e agli standard qualitativi richiesti		
			1	0,9	2
		1	1		
		COEFFICIENTI ASSEGNATI			
1					

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

1	RTI IL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RTI IL : Instrumentation Laboratory Capofila
 e associate: EUROIMMUN - THERMO FISHER

1 COMMISSARI

Mano
Mano
Mano

COMMISSARIO 2		1) Preparatore automatico di vetrini per la determinazione di anticorpi con metodica di immunofluorescenza indiretta ed ELISA	PUNTEGGIO TABELLARE	2) Lettore automatico dei vetrini e interpretazione dei preparati in immunofluorescenza	PUNTEGGIO TABELLARE
RTI IL	LOTTO 4 : SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' PER IL LABORATORIO DELLA ULSS 9 CIG B786C9A2C1	1.1) Caratteristiche di funzionamento e produttività del Sistema, quali: Programmazione "host query" senza necessità di creazione di lista di lavoro vetrini processabili per seduta in Contingency e per seduta in "metodiche diverse processabili in contemporanea per seduta	1.2) Caratteristiche di dispensazione del Sistema, quali: Numero di aghi di dispensazione Dispensazione del liquido di montaggio	2.1) Produttività del Sistema e caratteristiche di funzionamento, quali: Numero di vetrini caricabili sulla strumentazione Velocità di acquisizione delle immagini Invio dei risultati delle immagini al computer al termine della lettura di ciascun vetrino Programmazione della seduta in modalità host-query alla lettura del barcode dei vetrini	2.2) Sisma del titolo end-point attraverso la lettura di vetrini con fluorescenza per ANA e DNA nativo
	NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0			
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2			
	INSUFFICIENTE	0,4			
	SUFFICIENTE	0,6			
	DISCRETO	0,7			
	BUONO	0,8			
RTI IL	MOLTO BUONO	0,9			
	OTTIMO	1,0			
	COEFFICIENTI ASSEGNATI		2		2

COMMISSARIO 2		3) Analizzatori automatici random access per metodiche in immunoassay	PUNTEGGIO TABELLARE	4) Sistema per la preparazione di metodiche in immunoblot	PUNTEGGIO TABELLARE
RTI IL	LOTTO 4 : SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' PER IL LABORATORIO DELLA ULSS 9 CIG B786C9A2C1	3.1) Dispensazione con sonda dedicata per campioni e sonda dedicata per reagenti	3.2) Caratteristiche della strumentazione tecnica e di funzionamento, quali: Strumentazione da banco di dimensioni contenute Tempo necessario al rilascio del primo risultato Numero reagenti caricabili on board per singolo strumento Stabilità delle curve di calibrazione Maggiore linearità (AMR) per i principali parametri utilizzati nel monitoraggio (TTC (pA, dSDNA)	4.1) Caratteristiche della strumentazione tecnica e di funzionamento, quali a titolo esemplificativo : Dispensazione del campione da provetta primaria Numero di antigeni per strip esteso e completo relativamente alla patologia indagata	4.2) Utilizzo dei reattivi monodose per evitare sprechi e ridurre rischio di carry-over
	NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0			
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2			
	INSUFFICIENTE	0,4			
	SUFFICIENTE	0,6			
	DISCRETO	0,7			
RTI IL	MOLTO BUONO	0,8			
	OTTIMO	0,9			
	COEFFICIENTI ASSEGNATI	2			2

COMMISSARIO 2		5) Middleware di settore per il collegamento bidirezionale delle strumentazioni al LIS di laboratorio (TDNextLabs)	PUNTEGGIO TABELLARE	6) Organizzazione e modalità di espletamento del servizio di assistenza post-vendita	PUNTEGGIO TABELLARE
RTI IL	LOTTO 4 : SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' PER IL LABORATORIO DELLA ULSS 9 CIG B786C9A2C1	5.1) Caratteristiche del middleware di settore, quali: Collegamento con analizzatori forniti da altre ditte Monitoraggio in tempo reale dello stato degli esami per ogni metodologica analitica Esecuzione di reflex test e gestione di regole di validazione configurabili per il rilascio automatico di risultati in funzione anche dei risultati ottenuti in laboratorio. Accoglienza dei dati in real time nella schedariatura storica del paziente e numero di episodi visualizzabili in un'unica schermata possibilità di accesso immediato allo storico del paziente e alle immagini acquisite in precedenza nel momento stesso della lettura dei vetrini Possibilità di elaborazioni statistiche Tracciabilità di tutte le operazioni svolte in laboratorio e nei laboratori associati nell'attuale applicativo Modulab Autoimmunity di Instrumentation Laboratory corrispondenti a 10 anni di lavoro.	5.2) Impatto organizzativo della soluzione proposta. Verranno valutati nel loro insieme: Facilità d'uso, Miglioramento dei flussi di lavoro Organizzazione dei piani di lavoro, lista di dipendenti, la facilità di accesso allo storico, ingombro, Impatto sul personale tecnico per l'organizzazione del lavoro e sul personale dirigente per la refertazione.	6.1) Organizzazione, fasce orarie giornaliere e settimanali, modalità di accesso, tempi di intervento dalla chiamata, soluzioni previste in caso di termini macchina superiori alle 24 ore	6.2) Modalità di istruzione del personale e supporto previsto durante l'utilizzo dei sistemi, operazioni di manutenzione ordinaria
	NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0			
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2			
	INSUFFICIENTE	0,4			
	SUFFICIENTE	0,6			
	DISCRETO	0,7			
RTI IL	MOLTO BUONO	0,8			
	OTTIMO	0,9			
	COEFFICIENTI ASSEGNATI	0,9	0,9	1	0,9

RTI IL : Instrumentation Laboratory Capofila e associate: EUROMIMUN - THERMO FISHER

I COMMISSARI

Manuela Perin
dg
dg

COMMISSARIO 3			3) Preparatore automatico di vetrini per la determinazione di anticorpi con metodica di immunofluorescenza indiretta ed ELISA	PUNTEGGIO TABELLARE	2) Lettore automatico dei vetrini e interpretazione dei preparati in immunofluorescenza	PUNTEGGIO TABELLARE
LOTTO 4 : SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' PER IL LABORATORIO DELLA ULSS 9 CIG B786C3A2C1			1.1) Caratteristiche di funzionamento e produttività del Sistema, quali: Programmazione "host query" senza necessità di creazione di lista di lavoro n° vetrini processabili per seduta n° campioni processabili per seduta n° metodiche diverse processabili in contemporanea per seduta	1.2) Caratteristiche di dispensazione del Sistema, quali: Numero di aghi di dispensazione Dispensazione del liquido di montaggio	2.1) Produttività del Sistema e Caratteristiche di funzionamento, quali: Numero di vetrini caricabili sulla stazione Velocità di acquisizione delle immagini Invio dei risultati delle immagini al gestionale al termine della lettura di ciascun vetrino 2.2) Stima del titolo end-point attraverso algoritmo matematico del segnale fluorescente per ANA e DNA nativo	
RTI IL	NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0				
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2				
	INSUFFICIENTE	0,4				
	SUFFICIENTE	0,6				
	DISCRETO	0,7				
MOLTO BUONO	BUONO	0,8				
		0,9				
OTTIMO		1,0	Soddisfa pienamente i requisiti offrendo produttività di molto superiore alla richiesta	Caratteristiche dispensazione superiore a quanto richiesto nei requisiti minimi		
1	COEFFICIENTI ASSEGNATI		1	1	0,9	2

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

PUNTEGGIO TABELLARE			3) Analizzatori automatici random access per metodiche in immunosay	4) Sistema per la preparazione di metodiche in immunoblot	PUNTEGGIO TABELLARE
RTI IL	NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0	3.2) Caratteristiche della strumentazione tecnica e di funzionamento, quali: Strumentazione da banco di dimensioni contenute Numero reagenti caricabili on board per singolo strumento Sistema di corso di calibrazione Maglie lineari (AMR) per i principali parametri utilizzati nel monitoraggio (TTS, IgA, sIgMA)	4.1) Caratteristiche della strumentazione tecnica e di funzionamento, quali a titolo esemplificativo: Numero di antigeni per strip esteso e completo relativamente alla patologia indagata	4.3) Numerosità e tipologia dei test opzionali offerti
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2			
	INSUFFICIENTE	0,4			
	SUFFICIENTE	0,6			
	DISCRETO	0,7			
MOLTO BUONO	BUONO	0,8			
		0,9			
OTTIMO		1,0	Soddisfa ampiamente i requisiti richiesti	Caratteristiche rispondenti in modo ottimale a quanto richiesto	
1	COEFFICIENTI ASSEGNATI		0,9	1	2

PUNTEGGIO TABELLARE			5) Middleware di settore per il collegamento bidirezionale delle strumentazioni al LIS di laboratorio (IDNEXLAB)	6) Organizzazione e modalità di espletamento del servizio di assistenza post-vendita	PUNTEGGIO TABELLARE
RTI IL	NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0	5.1) Caratteristiche del middleware di settore, quali: Monitoraggio in tempo reale dello stato degli esami per ogni metodica analitica Esecuzione di reflex test e gestione di regole di validazione configurabili per il rilascio automatico di risultati in funzione anche dei risultati presenti nello storico. Archiviazione delle immagini e dei risultati in formato elettronico Possibilità di accesso immediato allo storico del paziente e alle immagini acquisite in precedenza nel momento stesso della lettura dei vetrini Possibilità di elaborazioni statistiche Tracciabilità di tutti i dati con esecuzioni eseguite Possibilità di interfacciamento con tutti i LIS di laboratorio Mediatech Automatici di Instrumentation Laboratory corrispondenti a 10 anni di lavoro.	6.1) Organizzazione, fasce orarie di accesso, tempi di intervento dalla chiamata, soluzioni previste in caso di fermi macchina superiori alle 24 ore	6.3) Supporto scientifico: second-opinion in laboratorio certificato
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2			
	INSUFFICIENTE	0,4			
	SUFFICIENTE	0,6			
	DISCRETO	0,7			
MOLTO BUONO	BUONO	0,8			
		0,9			
OTTIMO		1,0	Funzionalità rispondenti alla richiesta con recupero completo dell'archivio storico	La soluzione proposta soddisfa in modo molto buono la richiesta	
1	COEFFICIENTI ASSEGNATI		0,9	1	2

RTI IL : Instrumentation Laboratory Capofila
 e associate: EUROIMMUN - THERMO FISHER

1 COMMISSARI

Kenig Terry Tansen
daem
dfes

 REGIONE DEL VENETO ULSS9 SCALIGERA	<i>Azienda ULSS 9 - Scaligera</i> Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona Cod.Fisc. e P. IVA 02573090236 Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it
--	--

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DELLA PROCEDURA APERTA
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER
L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E
FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA DURATA DI 5 ANNI

LOTTO N. 6 – CIG B786C9C467

* * *

Alle ore 9.00 del giorno 31/03/2026, presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera in Via Pacinotti n. 16, Verona, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1321/2025, incaricata di valutare le offerte relative al Lotto n.6 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiali di consumo per la durata di 5 anni, nelle persone di:

Dott.ssa Antonella Bassi – Presidente – Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi

Dott.ssa Enrica Curcio – Componente – TSLB con Incarico di Funzione Organizzativa U.O.C. Laboratorio Analisi

Ing. Roberto Gitto – Componente – U.O.S. Ingegneria Clinica

e

Dott.ssa Rita Falezza – Segretario non componente – della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari, nella seduta odierna, procedono in relazione al Lotto n.6.

La Commissione a seguito dell'analisi dei documenti di offerta tecnica presentati dagli Operatori Economici, in relazione alla loro conformità a quanto richiesto dalla documentazione di gara e alla loro completezza, rileva che la stessa è conforme a quanto richiesto.

I Commissari, ai sensi dell'art. 18.2 del Disciplinare di Gara, a conclusione dell'esame della documentazione di offerta tecnica, procedono con l'attribuire individualmente, in relazione a ciascuna offerta, i coefficienti di valutazione ad ogni elemento qualitativo oggetto di valutazione discrezionale come riportato nelle schede di valutazione del singolo componente allegate al presente verbale.

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott.  Corrado Andriani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL 

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procede all'attribuzione in relazione a ciascuna offerta, come disposto dell'art. 18.3 del Disciplinare di Gara, dei punteggi per ogni singolo criterio di valutazione, risultandone i valori riportati nella allegate tabelle 2.

Dato atto che la Commissione **procede ad operare la 1° riparametrazione**, ai sensi dell'art.18.3 del Disciplinare di gara.

Dato atto che, con riferimento al punteggio complessivo, nessun operatore economico ha conseguito il punteggio massimo di punti 70, **si procede ad operare la riparametrazione**, ai sensi dell'art.18.3 del Disciplinare di gara, risultandone i seguenti punteggi finali:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO
Abbott S.r.l.	70,00 / 70,00
Elitech Group S.p.a.	47,76 / 70,00

La Commissione procede quindi ad inserire i punteggi qualitativi nella piattaforma Sintel.

La Commissione **ammette** alla successiva fase della procedura di gara, avendo ottenuto un punteggio superiore alla soglia di esclusione pari a 45,00 / 70,00, i seguenti Operatori Economici:

- Abbott S.r.l.
- Elitech Group S.p.a.

I lavori si chiudono alle ore 15,15.

Dott.ssa Antonella Bassi



Dott.ssa Enrica Curcio



Ing. Roberto Gitto



Dott.ssa Rita Falezza – Segretario non componente



Allegati:

- Verbale di seggio di gara;
- Schede valutazione singolo commissario;
- Tabelle di calcolo dei punteggi.

SISTEMA ANALITICO ALTERNATIVO						
1 SISTEMA PRINCIPALE						
COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODOLOGIA DI REAL TIME PCR PER IL LABORATORIO DI LEGNAGO DELLA USS 9 SCALIGERA LOTTO 6 – CIG 8786C9CA67						
	1.1 Possibilità di effettiva processazione random dei campioni, indipendentemente dai test richiesti (specificare)	1.2 Produttività del sistema nelle 8 ore	1.3 Possibilità caricamento continuo dei campioni e dei reagenti (illustrare)	1.4 Gestione dei test urgenti a routine in corso (specificare)	1.5 Tempi di esecuzione dei test dall'aspirazione dei campioni all'ottenimento dei risultati	1.6 Possibilità di ottimizzazione dei consumi in base alle caratteristiche dei reagenti (specificare)
ABBOTT						
COMMISSARIO 1	1	1	1	1	0,9	1
COMMISSARIO 2	1	1	1	1	0,9	1
COMMISSARIO 3	1	1	1	1	0,9	1
1 MEDIA COEFFICIENTI ASSEGNATI	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00
ELITECH						
COMMISSARIO 1	0,8	0,8	0,4	0	0,6	0,7
COMMISSARIO 2	0,8	0,6	0,4	0	0,6	0,7
COMMISSARIO 3	0,8	0,6	0,4	0	0,6	0,7
2 MEDIA COEFFICIENTI ASSEGNATI	0,80	0,67	0,40	0,00	0,60	0,70

	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO TABELLARE
	1.7 Numero di campioni caricabili contemporaneamente sullo strumento	1.8 Tempo necessario per la manutenzione giornaliera	1.9 Modalità di calibrazione e stabilità delle stesse sullo strumento	1.10 Disponibilità di reagenti che non richiedono ricostituzione manuale (descrivere)	1.11 Stabilità dei reagenti di amplificazione a bordo dello strumento	1.12 Possibilità di almeno 2 livelli di controlli positivi per i dosaggi quantitativi (alto e basso positivo)
ABBOTT						
COMMISSARIO 1	1	1	1	1	1	3
COMMISSARIO 2	1	0,9	0,9	1	1	
COMMISSARIO 3	1,00	0,97	0,97	1,00	1,00	
1 MEDIA COEFFICIENTI ASSEGNATI	1,00	0,97	0,97	1,00	1,00	
ELITECH						
COMMISSARIO 1	0,7	0,6	0,7	1	0,6	
COMMISSARIO 2	0,6	0,4	0,7	0,7	0,4	
COMMISSARIO 3	0,6	0,6	0,7	0,7	0,4	
2 MEDIA COEFFICIENTI ASSEGNATI	0,63	0,53	0,7	0,8	0,47	3

	2 SISTEMA PRINCIPALE ED EVENTUALE SISTEMA SECONDARIO	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO TABELLARE	PUNTEGGIO TABELLARE
	2.1 Per C, trachionats, N, gonorrhoeae e M, genitalium, dosaggi dotati di controllo interno cellulare non cellulare (specificare)	2.2 Software degli strumenti che permettono all'operatore di visualizzare le curve di amplificazione direttamente sullo strumento al termine dell'analisi	2.3 Per la ricerca di CMV, DNA 2.4 Possibilità di rilevare C, trachionats, N, gonorrhoeae e M, genitalium contemporaneamente nella stessa reazione di amplificazione		
ABBOTT					
COMMISSARIO 1	1	1	3	5	
COMMISSARIO 2	1	1			
COMMISSARIO 3	1	1			
1 MEDIA COEFFICIENTI ASSEGNATI	1,00	1,00	3	5	
ELITECH					
COMMISSARIO 1	0,9	1			
COMMISSARIO 2	0,9	1			
COMMISSARIO 3	0,9	1			
2 MEDIA COEFFICIENTI ASSEGNATI	0,90	1,00			

I COMMISSARI

Deon
Enrico Luis
Deppos

COMMISSARIO 1

1 SISTEMA PRINCIPALE

SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE, E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRATTORE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL TIME PCR PER IL LABORATORIO DI LEGNAGO DELLA U.I.S.S. 9 SCALIGERA
LOTTO 6 – CIG B786C9C467

1.1 Possibilità di effettiva processazione random dei campioni indipendentemente dai test richiesti (specificare)

1.2 Produttività del sistema nelle 8 ore

1.3 Possibilità caricamento continuo dei campioni e dei reagenti (illustrare)

1.4 Gestione dei test urgenti a routine in corso (specificare)

1.5 Tempi di esecuzione del test dall'aspirazione dei campioni all'ottenimento dei risultati

1.6 Possibilità di ottimizzazione dei consumi in base alle caratteristiche dei reagenti (specificare)

ABBOTT

MOLTO BUONO

0,9

MOLTO BUONO con 115 min per i primi 12 test e successivamente 12 test ogni 16 min elaborazione di 24 test in 131 min (1h 11min)

OTTIMO

OTTIMO quanto proposto. Lo strumento permette di 1,0 processare in modalità random campioni di matrici differenti con caricamento in continuo

OTTIMA la produttività del sistema con 300 campioni in 8 ore

OTTIMA la possibilità di caricamento continuo e di gestione dei test urgenti con indicazione delle posizioni sulle quali sono disponibili posti liberi

OTTIMA la gestione dei test urgenti a routine in corso. I campioni in routine e i test urgenti vengono elaborati in parallelo e viene elaborato dalla prima postazione che si libera dal momento del caricamento

OTTIMO quanto proposto con i reagenti contenuti in pozzetti monodose per avere il minore spreco possibile. Quelli non utilizzati rimangono disponibili a bordo apparecchiatura

1 COEFFICIENTI ASSEGNATI

1

1

1

1

0,9

1

NON PRESENTI/ NON VALUTABILE

0,0

NON VALUTABILE, caratteristica assente

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

0,2

INSUFFICIENTE

0,4

INSUFFICIENTE complessivamente quanto proposto, il caricamento in continuo è possibile ma l'analisi del campione viene eseguita a fine di quella in corso

ELITECH

SUFFICIENTE

0,6

SUFFICIENTE, con circa 3h15min per 24 campioni differenti

DISCRETO

0,7

Caratteristica discreta. Possibilità di congelare e scongelare i reagenti per 7 volte.

BUONO

BUONO complessivamente quanto proposto. Lo strumento permette di processare in modalità random campioni di matrici differenti

BUONO quanto proposto, con produttività di 48 (BacGenius) +24 (InGenius) test in 8 ore

MOLTO BUONO

0,9

2 COEFFICIENTI ASSEGNATI

0,8

0,8

0,4

0

0,6

0,7

1 SISTEMA PRINCIPALE					
	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO TABELLARE
ABBOTT	1.7 Numero di campioni caricabili contemporaneamente sullo strumento	1.8 Tempo necessario per la manutenzione giornaliera	1.9 Modalità di calibrazione e stabilità delle stesse sullo strumento	1.10 Disponibilità di reagenti che non richiedono sostituzione manuale (descrivere)	1.11 Stabilità dei reagenti di amplificazione a bordo dello strumento
	NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0			1.12 Possibilità di almeno 2 livelli di controlli positivi per i dosaggi quantitativi (alto e basso positivo)
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2			
	INSUFFICIENTE	0,4			
	SUFFICIENTE	0,6			
	DISCRETO	0,7			
	BUONO	0,8			
	MOLTO BUONO	0,9			
	OTTIMO	1,0	OTTIMO la manutenzione giornaliera prevista per i due sistemi è di 0-5 min	OTTIMO quanto proposto con reagenti pronti all'uso	OTTIMO con stabilità a 30 gg senza necessità di rimuoverli dallo strumento
	COEFFICIENTI ASSEGNATI	1	1	1	1
ELITTECH	NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0			
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2			
	INSUFFICIENTE	0,4			
	SUFFICIENTE	0,6	SUFFICIENTE circa 20 min scaricando consumabili, reagenti e scarti		SUFFICIENTE, circa 7 h
	DISCRETO	0,7	DISCRETO, 24 campioni analizzabili in sottogruppi da 12	DISCRETA la calibrazione memorizzabile con validità 60 gg	
	BUONO	0,8			
	MOLTO BUONO	0,9			
	OTTIMO	1,0		OTTIMO, Sì, non richiedono ulteriori ricostruzioni	
	COEFFICIENTI ASSEGNATI	0,7	0,6	1	0,6

2 SISTEMA PRINCIPALE ED EVENTUALE SISTEMA SECONDARIO					
	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO TABELLARE	PUNTEGGIO TABELLARE
ABBOTT	2.1 Per C, trachomatis, N, gonorrhoeae e M. genitalium, dosaggi dotati di controllo interno cellulare e/o di controllo interno non cellulare (specificare)	2.2 Software degli strumenti che permettano all'operatore di visualizzare le curve di amplificazione direttamente sullo strumento al termine dell'analisi	2.3 Per la ricerca di CMV, DNA, positività trachomatis, N, gonorrhoeae e M. genitalium contemporaneamente nella stessa reazione di amplificazione	2.4 Possibilità di rilevare C, trachomatis, N, gonorrhoeae e M. genitalium contemporaneamente nella stessa reazione di amplificazione	
	NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0			
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2			
	INSUFFICIENTE	0,4			
	SUFFICIENTE	0,6			
	DISCRETO	0,7			
	BUONO	0,8			
	MOLTO BUONO	0,9			
	OTTIMO	1,0	OTTIMO Il software proposto	CARATTERISTICA PRESENTE: 3	CARATTERISTICA PRESENTE: 5
	COEFFICIENTI ASSEGNATI	1	1		
	NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0			
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2			
	OTTIMO	1,0			

ELITECH				
INSUFFICIENTE	0.4			
SUFFICIENTE	0.6			
DISCRETO	0.7			
BUONO	0.8			
MOLTO BUONO	0.9	MOLTO BUONO il controllo interno esigeva CTICPE, contenente i requisiti di cui alla sequenza del Gene umano beta Globin		
OTTIMO	1.0			
COEFFICIENTI ASSEGNATI		0.9	OTTIMO il software proposto 1	CARATTERISTICA PRESENTE: 3
2				CARATTERISTICA PRESENTE: 5

I COMMISSARI

Alban
Massimiliano
De Leo

COMMISSARIO 2		1 SISTEMA PRINCIPALE					
SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODOLOGIA DI REAL TIME PCR PER IL LABORATORIO DI LEGNAGO DELLA UISS 9 SCALIGERA LOTTO 6 – CIG B786C9C467		1.1 Possibilità di effettiva processazione random dei campioni, indipendentemente dai test richiesti (specificare)	1.2 Produttività del sistema nelle 8 ore	1.3 Possibilità caricamento continuo dei campioni e dei reagenti (illustrare)	1.4 Gestione dei test urgenti a routine in corso (specificare)	1.5 Tempi di esecuzione dei test dall'aspirazione dei campioni all'ottenimento dei risultati	1.6 Possibilità di ottimizzazione dei consumi in base alle caratteristiche dei reagenti (specificare)
ABBOTT	NON PRESENTENON VALUTABILE	0,0					
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2					
	INSUFFICIENTE	0,4					
	SUFFICIENTE	0,6					
	DISCRETO	0,7					
	BUONO	0,8					
	MOLTO BUONO	0,9				MOLTO BUONO il tempo di esecuzione dei test di Allinity m system dall'aspirazione dei campioni all'ottenimento dei risultati è sempre inferiore a 115 minuti indipendentemente dal tipo di test richiesto. Successivamente vengono rilasciati fino a 12 risultati ogni 16 minuti	
	OTTIMO	1,0	OTTIMO quanto proposto. Allinity m permette l'analisi continua dei campioni e l'accesso random ai dosaggi in quanto è dotato di unità di estrazione e moduli ciclatori termici/lettori PCR multipli.	Caratteristica rispondente in maniera OTTIMALE con produttività di 300 campioni in circa 8 ore	OTTIMO. Caratteristica presente, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi attesi	OTTIMO quanto proposto. Nel caso in cui venga richiesto un campione in urgenza (STAT), è possibile caricare il campione con priorità di ingresso e viene analizzato con priorità. Successivamente si libera una delle 4 unità di estrazione di cui lo strumento è dotato.	OTTIMO quanto proposto. I reagenti di amplificazione sono contenuti in pozzetti singoli (dose unitaria) e ciascun pozzetto viene utilizzato per un solo campione. Il confezionamento monodose consente di seguire anche un singolo campione e ridurre il rischio di contaminazione. Il resto del reagente rimane disponibile on board per essere utilizzato con i successivi campioni, fino al suo esaurimento.
1 COEFFICIENTI ASSEGNATI			1	1	1	0,9	1
NON PRESENTENON VALUTABILE		0,0					
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE		0,2					
INSUFFICIENTE		0,4		INSUFFICIENTE complessivamente quanto proposto, il caricamento in continuo è possibile ma l'analisi dei campioni viene eseguita a fine di quella in corso			
SUFFICIENTE		0,6	SUFFICIENTE, con produttività di 48 test in 8 ore			SUFFICIENTE quanto proposto con 24 campioni differenti in circa 3 ore e 15 minuti	
DISCRETO		0,7					DISCRETO complessivamente quanto proposto, i reagenti offerti contengono più viali (ognuno da 24 test) che possono essere scongelati e ricongelati fino a 7 volte garantendo la possibilità di eseguire 4 campioni alla volta con ogni tubo di miscela di amplificazione. E' necessario rimuoverli tutte le volte dalla strumentazione.
BUONO		0,8	BUONO quanto proposto, all'interno di ogni strumento possono essere processati campioni di matrici differenti per l'esecuzione di profili termici diversi consentendo l'esecuzione contemporanea di test diversi a seconda delle necessità; apprezzata la validità dei controlli a 15 gg.				
MOLTO BUONO		0,9					
OTTIMO		1,0					
COEFFICIENTI ASSEGNATI			0,8	0,6	0,4	0	0,6
							0,7

ABBOT						
	INSUFFICIENTE	0,4				
	SUFFICIENTE	0,6				
	DISCRETO	0,7				
	BUONO	0,8				
	MOLTO BUONO	0,9				
	OTTIMO	1,0	OTTIMO quanto proposto, il dosaggio Alinity STI è dotato sia di controllo interno cellulare (IC) sia di controllo interno non cellulare (IC).	OTTIMO. Il software è presente su Alinity e Abbot m2000LT.	CARATTERISTICA PRESENTE: 3	CARATTERISTICA PRESENTE: 5
1	COEFFICIENTI ASSEGNATI		1	1		
ELITECH	NON PRESENTENON VALUTABILE	0,0				
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2				
	INSUFFICIENTE	0,4				
	SUFFICIENTE	0,6				
	DISCRETO	0,7				
	BUONO	0,8				
	MOLTO BUONO		MOLTO BUONO quanto proposto, il controllo interno esogene CTRCPE, DNA, contiene sequenze del gene umano beta-Globin.			
	OTTIMO	1,0		OTTIMO. Caratteristica presente su entrambi gli strumenti offerti.	CARATTERISTICA PRESENTE: 3	CARATTERISTICA PRESENTE: 5
2	COEFFICIENTI ASSEGNATI		0,9	1		

I COMMISSARI





COMMISSARIO 3

1 SISTEMA PRINCIPALE

SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL TIME PCR PER IL LABORATORIO DI LEGNAGO DELLA ULSS 9 SCALIGERA
LOTTO 6 – CIG 8786C9C467

COMMISSARIO 3		1 SISTEMA PRINCIPALE						
SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODOLOGIA DI REAL TIME PER PER IL LABORATORIO DI LEGNAGO DELLA UISS 9 SCALIGERA LOTTO 6 – CIG B786C9C467		1.1 Possibilità di effettiva processazione random dei campioni, indipendentemente dai test richiesti (specificare)	1.2 Produttività del sistema nelle 8 ore	1.3 Possibilità caricamento continuo dei campioni e dei reagenti (illustrare)	1.4 Gestione dei test urgenti a routine in corso (specificare)	1.5 Tempi di esecuzione dei test dall'aspirazione dei campioni all'ottenimento dei risultati	1.6 Possibilità di ottimizzazione dei consumi in base alle caratteristiche dei reagenti (specificare)	
ABBOTT	NON PRESENTENON VALUTABILE	0,0						
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2						
	INSUFFICIENTE	0,4						
	SUFFICIENTE	0,6						
	DISCRETO	0,7						
	BUONO	0,8						
	MOLTO BUONO	0,9				MOLTO BUONO. I tempi di esecuzione soddisfanno in modo adeguato le esigenze organizzative del Laboratorio		
	OTTIMO	1,0	OTTIMO quanto proposto, lo strumento offerto è in grado di processare random i campioni indipendentemente dai test richiesti, inoltre è possibile il caricamento del singolo campione con avvio contestuale del processo analitico anche a strumentazione in funzione e già avviata per seduta in corso	OTTIMA la produttività della strumentazione principale offerta (300 test in 8 ore) è ampiamente superiore ai fabbisogni indicati nel capitolato (media circa 40 test al giorno) con ottima capacità ad assorbire eventuali picchi di richieste	OTTIMO. Caratteristica ampiamente rispondente agli standard qualitativi attesi	OTTIMO. Lo strumento permette la gestione prioritaria di campioni urgenti caricati a routine in corso, è possibile il caricamento del singolo campione e avvio contestuale del processo analitico anche a strumentazione in funzione e già avviata per seduta in corso e di inviare il campione urgente direttamente in estrazione bypassando i campioni in lavorazione.	OTTIMO. La possibilità di ottimizzazione dei consumi è più che adeguata	
	1.COEFFICIENTI ASSEGNATI	1	1	1	1	0,9	1	
	NON PRESENTENON VALUTABILE	0,0			NON VALUTABILE. Lo strumento non permette una gestione prioritaria di campioni urgenti caricati a routine in corso, è necessario utilizzare lo strumento di back-up se libero			
ELITECH	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2						
	INSUFFICIENTE	0,4		INSUFFICIENTE. Caratteristica non rispondente in maniera adeguata agli standard qualitativi attesi				
	SUFFICIENTE	0,6	SUFFICIENTE la produttività della strumentazione principale offerta (48 test in 8 ore) è di poco superiore ai fabbisogni indicati nel capitolato (media circa 40 test al giorno), con limitata capacità ad assorbire eventuali picchi di richieste			I tempi di esecuzione soddisfanno in modo sufficiente le esigenze organizzative del Laboratorio	La possibilità di ottimizzazione dei consumi è discreta	
	DISCRETO	0,7						
	BUONO	0,8	BUONO quanto proposto. Lo strumento offerto è in grado di processare nella stessa seduta campioni di matrici differenti per l'esecuzione di profili termici diversi					
	MOLTO BUONO	0,9						
2	COEFFICIENTI ASSEGNATI	1,0	0,8	0,6	0,4	0	0,6	0,7

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

1 SISTEMA PRINCIPALE							
	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO TABELLARE
		1.7 Numero di campioni caricabili contemporaneamente sullo strumento	1.8 Tempo necessario per la manutenzione giornaliera	1.9 Modalità di calibrazione e stabilità delle stesse sullo strumento	1.10 Disponibilità di reagenti che non richiedono ricostituzione manuale (descrivere)	1.11 Stabilità dei reagenti di amplificazione a bordo dello strumento	1.12 Possibilità di almeno 2 livelli di controlli positivi per i dosaggi quantitativi (alto e basso positivo)
ABBOTT	NON PRESENTE/NON VALUTABILE	0,0					
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2					
	INSUFFICIENTE	0,4					
	SUFFICIENTE	0,6					
	DISCRETO	0,7					
	BUONO	0,8					
	MOLTO BUONO	0,9	Caratteristica molto buona rispondente in maniera adeguata alle esigenze organizzative del laboratorio	Caratteristica molto buona rispondente in maniera adeguata alle esigenze organizzative del laboratorio			
	OTTIMO		OTTIMO quanto proposto, sono caricabili contemporaneamente 144 campioni. Questa caratteristica soddisfa ampiamente le esigenze del Laboratorio		Caratteristica rispondente in maniera ottimale allo standard qualitativo atteso	Caratteristica rispondente in maniera ottimale alle esigenze organizzative del Laboratorio	CARATTERISTICA PRESENTE: 3
	COEFFICIENTI ASSEGNATI	1	0,9	0,9	1	1	
	NON PRESENTE/NON VALUTABILE	0,0					
ELITECH	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2					
	INSUFFICIENTE	0,4				INSUFFICIENTE quanto proposto. Caratteristica non rispondente in maniera adeguata alle esigenze organizzative del Laboratorio	
	SUFFICIENTE	0,6	SUFFICIENTE quanto proposto. Sono caricabili contemporaneamente 24 campioni. Questa caratteristica soddisfa le esigenze minime del Laboratorio	Caratteristica rispondente in maniera sufficiente alle esigenze organizzative del laboratorio			
	DISCRETO	0,7		Caratteristica rispondente in maniera discreta alle esigenze organizzative del laboratorio	Caratteristica rispondente in maniera discreta allo standard qualitativo atteso		
	BUONO	0,8					

	MOLTO BUONO	0,9					
2	OTTIMO	1,0					CARATTERISTICA PRESENTE: 3
2	COEFFICIENTI ASSEGNATI		0,5	0,6	0,7	0,7	0,4

2 SISTEMA PRINCIPALE ED EVENTUALE SISTEMA SECONDARIO							
		PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO DISCREZIONALE	PUNTEGGIO TABELLARE	PUNTEGGIO TABELLARE		
	NON PRESENTENON VALUTABILE	0,0	2.1 Per C. trachomatis, N. gonorrhoeae e M. genitalium, possibilità di controllo interno cellulare ed/o di controllo interno non cellulare (specificare)	2.2 Software degli strumenti che permettano all'operatore di visualizzare le curve di amplificazione direttamente sullo strumento al termine dell'analisi	2.3 Per la ricerca di CMV, DNA, possibilità di utilizzare direttamente sullo strumento provette primarie di sangue intero	2.4 Possibilità di rilevare C. trachomatis, N. gonorrhoeae e M. genitalium contemporaneamente nella stessa reazione di amplificazione	
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2					
	INSUFFICIENTE	0,4					
	SUFFICIENTE	0,6					
	DISCRETO	0,7					
	BUONO	0,8					
	MOLTO BUONO	0,9					
	OTTIMO	1,0	Caratteristica rispondente in maniera ottimale alla qualità attesa	Caratteristica rispondente in maniera ottimale alla qualità attesa	CARATTERISTICA PRESENTE: 3	CARATTERISTICA PRESENTE: 5	
1	COEFFICIENTI ASSEGNATI		1	1			
	NON PRESENTENON VALUTABILE	0,0					
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2					
	INSUFFICIENTE	0,4					
	SUFFICIENTE	0,6					
	DISCRETO	0,7					
	BUONO	0,8					
	MOLTO BUONO	0,9	MOLTO BUONO. Caratteristica rispondente in maniera adeguata alla qualità attesa		CARATTERISTICA PRESENTE: 3	CARATTERISTICA PRESENTE: 5	
	OTTIMO	1,0		OTTIMO. Caratteristica rispondente in maniera ottimale alla qualità attesa			
2	COEFFICIENTI ASSEGNATI		0,9	1			

I COMMISSARI

Donna
Anna Maria
Di Pietro



VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA DURATA DI 5 ANNI

LOTTO N. 1 – CIG B786C97048

LOTTO N. 2 – CIG B786C9811B

LOTTO N. 3 – CIG B786C991EE

LOTTO N. 5 – CIG B786C9B394

LOTTO N. 6 – CIG B786C9C467

* * *

Alle ore 09:30 del 13/11/2025, presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera in Via Pacinotti n. 16, Verona, si è insediata la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. **1321/2025**, incaricata di valutare le offerte relative ai Lotti n.1, n.2, n.3, n.5 e n.6 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiali di consumo per la durata di 5 anni, composta dai signori:

Dott.ssa Antonella Bassi – Presidente – Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi

Dott.ssa Enrica Curcio – Componente – TSLB con Incarico di Funzione Organizzativa U.O.C. Laboratorio Analisi

Ing. Roberto Gitto – Componente – U.O.S. Ingegneria Clinica

Viene designato segretario non componente

Dott. Claudio Martinelli – Collaboratore amministrativo professionale della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica.

Il Presidente dichiara e chiede a ciascun Commissario di dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità, astensione e inconferibilità previste dall'art.93, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023 e poter, quindi, far parte della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto e di accettarne l'incarico.

Le dichiarazioni, rilasciate e sottoscritte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, vengono allegate al presente verbale e messe agli atti della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

La Commissione Giudicatrice prende atto che:

- entro i termini hanno presentato offerta i seguenti Operatori Economici, così distinti per lotto:

- Lotto n. 1: Beckman Coulter S.r.l.; R.T.I. tra Roche Diagnostics S.p.a. e DiaSorin Italia S.p.a.
- Lotto n. 2: Beckman Coulter S.r.l.; Dasit S.p.a.; Sysmex Italia S.r.l.
- Lotto n. 3: Instrumentation Laboratory S.p.a.; Stago S.r.l.
- Lotto n. 5: Instrumentation Laboratory S.p.a.

- Lotto n. 6: Abbott S.r.l.; Elitech Group S.p.a.;

- in data 26/09/2025, come da verbale di Seggio di gara allegato al presente e agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici e a verificarne la regolarità e conformità agli atti di gara;
- in data 10/11/2025, come da verbale di Seggio di gara allegato al presente e agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, a seguito dell'esito positivo della verifica della conformità a quanto prescritto dagli atti di gara della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici, si è proceduto ad ammettere tutti gli offerenti alla successiva fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche;
- in data 13/11/2025, come da verbale di Seggio di gara allegato al presente e agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, si è proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione di offerta tecnica presentata dagli Operatori Economici, e al conseguente *download* dei documenti presenti;
- le offerte tecniche presentate saranno valutate, per singolo lotto, ai sensi degli artt. 18.1, 18.2 e 18.3 del Disciplinare di gara

Il Presidente della Commissione consegna al Segretario, in originale, le copie per la Stazione Appaltante degli Attestati di partecipazione al sopralluogo obbligatorio, che vengono messe agli atti della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica.

La documentazione tecnica degli Operatori Economici che hanno presentato offerta per il Lotti n.1, n.2, n.3, n.5 e n.6 viene quindi messa a disposizione dei membri della Commissione Giudicatrice dal Segretario.

Il Presidente, ricevuta la documentazione tecnica, stabilisce che i Commissari procedano, individualmente, alla verifica della completezza delle singole offerte e all'esame delle stesse per valutarne la qualità ed attribuire, successivamente, i relativi punteggi tecnici.


I lavori si chiudono alle ore 11:30.

Dott.ssa Antonella Bassi – Presidente

Dott.ssa Enrica Curcio – Componente

Ing. Roberto Gitto – Componente

Dott. Claudio Martinelli – Segretario non componente



Allegati:

- Verbale di seggio di gara del 26/09/2025;
- Verbale di seggio di gara del 10/11/2025;
- Verbale di seggio di gara del 13/11/2025;
- Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità singoli componenti



DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il sottoscrittoAntonella Bassi....., nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1321 del 14/10/2024 quale componente della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 per il Lotto n. della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, per la durata di 5 anni, con la presente:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023

DICHIARA

1) di non essere stato componente, nel biennio precedente all'indizione della procedura in oggetto, di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

2) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

e in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

3) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura, considerando che costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, nonché all'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 62/2013;

4) l'insussistenza a proprio carico delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. e delle situazioni previste dall'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 165/2001;

5) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice della gara sopra indicata;

6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e all'Autorità e ad astenersi dalla funzione;

7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Verona

13/11/2025

Firma

[Handwritten signature]



DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il sottoscritto CURCIO ENRICA, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1321 del 14/10/2024 quale componente della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 per il Lotto n. 6 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, per la durata di 5 anni, con la presente:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023

DICHIARA

1) di non essere stato componente, nel biennio precedente all'indizione della procedura in oggetto, di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

2) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

e in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

3) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura, considerando che costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, nonché all'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 62/2013;

4) l'insussistenza a proprio carico delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. e delle situazioni previste dall'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 165/2001;

5) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice della gara sopra indicata;

6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e all'Autorità e ad astenersi dalla funzione;

7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Verona 13/11/2025

Firma



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

C.F. e P.IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il sottoscritto ROBERTO GITTO, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1321 del 14/10/2024 quale componente della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 per il Lotto n. 6 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, per la durata di 5 anni, con la presente:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023

DICHIARA

1) di non essere stato componente, nel biennio precedente all'indizione della procedura in oggetto, di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

2) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

e in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

3) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura, considerando che costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, nonché all'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 62/2013;

4) l'insussistenza a proprio carico delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. e delle situazioni previste dall'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 165/2001;

5) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice della gara sopra indicata;

6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e all'Autorità e ad astenersi dalla funzione;

7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Verona

13/11/2025

Firma


U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore: ing. Corrado Salfa

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO, CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO – ID SINTEL 204537182
VERBALE

Il giorno 26 settembre 2025 alle ore 09:30, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ing. Corrado Salfa | Presidente di Gara RUP |
| - Dott.ssa Rita Falezza | Teste |
| - Alice Fontana | Teste |

Il Presidente di gara rileva che:

- la gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 767 del 24/06/2025, si svolge con modalità telematica su Piattaforma Sintel, secondo la disciplina di cui al Disciplinare con i suoi allegati ed al Bando di gara che, anche se non allegati materialmente al presente atto, si considerano parte integrante di esso;
- in data 09/07/2025 è stata attivata, in modalità telematica, sulla piattaforma SinTel, la procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio, con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, aventi i seguenti lotti:

LOTTO	Descrizione LOTTO	IMPORTO LOTTO OLTRE IVA
1	CORELAB (Legnago –San Bonifacio e Villafranca)	€ 16.000.000,00
2	CONTAGLOBULI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME EMOCROMOCITOMETRICO E DEI RETICOLOCITI (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	€ 3.000.000,00
3	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI COAGULAZIONE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	€ 2.500.000,00
4	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' (San Bonifacio)	€ 1.850.000,00
5	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI TEST TOSSICOLOGICI E DOSAGGIO FARMACI (Legnago)	€ 1.587.500,00
6	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL time PCR (Legnago)	€ 1.250.000,00
7	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER IL PPI DI MALCESINE E IL PS DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	€ 702.500,00

Via Pacinotti,16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

Il Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
 cod.fisc. e P. IVA 02573090236
 Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

per la durata, per ogni singolo lotto, di anni 5, rinnovabile per altri 2.

- nella suddetta procedura è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte entro le ore 23:00 del 25/09/2025;

- entro il predetto termine sono pervenute, sul portale Sintel, le offerte di seguito riportate:

LOTTO	OGGETTO	DITTE PARTECIPANTI
1	CORELAB (Legnago –San Bonifacio e Villafranca)	1- R.T.I. composta da: - Roche Diagnostics Spa, con sede legale in via G.B. Stucchi n. 110, Monza (MB), C.F. 10181220152 (mandataria) - DiaSorin Italia Spa, con sede legale in via Crescentino, Saluggia (VC), C.F. 02749260028 (mandante) 2 - Beckman Coulter S.r.l., con sede legale in via Roma n. 108, Cassina de Pecchi (MI), C.F. 04185110154
2	CONTAGLOBULI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME EMOCROMOCITOMETRICO E DEI RETICOLOCITI (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	1 - Beckman Coulter S.r.l., con sede legale in via Roma n. 108, Cassina de Pecchi (MI), C.F. 04185110154 2 - Sysmex Italia s.r.l., con sede legale Via L. Battistotti Sassi n.11 (MI), C.F. 05908740961 3 - Dasit s.p.a., con sede legale in Piazza Erculeo n. 11 (MI), C.F. 03222390159
3	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI COAGULAZIONE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	1 - Stago s.r.l., con sede legale in via G. A. Amadeo n. 59 (MI), C.F. 11467381007 2 - Instrumentation Laboratory s.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208
4	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' (San Bonifacio)	1 - R.T.I. con: - Instrumentation Laboratory s.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208 (mandataria) - EUROIMMUN Italia s.r.l., con sede legale in via Corso Stati Uniti n. Padova (PD) C.F. 03680250283 (mandante) - Thermo Fisher Diagnostics s.p.a., con sede legale in via San Bovio n. 3 Segrate (MI), C.F. 00889160156 (mandante)
5	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI TEST TOSSICOLOGICI E DOSAGGIO FARMACI (Legnago)	1 - Instrumentation Laboratory s.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208

Via Pacinotti,16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

6	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL time PCR (Legnago)	1 - ELITechGroup s.p.a., con sede legale in via C.sa Italia n. 22 (MI), C.F. 05239350969 2 - Abbott s.r.l., con sede legale in viale G. Ribotta n. 9 Roma, C.F. 00076670595
7	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	1 - Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi s.r.l., con sede legale in via Bollate (MI), C.F. 03233560964 2 - A. Menarini Diagnostics s.r.l., con sede legale in via Sette Santi n. 3 Firenze, C.F. 05688870483 3 - Esamed s.r.l., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231 4 - A DE MORI s.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 57 (MI), C.F. 00152680203

Il Presidente di gara procede all'esame della documentazione amministrativa pervenuta, controllandone la regolarità e la rispondenza agli atti di gara e rileva quanto segue:

* R.T.I. con ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. mandataria e DIASORIN ITALIA S.P.A. mandante: la documentazione presentata dalla società Roche Siagnostics s.p.a. è carente della copia conforme delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, dichiarate nella documentazione presentata in gara;

* BECKMAN COULTER S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* SISMECH ITALIA S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* DASIT S.P.A.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* STAGO S.R.L.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

* INSTRUMENTATION LABORATORY e R.T.I. composto da quest'ultima (mandante) con EUROIMMUN THERMO FISHER e THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. (mandanti): la documentazione presentata dalle ditte è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

I lavori procedono fino alle ore 13:00 e successivamente il Presidente rimanda l'esame della restante documentazione.

Il giorno 02 ottobre 2025 alle ore 9:30, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

Via Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

- Ing. Corrado Salfa
- Dott.ssa Rita Falezza
- Alice Fontana

Presidente di Gara RUP
Teste
Teste

Il Presidente di gara continua l'esame della documentazione amministrativa pervenuta, controllandone la regolarità e la rispondenza agli atti di gara, e rileva quanto segue:

* ELITECHGROUP S.P.A.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* ABBOTT S.R.L.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* GEPA S.R.L.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* ESAMED S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* A. DE MORI S.P.A.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

Il Presidente, preso atto delle carenze documentali emerse, procede ad attivare, con comunicazione tramite piattaforma Sintel, il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nei confronti di: R.T.I. ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. e DIASORIN ITALIA S.P.A., A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L., ESAMED S.R.L., SISMEX ITALIA S.R.L. e BECKMAN COULTER S.R.L., per permettere loro l'integrazione della rispettiva documentazione amministrativa, e ne fissa il termine per le ore 12:00 del giorno 09/10/2025.

I lavori procedono fino alle ore 14:30 e successivamente il Presidente rimanda l'esame all'eventuale risposta al soccorso istruttorio da parte delle società interessate.

Il giorno 08 ottobre 2025 alle ore 09:30, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

- Ing. Corrado Salfa
- Dott.ssa Rita Falezza
- Alice Fontana

Presidente di Gara RUP
Teste
Teste

Il Presidente procede all'esame della documentazione pervenuta in risposta ai soccorsi istruttori attivati il giorno 02/10/2025, ed in particolare rileva quanto segue:

* A. Menarini Diagnostics s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 02/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

Via Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

* Sysmex Italia s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 03/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

* Roche Diagnostics s.p.a. ha risposto al soccorso istruttorio in data 03/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

* Esamed s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 03/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

* Beckman Coulter s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 05/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

Il Presidente prende atto che i suddetti operatori economici hanno presentato la documentazione conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

La seduta viene chiusa alle ore 13:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Ing. Corrado Salfa – Presidente di gara e RUP

- Dott.ssa Rita Falezza – Teste

- Alice Fontana - Teste


U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore f.f.: Dott. Corrado Andriani

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO, CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO – ID SINTEL 204537182
VERBALE

Il giorno 10/11/2025 Novembre 2025 alle ore 10:00, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

- Dott. Corrado Andriani	Presidente di Gara RUP
- Dott.ssa Rita Falezza	Teste
- Alice Fontana	Teste

Premesso che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1330 del 20/10/2025, è stato attribuito l'incarico di sostituzione del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica al Dott. Corrado Andriani, a partire dal 01/11/2025, il quale assume l'incarico di Presidente di Gara e RUP nel seggio di gara della procedura in oggetto.

Il Presidente prende atto che:

- con verbali di gara del 26/09/2025, del 02/10/2025 e del 08/10/2025, è stata valutata ed integrata con soccorso istruttorio la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici offerenti:

* R.T.I. con ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. con sede legale in via G.B. Stucchi n. 110, Monza (MB), C.F. 10181220152 (mandataria) e DIASORIN ITALIA S.P.A. con sede legale in via Crescen-
tino, Saluggia (VC), C.F. 02749260028 (mandante);

* BECKMAN COULTER S.R.L., con sede legale in via Roma n. 108, Cassina de Pecchi (MI), C.F. 04185110154;

* SISMEX ITALIA S.R.L., con sede legale Via L. Battistotti Sassi n.11 (MI), C.F. 05908740961;

* DASIT S.P.A., con sede legale in Piazza Ercolea n. 11 (MI), C.F. 03222390159;

* STAGO S.R.L., con sede legale in via G. A. Amadeo n. 59 (MI), C.F. 11467381007;

* INSTRUMENTATION LABORATORY, con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208;

* R.T.I. con INSTRUMENTATION LABORATORY, con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208 (mandataria) e EUROIMMUN THERMO FISHER, con sede legale in via Corso Stati Uniti n. Padova (PD) C.F. 03680250283 (mandante), THERMO FISCHER DIAGNOSTICS S.P.A. (mandante) con sede legale in via San Bovio n. 3 Segrate (MI), C.F. 00889160156;



* ELITECHGROUP S.P.A., con sede legale in via C.sa Italia n. 22 (MI), C.F. 05239350969;

* ABBOTT S.R.L., con sede legale in viale G. Ribotta n. 9 Roma, C.F. 00076670595;

* GEPA S.R.L., con sede legale in via Bollate (MI), C.F. 03233560964;

* A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L., con sede legale in via Sette Santi n. 3 Firenze, C.F. 05688870483;

* ESAMED S.R.L., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231;

* A. DE MORI S.P.A., con sede legale in Foro Buonaparte n. 57 (MI), C.F. 00152680203.

- tutti i suddetti operatori economici hanno presentato la documentazione conforme a quanto richiesto dagli atti di gara, ed ammette quindi alla successiva fase dell'apertura dell'offerta tecnica tutti gli operatori economici offerenti.

La seduta viene chiusa alle ore 13:40 .

Letto, confermato e sottoscritto.

- Dott. Corrado Andriani – Presidente di gara e RUP
- Dott.ssa Rita Falezza – Teste
- Dott.ssa Alice Fontana -Teste

 	<i>Azienda ULSS 9 - Scaligera</i> Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona Cod.Fisc. e P. IVA 02573090236 Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it
--	--

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DELLA PROCEDURA APERTA
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER
L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E
FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA DURATA DI 5 ANNI

LOTTO N. 7 – CIG B786C9D53A

* * *

Alle ore 10.30 del giorno 06/05/2026, presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera in Via Pacinotti n. 16, Verona, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale **n. 1321/2025**, incaricata di valutare le offerte relative al Lotto n.4 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiali di consumo per la durata di 5 anni, nelle persone di:

Dott.ssa Antonella Bassi – Presidente – Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi

Dott. Eros Adami – Componente – TSLB con Incarico di Funzione Professionale UOSD Laboratorio Analisi Bussolengo Villafranca

Ing. Roberto Gitto – Componente – U.O.S. Ingegneria Clinica

e Dott.ssa Rita Falezza – Segretario non componente – della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari, nella seduta odierna, procedono in relazione al Lotto n.7.

La Commissione a seguito dell'analisi dei documenti delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti in relazione alla loro conformità a quanto richiesto dalla documentazione di gara e alla loro completezza, rileva che la stessa è conforme a quanto richiesto.

I Commissari, ai sensi dell'art. 18.2 del Disciplinare di Gara, a conclusione dell'esame della documentazione dell'offerta tecnica, procedono con l'attribuire individualmente, in relazione alle offerte presentate, i coefficienti di valutazione ad ogni elemento qualitativo oggetto di valutazione discrezionale come riportato nelle schede di valutazione del singolo componente allegate al presente verbale.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procede all'attribuzione in relazione a ciascuna offerta, come disposto dell'art. 18.3 del Disciplinare di Gara, dei punteggi per ogni singolo criterio di valutazione, risultandone i valori riportati nella allegate tabelle.

La Commissione quindi **procede ad operare la 1° riparametrazione**, ai sensi dell'art.18.3 del Disciplinare di gara.

Dato atto che, con riferimento al punteggio complessivo, nessun operatore economico ha conseguito il punteggio massimo di punti 70, **procede ad operare la seconda riparametrazione**, ai sensi dell'art.18.3 del Disciplinare di gara, risultando i seguenti punteggi finali:

OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO
1 – A DE MORI s.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 57 (MI), C.F. 00152680203	70 / 70,00
2 – Esamed s.r.l., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231	69,81/ 70,00
3 - Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi s.r.l., con sede legale in via Bollate (MI), C.F. 03233560964	65,50/ 70,00
4 – A. Menarini Diagnostics s.r.l., con sede legale in via Sette Santi n. 3 Firenze, C.F. 05688870483	56,04/ 70,00

La Commissione procede quindi ad inserire i punteggi qualitativi nella piattaforma Sintel.

La Commissione **ammette** alla successiva fase della procedura di gara, avendo ottenuto un punteggio superiore alla soglia di esclusione pari a 45,00 / 70,00, le offerte di tutte le suddette ditte partecipanti.

I lavori si chiudono alle ore 11,30.


Dott.ssa Antonella Bassi



Dott. Eros Adami



Ing. Roberto Gitto



Dott.ssa Rita Falezza – Segretario non componente



Allegati:

- Schede valutazione singolo commissario;
- Tabelle di calcolo dei punteggi.



VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA DURATA DI 5 ANNI

LOTTO N. 7 – CIG B786C9D53A

* * *

Alle ore 9.00 del giorno 14/11/2025, presso la sede della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera in Via Pacinotti n. 16, Verona, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1321/2025, incaricata di valutare le offerte relative al Lotto n.7 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiali di consumo per la durata di 5 anni, nelle persone di:

Dott.ssa Antonella Bassi – Presidente – Direttore della U.O.C. Laboratorio Analisi

Dott. Eros Adami – Componente – TSLB con Incarico di Funzione Professionale UOSD Laboratorio analisi Bussolengo Villafranca;

Ing. Roberto Gitto – Componente – U.O.S. Ingegneria Clinica

e Dott.ssa Rita Falezza – Segretario non componente – della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

I Commissari, nella seduta odierna, procedono in relazione al Lotto n.7.

Il Presidente chiede a ciascun Commissario e procede egli stesso a dichiarare per iscritto di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità, astensione e inconfiribilità previste dall'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e poter quindi far parte della Commissione giudicatrice della gara in oggetto e di accettarne l'incarico.

Allega, quindi, le suddette dichiarazioni al presente verbale.

La Commissione prende quindi atto che:

- la gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 767 del 24/06/2025, si svolge con modalità telematica su Piattaforma Sintel, secondo la disciplina di cui al Bando di gara ed al Disciplinare con i suoi allegati e che, anche se non allegati materialmente al presente atto, si considerano parte integrante di esso;
- in data 09/07/2025 è stata attivata, in modalità telematica, sulla piattaforma SinTel, la procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio, con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, suddivisa in 7 lotti per la durata, per ogni singolo lotto, di anni 5, rinnovabile per altri 2.
- nella suddetta procedura è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte entro le ore 23:00 del 25/09/2025;

- entro il predetto termine sono pervenute, sul portale Sintel, per il Lotto 7, le seguenti offerte:

Lotto 7	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	1 - Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi s.r.l., con sede legale in via Bollate (MI), C.F. 03233560964 2 - A. Menarini Diagnostics s.r.l., con sede legale in via Sette Santi n. 3 Firenze, C.F. 05688870483 3 - Esamed s.r.l., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231 4 - A DE MORI s.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 57 (MI), C.F. 00152680203
---------	---	--

- come da verbali del Seggio di gara del 26/09/2025 e del 10/11/2025, allegati al presente atto e agli atti presso l'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa pervenuta, controllandone la regolarità e la rispondenza agli atti di gara e a seguito della verifica della conformità degli stessi; il Seggio di gara ha proceduto quindi ad ammettere, relativamente al Lotto 7, tutte le ditte partecipanti alla valutazione dell'offerta tecnica;

- ai sensi della suddetta deliberazione n. 767/2025, il proprio compito consiste nell'esaminare e valutare la documentazione tecnica predisposta dalle Società concorrenti, per attribuire i relativi punteggi, avendo a disposizione 70 punti, secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara, e che saranno ammesse alla fase successiva di aggiudicazione solo le ditte che in sede di valutazione qualitativa avranno ottenuto il punteggio minimo di 45/70 e che i punteggi dovranno essere così ripartiti:

LOTTO 7 : SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT)

+ MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, BUSSOLENGO E BOVOLONE DELL'U.L.S.S. 9 SCALIGERA

REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE	PESI	Tipologia requisito
Caratteristiche di middleware gestionale	15/70	D
Caratteristiche tecniche e di operatività dell'analizzatore/reagenti di chimica clinica	15/70	D
Caratteristiche tecniche e di operatività del contaglobuli/reagenti per ematologia	15/70	D
Caratteristiche tecniche e di operatività del coagulometro/reagenti	15/70	D
Caratteristiche tecniche-e di operatività dell'analizzatore/reagenti per Troponina	10/70	D
TOTALE	70/70	

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

Le ditte nell'offerta tecnica devono relazionare in merito a ciascun punto sottoelencato, in modo chiaro, diretto, non equivoco indicando i corrispondenti riferimenti a manuali e/o schede tecniche;

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, identificati con la lettera "D" nella tabella, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

Giudizio	Ottimo	Molto buono	Buono	Discreto	Sufficiente	Insufficiente	Scarso	Non valutabile/
----------	--------	-------------	-------	----------	-------------	---------------	--------	-----------------

								non conforme
Valore assegnato	1	0,90	0,80	0,70	0,60	0,40	0,20	0,00

Per l'attribuzione dei suddetti punteggi qualità, saranno tenuti validi due decimali, dopo la virgola.

La Commissione procede, quindi, ad analizzare i file delle offerte tecniche presentate per il Lotto 7, verificandone la completezza e procedendo ad una prima analisi.

La Commissione stabilisce altresì di ripartire l'attività istruttoria fra singoli componenti o gruppi di componenti.


A questo punto il Presidente decide di aggiornare la seduta a data da definirsi, presso la sede del Servizio Approvvigionamenti dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, per proseguire nelle operazioni di che trattasi, relative alla valutazione del progetto.

La seduta si chiude alle ore 10,30.


Dott.ssa Antonella Bassi




Dott. Eros Adami



Ing. Roberto Gitto



Dott.ssa Rita Falezza – Segretario non componente



Allegati:

- Verbale di seggio di gara;


U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore: ing. Corrado Salfa

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO, CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO – ID SINTEL 204537182
VERBALE

Il giorno 26 settembre 2025 alle ore 09:30, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

- Ing. Corrado Salfa	Presidente di Gara RUP
- Dott.ssa Rita Falezza	Teste
- Alice Fontana	Teste

Il Presidente di gara rileva che:

- la gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 767 del 24/06/2025, si svolge con modalità telematica su Piattaforma Sintel, secondo la disciplina di cui al Disciplinare con i suoi allegati ed al Bando di gara che, anche se non allegati materialmente al presente atto, si considerano parte integrante di esso;
- in data 09/07/2025 è stata attivata, in modalità telematica, sulla piattaforma SinTel, la procedura aperta per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio, con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, aventi i seguenti lotti:

LOTTO	Descrizione LOTTO	IMPORTO LOTTO OLTRE IVA
1	CORELAB (Legnago –San Bonifacio e Villafranca)	€ 16.000.000,00
2	CONTAGLOBULI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME EMOCROMOCITOMETRICO E DEI RETICOLOCITI (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	€ 3.000.000,00
3	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI COAGULAZIONE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	€ 2.500.000,00
4	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' (San Bonifacio)	€ 1.850.000,00
5	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI TEST TOSSICOLOGICI E DOSAGGIO FARMACI (Legnago)	€ 1.587.500,00
6	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL time PCR (Legnago)	€ 1.250.000,00
7	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER IL PPI DI MALCESINE E IL PS DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	€ 702.500,00

Via Pacinotti,16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

Il Proponente, il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

per la durata, per ogni singolo lotto, di anni 5, rinnovabile per altri 2.

- nella suddetta procedura è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte entro le ore 23:00 del 25/09/2025;

- entro il predetto termine sono pervenute, sul portale Sintel, le offerte di seguito riportate:

LOTTO	OGGETTO	DITTE PARTECIPANTI
1	CORELAB (Legnago –San Bonifacio e Villafranca)	1- R.T.I. composta da: - Roche Diagnostics Spa, con sede legale in via G.B. Stucchi n. 110, Monza (MB), C.F. 10181220152 (mandataria) - DiaSorin Italia Spa, con sede legale in via Crescentino, Saluggia (VC), C.F. 02749260028 (mandante) 2 - Beckman Coulter S.r.l., con sede legale in via Roma n. 108, Cassina de Pecchi (MI), C.F. 04185110154
2	CONTAGLOBULI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME EMOCROMOCITOMETRICO E DEI RETICOLOCITI (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	1 - Beckman Coulter S.r.l., con sede legale in via Roma n. 108, Cassina de Pecchi (MI), C.F. 04185110154 2 - Sysmex Italia s.r.l., con sede legale Via L. Battistotti Sassi n.11 (MI), C.F. 05908740961 3 - Dasit s.p.a., con sede legale in Piazza Erculeo n. 11 (MI), C.F. 03222390159
3	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI COAGULAZIONE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN TERAPIA ANTICOAGULANTE (Legnago, San Bonifacio, Villafranca)	1 - Stago s.r.l., con sede legale in via G. A. Amadeo n. 59 (MI), C.F. 11467381007 2 - Instrumentation Laboratory s.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208
4	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER L'ESECUZIONE DEI TEST DI AUTOIMMUNITA' (San Bonifacio)	1 - R.T.I. con: - Instrumentation Laboratory s.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208 (mandataria) - EUROIMMUN Italia s.r.l., con sede legale in via Corso Stati Uniti n. Padova (PD) C.F. 03680250283 (mandante) - Thermo Fisher Diagnostics s.p.a., con sede legale in via San Bovio n. 3 Segrate (MI), C.F. 00889160156 (mandante)
5	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO PER L'ESECUZIONE DI TEST TOSSICOLOGICI E DOSAGGIO FARMACI (Legnago)	1 - Instrumentation Laboratory s.p.a., con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208

Via Pacinotti,16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio di Amministrazione, Economia e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

6	SISTEMA ANALITICO AUTOMATICO COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE, CHE CONSENTA ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE DI ACIDI NUCLEICI CON METODICA DI REAL time PCR (Legnago)	1 - ELITechGroup s.p.a., con sede legale in via C.sa Italia n. 22 (MI), C.F. 05239350969 2 - Abbott s.r.l., con sede legale in viale G. Ribotta n. 9 Roma, C.F. 00076670595
7	SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, DI BUSSOLENGO E DI BOVOLONE DELL' ULSS 9 SCALIGERA	1 - Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi s.r.l., con sede legale in via Bollate (MI), C.F. 03233560964 2 - A. Menarini Diagnostics s.r.l., con sede legale in via Sette Santi n. 3 Firenze, C.F. 05688870483 3 - Esamed s.r.l., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231 4 - A DE MORI s.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 57 (MI), C.F. 00152680203

Il Presidente di gara procede all'esame della documentazione amministrativa pervenuta, controllandone la regolarità e la rispondenza agli atti di gara e rileva quanto segue:

* R.T.I. con ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. mandataria e DIASORIN ITALIA S.P.A. mandante: la documentazione presentata dalla società Roche Siagnostics s.p.a. è carente della copia conforme delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, dichiarate nella documentazione presentata in gara;

* BECKMAN COULTER S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* SISMEIX ITALIA S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* DASIT S.P.A.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* STAGO S.R.L.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

* INSTRUMENTATION LABORATORY e R.T.I. composto da quest'ultima (mandante) con EU-ROIMMUN THERMO FISHER e THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. (mandanti): la documentazione presentata dalle ditte è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

I lavori procedono fino alle ore 13:00 e successivamente il Presidente rimanda l'esame della restante documentazione.

Il giorno 02 ottobre 2025 alle ore 9:30, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

Via Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

Il Presidente dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

- Ing. Corrado Salfa
 - Dott.ssa Rita Falezza
 - Alice Fontana

Presidente di Gara RUP
 Teste
 Teste

Il Presidente di gara continua l'esame della documentazione amministrativa pervenuta, controllandone la regolarità e la rispondenza agli atti di gara, e rileva quanto segue:

* ELITECHGROUP S.P.A.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* ABBOTT S.R.L.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* GEPA S.R.L.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

* A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* ESAMED S.R.L.: la documentazione presentata è carente del DGUE Response in formato xml, come richiesto dalla documentazione di gara;

* A. DE MORI S.P.A.: la documentazione presentata dalla ditta è conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

Il Presidente, preso atto delle carenze documentali emerse, procede ad attivare, con comunicazione tramite piattaforma Sintel, il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nei confronti di: R.T.I. ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. e DIASORIN ITALIA S.P.A., A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L., ESAMED S.R.L., SISMEX ITALIA S.R.L. e BECKMAN COULTER S.R.L., per permettere loro l'integrazione della rispettiva documentazione amministrativa, e ne fissa il termine per le ore 12:00 del giorno 09/10/2025.

I lavori procedono fino alle ore 14:30 e successivamente il Presidente rimanda l'esame all'eventuale risposta al soccorso istruttorio da parte delle società interessate.

Il giorno 08 ottobre 2025 alle ore 09:30, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

- Ing. Corrado Salfa
 - Dott.ssa Rita Falezza
 - Alice Fontana

Presidente di Gara RUP
 Teste
 Teste

Il Presidente procede all'esame della documentazione pervenuta in risposta ai soccorsi istruttori attivati il giorno 02/10/2025, ed in particolare rileva quanto segue:

* A. Menarini Diagnostics s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 02/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

Via Pacinotti, 16 - 37135 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075739

e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.it

Pec: eproc.aulss9@pecveneto.it

Il Presidente dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

* Sysmex Italia s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 03/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

* Roche Diagnostics s.p.a. ha risposto al soccorso istruttorio in data 03/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

* Esamed s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 03/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

* Beckman Coulter s.r.l. ha risposto al soccorso istruttorio in data 05/10/2025 integrando la documentazione mancante, per cui la carenza è stata sanata;

Il Presidente prende atto che i suddetti operatori economici hanno presentato la documentazione conforme a quanto richiesto dagli atti di gara.

La seduta viene chiusa alle ore 13:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Ing. Corrado Salfa – Presidente di gara e RUP

- Dott.ssa Rita Falezza – Teste

- Alice Fontana - Teste

Three handwritten signatures are present, each on a horizontal line. The first signature is 'Corrado Salfa'. The second signature is 'Rita Falezza'. The third signature is 'Alice Fontana'.

Il Proponente: Il Direttore UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dott. Corrado Andriani

DELIBERAZIONE DEL COMITATO GENERALE N. DEL


U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore f.f.: Dott. Corrado Andriani

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO, CON ATTREZZATURE IN LOCAZIONE E FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO – ID SINTEL 204537182
VERBALE

Il giorno 10/11/2025 Novembre 2025 alle ore 10:00, presso gli Uffici dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, in Via A. Pacinotti, 16, sono presenti:

- Dott. Corrado Andriani	Presidente di Gara RUP
- Dott.ssa Rita Falezza	Teste
- Alice Fontana	Teste

Premesso che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1330 del 20/10/2025, è stato attribuito l'incarico di sostituzione del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica al Dott. Corrado Andriani, a partire dal 01/11/2025, il quale assume l'incarico di Presidente di Gara e RUP nel seggio di gara della procedura in oggetto.

Il Presidente prende atto che:

- con verbali di gara del 26/09/2025, del 02/10/2025 e del 08/10/2025, è stata valutata ed integrata con soccorso istruttorio la documentazione amministrativa dei seguenti operatori economici offerenti:

- * R.T.I. con ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. con sede legale in via G.B. Stucchi n. 110, Monza (MB), C.F. 10181220152 (mandataria) e DIASORIN ITALIA S.P.A. con sede legale in via Crescen-
tino, Saluggia (VC), C.F. 02749260028 (mandante);
- * BECKMAN COULTER S.R.L., con sede legale in via Roma n. 108, Cassina de Pecchi (MI), C.F. 04185110154;
- * SISMEX ITALIA S.R.L., con sede legale Via L. Battistotti Sassi n.11 (MI), C.F. 05908740961;
- * DASIT S.P.A., con sede legale in Piazza Erculea n. 11 (MI), C.F. 03222390159;
- * STAGO S.R.L., con sede legale in via G. A. Amadeo n. 59 (MI), C.F. 11467381007;
- * INSTRUMENTATION LABORATORY, con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208;
- * R.T.I. con INSTRUMENTATION LABORATORY, con sede legale in viale Monza n. 338 (MI), C.F. 02368591208 (mandataria) e EUROIMMUN THERMO FISHER, con sede legale in via Corso Stati Uniti n. Padova (PD) C.F. 03680250283 (mandante), THERMO FISCHER DIAGNOSTICS S.P.A. (mandante) con sede legale in via San Bovio n. 3 Segrate (MI), C.F. 00889160156;



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

- * ELITECHGROUP S.P.A., con sede legale in via C.sa Italia n. 22 (MI), C.F. 05239350969;
- * ABBOTT S.R.L., con sede legale in viale G. Ribotta n. 9 Roma, C.F. 00076670595;
- * GEPA S.R.L., con sede legale in via Bollate (MI), C.F. 03233560964;
- * A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L., con sede legale in via Sette Santi n. 3 Firenze, C.F. 05688870483;
- * ESAMED S.R.L., con sede legale in via Paolo Borsellino n. 48, Valeggio sul Mincio (VR), C.F. 0476160231;
- * A. DE MORI S.P.A., con sede legale in Foro Buonaparte n. 57 (MI), C.F. 00152680203.

- tutti i suddetti operatori economici hanno presentato la documentazione conforme a quanto richiesto dagli atti di gara, ed ammette quindi alla successiva fase dell'apertura dell'offerta tecnica tutti gli operatori economici offerenti.

La seduta viene chiusa alle ore 13:40 .

Letto, confermato e sottoscritto.

- Dott. Corrado Andriani – Presidente di gara e RUP
- Dott.ssa Rita Falezza – Teste
- Dott.ssa Alice Fontana -Teste

LOTTO 7 - CIG B786C9D53							PUNTEGGIO TOTALE
	gestionale	chimica clinica	per ematologia	nti	Troponina		
1 DE MORI	1	2	3	4	5		
PUNTI (Wi)	15	15	15	15	10	Punteggio massimo	
%	1,00	0,93	1,00	0,93	0,83	Parametro discrezionale	
(V(a)i)	1,00	0,93	1,00	1,00	0,89	Riparametrazione	
	15,00	13,95	15,00	15,00	8,92		
							PUNTEGGIO ULTERIORMENTE RIPARAMETRATO
							70,00
2 ESAMED	1	2	3	4	5		
PUNTI (Wi)	15	15	15	15	10	Punteggio massimo	
%	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	Parametro discrezionale	
(V(a)i)	1,00	1,00	0,90	0,97	0,97	Riparametrazione	
	15,00	15,00	13,50	14,52	9,68		
							PUNTEGGIO ULTERIORMENTE RIPARAMETRATO
							69,81
3 GEPA	1	2	3	4	5		
PUNTI (Wi)	15	15	15	15	10	Punteggio massimo	
%	0,77	1,00	0,83	0,90	0,93	Parametro discrezionale	
(V(a)i)	0,77	1,00	0,83	0,97	1,00	Riparametrazione	
	11,55	15,00	12,45	14,52	10,00		
							PUNTEGGIO ULTERIORMENTE RIPARAMETRATO
							65,50
4 MENARINI DIAGNOSTICS	1	2	3	4	5		
PUNTI (Wi)	15	15	15	15	10	Punteggio massimo	
%	0,53	0,73	0,80	0,90	0,83	Parametro discrezionale	
(V(a)i)	0,53	0,73	0,80	0,97	0,89	Riparametrazione	
	7,95	10,95	12,00	14,52	8,92		
							PUNTEGGIO ULTERIORMENTE RIPARAMETRATO
							56,04


Maggior valore parametro 1 1
 Maggior valore parametro 2 1
 Maggior valore parametro 3 1
 Maggior valore parametro 4 0,93
 Maggior valore parametro 5 0,93

FORMULA RIPARAMETRAZIONE

(V(a)i) Coefficiente% / Maggior valore parametro

Maggior valore 67,87

I COMMISSARI





SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, BUSSOLENGO E BOVOLONE DELL'U.L.S.S. 9 SCALIGERA LOTTO 7 – CIG B786C9D53A							
		1) Caratteristiche di middleware gestionale	2) Caratteristiche tecniche e di operatività dell'analizzatore/reagenti di clinica	3) Caratteristiche tecniche e di operatività del contaglobuli/reagenti per ematologia	4) Caratteristiche tecniche e di operatività del coagulometro/reagenti	5) Caratteristiche tecniche e di operatività dell'analizzatore/reagenti per Tironina	
	DE MORI	COMMISSARIO 1	1,00	0,90	1,00	0,90	0,80
		COMMISSARIO 2	1,00	0,90	1,00	0,90	0,80
		COMMISSARIO 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90
		MEDIA COEFFICIENTI ASSEGNATI	1,00	0,93	1,00	0,93	0,83
	ESAMED	COMMISSARIO 1	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90
		COMMISSARIO 2	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90
		COMMISSARIO 3	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90
		MEDIA COEFFICIENTI ASSEGNATI	1,00	1,00	0,90	0,90	0,90
	GEPA	COMMISSARIO 1	0,80	1,00	0,80	0,90	0,90
		COMMISSARIO 2	0,70	1,00	0,80	0,90	0,90
		COMMISSARIO 3	0,80	1,00	0,90	0,90	1,00
		MEDIA COEFFICIENTI ASSEGNATI	0,77	1,00	0,83	0,90	0,93
	MENARINI D.	COMMISSARIO 1	0,60	0,70	0,80	0,90	0,80
		COMMISSARIO 2	0,60	0,70	0,80	0,90	0,80
		COMMISSARIO 3	0,40	0,80	0,80	0,90	0,90
		MEDIA COEFFICIENTI ASSEGNATI	0,53	0,73	0,80	0,90	0,83

I COMMISSARI





COMMISSARIO 1

SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POC) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, BUSSOLENGO E BOVOLONE DEL V.L.S. 9 SCALIGERA

LOTTO 7 – CIG 8786C9D53A

SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, RUSSOENIGO E BOVOLONE DELT.U.L.S. 9 SCALIGERA LOTTO 7 – CIG 8786C9D33A							
		1) Caratteristiche di middleware gestionale	2) Caratteristiche tecniche e di operatività dell'analizzatore/reagenti di chimica clinica	3) Caratteristiche tecniche e di operatività del conteggiabuli/reagenti per ematologia	4) Caratteristiche tecniche e di operatività del coagulometro/reagenti	5) Caratteristiche tecniche e di operatività dell'analizzatore/reagenti per Troponina	
	NON PRESENTE/NON VALUTABILE	0,0					
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2					
	INSUFFICIENTE	0,4					
	SUFFICIENTE	0,6					
	DISCRETO	0,7					
	BUONO	0,8				Le caratteristiche qualitative tecnico/operative del sistema offerto (mlab) sono buone. E' utilizzato il principio analitico della immunocromatografica a fluorescenza e i kit non sono già comprensivi di controlli di qualità e calibratori. Sullo strumento è possibile l'esecuzione di un solo test alla volta. E' disponibile un ampio pannello di ulteriori test oltre al test troponina I ultrasensibile offerto in gara.	
	MOLTO BUONO	0,9	Lo strumento proposto (Piccolo xpress) soddisfa le esigenze tecniche/operative in modo molto buono. Il tempo di esecuzione del test è pari a 12-13 minuti per rotore ed il volume di campione richiesto è pari a 100ul. I rotori multiparametrici offerti consentono la rilevazione di ulteriori 9 parametri misurati, oltre ai parametrici richiesti.		Lo strumento proposto (Wondfo oeg102) soddisfa molto bene le esigenze tecnico/operative. Il funzionamento si basa sull'utilizzo di card. Il tempo di esecuzione del test è molto breve, pari a 5 minuti per card.		
	OTTIMO	1,0	Le caratteristiche tecnico/operative e l'interfaccia utente del middleware sono ottimali per quanto riguarda il monitoraggio dello stato degli strumenti e dell'esecuzione degli esami, la sezione dedicata ai controlli di qualità, il modulo dedicato alla formazione degli utenti e il modulo del magazzino per la gestione dei reagenti. Particolarmente apprezzata e ottimale la possibilità di gestire operazioni da remoto sugli strumenti	La strumentazione proposta (Icon51) soddisfa le esigenze tecnico/operative in maniera ottimale. Si rileva che il campionamento avviene da provetta tappata e che per l'esecuzione della normale routine è previsto l'utilizzo di un solo reagente. Particolarmente apprezzato il conteggio a cinque popolazioni.			
	1 COEFFICIENTI ASSEGNATI		1,00	0,90	1,00	0,90	0,80
	NON PRESENTE/NON VALUTABILE	0,0					
ESAMED	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2					
	INSUFFICIENTE	0,4					
	SUFFICIENTE	0,6					
	DISCRETO	0,7					
	BUONO	0,8					
	MOLTO BUONO	0,9		La strumentazione proposta (Sysmex poch100i), conteggiabuli a tre popolazioni, soddisfa molto bene le esigenze tecnico/operative. Requisiti qualitativi di interesse sono: campionamento da provetta tappata, impiego di un solo reagente per l'esecuzione della normale routine, manutenzione minima, che prevede l'utilizzo di una soluzione di lavaggio una volta a trimestre. Inoltre lo strumento dispone di una stampante termica integrata nello strumento.	Lo strumento proposto (Seamaty SD1) soddisfa molto bene le esigenze tecnico/operative. Il tempo di esecuzione del test è pari a 12 minuti per rotore. Sullo strumento è possibile la rilevazione di ulteriori parametri misurati oltre a quelli richiesti. Sullo stesso strumento è possibile consolidare anche i test di chimica, quindi il dispositivo può vantaggiosamente avere funzioni di back-up reciproco con lo strumento di chimica clinica.		Le caratteristiche qualitative tecnico/operative del sistema offerto (Wondfo Accres) sono di livello molto buono. E' utilizzato il principio analitico della chemiluminescenza e i kit sono già comprensivi di controlli di qualità e calibratori. Sullo strumento è possibile l'esecuzione in simultanea fino a sei test. E' disponibile un ampio pannello di ulteriori test, tra cui di particolare interesse il test Troponina T ultrasensibile (hsTnT) oltre al test troponina I ultrasensibile offerto in gara.

ESAMED

DE MORI

2	GPA	OTTIMO	1,0	Le caratteristiche tecnico/operative e l'interfaccia utente del middleware sono ottimali per quanto riguarda il monitoraggio dello stato degli strumenti e dell'esecuzione degli esami, la sezione dedicata ai controlli di qualità, il modulo dedicato alla formazione degli utenti e il modulo del magazzino per la gestione dei reagenti.	Lo strumento proposto (Seamaly SD1) soddisfa in modo ottimale le esigenze tecniche/operative. Particolarmente apprezzati il tempo di esecuzione del test, pari a 12 minuti per rotore, e il volume di campione richiesto pari a 100ul. I rotori multiparametrici offerti consentono la rilevazione di ulteriori 15 parametri misurati e 6 calcolati, oltre ai parametri richiesti. Punto di forza dell'offerta è che sullo stesso strumento è possibile consolidare anche i test di coagulazione con evidenti benefici in termini di razionalizzazione strumentale, migliore gestione del magazzino, razionalizzazione di competenze e formazione del personale.	0,90	0,90	0,90	
3	GPA	BUONO	0,8	Le caratteristiche tecnico/operative e l'interfaccia utente del middleware sono di livello buono per quanto riguarda il monitoraggio dello stato degli strumenti e dell'esecuzione degli esami, la sezione dedicata ai controlli di qualità, il modulo dedicato alla formazione degli utenti e il modulo del magazzino per la gestione dei reagenti.	La strumentazione proposta (Diatron Aquila), contaglobuli a tre popolazioni, soddisfa bene le esigenze tecnico/operative. Requisiti qualitativi di interesse sono il campionamento da provetta tappata e l'utilizzo di un solo reagente per l'esecuzione della normale routine. Lo strumento richiede l'utilizzo di una soluzione di lavaggio ogni 50 campioni.	0,80	0,90	0,90	Le caratteristiche qualitative tecnico/operative del sistema offerto (Pathfast) sono molto buone. E' utilizzato il principio analitico della chemiluminescenza e i kit sono già comprensivi di controlli di qualità e calibratori. Sullo strumento è possibile l'esecuzione in simultanea fino a sei test. E' disponibile un pannello limitato di ulteriori test oltre al test troponina I ultrasensibile offerto in gara.
3	GPA	MOLTO BUONO	0,9		Lo strumento proposto (Seamaly SD120) soddisfa in modo ottimale le esigenze tecniche/operative. Particolarmente apprezzati il tempo di esecuzione del test, pari a 12 minuti per rotore, e il volume di campione richiesto pari a 100ul. I rotori multiparametrici offerti consentono la rilevazione di ulteriori 15 parametri misurati e 6 calcolati, oltre ai parametri richiesti. Punto di forza dell'offerta è che sullo stesso strumento è possibile consolidare anche i test di coagulazione con evidenti benefici in termini di razionalizzazione strumentale, migliore gestione del magazzino, razionalizzazione di competenze e formazione del personale.	0,80	1,00	0,90	0,90
3	GPA	OTTIMO	1,0			0,80	1,00	0,90	0,90
2	GPA	COEFFICIENTI ASSEGNATI	NON PRESENTE/NON VALUTABILE	0,0	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90
2	GPA	NON PRESENTE/NON VALUTABILE	0,0	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
2	GPA	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
2	GPA	INSUFFICIENTE	0,4	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
2	GPA	SUFFICIENTE	0,6	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
2	GPA	DISCRETO	0,7	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

4	MENARINI DIAGNOSTICS					
	NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0				
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2				
	INSUFFICIENTE	0,4				
	SUFFICIENTE	0,6	Le caratteristiche tecnico/operative e l'interfaccia utente del middleware sono sufficienti per quanto riguarda il monitoraggio dello stato degli strumenti e dell'esecuzione degli esami, la sezione dedicata ai controlli di qualità, il modulo dedicato alla formazione degli utenti e il modulo del magazzino per la gestione dei reagenti. Manca l'evidenza di una connettività tra i due server offerti in gara.			
	DISCRETO	0,7	Lo strumento proposto (Linux Evo) soddisfa in modo discreto le esigenze tecniche/operative. Discreti il tempo di esecuzione del test, pari a 15 minuti per rotore, e il volume di campione richiesto pari a 200ul. I rotori multiparametrici offerti consentono la rilevazione di ulteriori 10 parametri misurati, oltre ai parametri richiesti.			Le caratteristiche qualitative tecnico/operative del sistema offerto (Afias3) sono buone. E' utilizzato il principio analitico della immunocromatografia a fluorescenza e i kit non sono già comprensivi di controlli di qualità e calibratori. Sullo strumento è possibile l'esecuzione in simultanea fino a tre test. E' disponibile un ampio pannello di ulteriori test oltre al test troponina i ultrasensibile offerto in gara.
	BUONO	0,8		La strumentazione proposta (Medonic M32), contaglobuli a tre popolazioni, soddisfa bene le esigenze tecnico/operative. Requisiti qualitativi di interesse sono il campionamento da provetta tappata e l'assenza di manutenzione a carico dell'operatore. Per l'esecuzione della normale routine è previsto l'utilizzo di due reagenti (diluente e lisante).		
	MOLTO BUONO	0,9			Lo strumento proposto (Abraxo) soddisfa molto bene le esigenze tecniche/operative. Il funzionamento si basa sull'utilizzo di card. Il tempo di esecuzione del test è molto breve, pari a 5 minuti per card.	
	OTTIMO	1,0				
	COEFFICIENTI ASSEGNATI	0,60	0,70	0,80	0,90	0,80

I COMMISSARI





COMMISSARIO 2
SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA
DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE
SEDI DI MALCESINE, BUSOLENGO E ROVOLOONE
DELL'U.L.S. 9 SCALIGERA
LOTTO 7 – CIG B786C9D53A

		1) Caratteristiche di middleware gestionale	2) Caratteristiche tecniche e di operatività dell'analizzatore/reagenti di chimica clinica	3) Caratteristiche tecniche e di operatività del contaglobuli/reagenti per ematologia	4) Caratteristiche tecniche e di operatività del coagulometro/reagenti	5) Caratteristiche tecniche e di operatività dell'analizzatore/reagenti per Troponina
DE MORI	NON PRESENTE/NON VALUTABILE	0,0				
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2				
	INSUFFICIENTE	0,4				
	SUFFICIENTE	0,6				
	DISCRETO	0,7				
ESAMED	BUONO	0,8				Le caratteristiche qualitative tecnico/operative del sistema offerto (mlab) sono buone. Il principio analitico è quello di una tecnologia di immutabilità a fluorescenza. Sullo strumento è possibile l'esecuzione di un solo test alla volta. I kit non sono già comprensivi di controlli di qualità. L'azienda offre il test troponina I non ultrasensibile. Il pannello di test ulteriormente disponibili è ampio.
	MOLTO BUONO	0,9	Lo strumento proposto (Piccolo xpress) soddisfa le esigenze tecniche/operative in modo molto buono. Il funzionamento si basa sull'utilizzo di rotori multiparametrici, quello proposto oltre ai parametri richiesti consente la rilevazione di ulteriori 9 parametri misurati. Il tempo di esecuzione del test è pari a 12-13 minuti per rotore ed il volume di campione richiesto è pari a 100ul.	La strumentazione proposta (Icconsi), contaglobuli a cinque popolazioni, soddisfa ottimamente le esigenze tecnico/operative. Si rileva che il campionamento avviene da provetta tappata e che per l'esecuzione della normale routine è previsto l'utilizzo di un solo reagente.	Lo strumento proposto (Wondfo oeg102) soddisfa le esigenze tecniche/operative in modo molto buono. Il funzionamento si basa sull'utilizzo di card. Il tempo di esecuzione dei test è pari a 5 minuti per card.	
	OTTIMO	1,0	Il middleware proposto (Aqure) soddisfa la esigenze tecnico/operative in modo ottimale. Moduli ed interfaccia utente si rilevano intuitivi e chiari. E' presente un cruscotto di facile lettura per monitorare lo stato degli strumenti e lo stato di esecuzione degli esami. Adeguata alle esigenze di esecuzione dedicata ai controlli di qualità. Il modulo dedicato alla formazione degli utenti è esauriente come pure il modulo del magazzino per la gestione dei reagenti. Dal middleware è inoltre possibile gestire operazioni da remoto sulle strumentazioni.			
	COEFFICIENTI ASSEGNATI		0,9	1	0,9	0,8
	NON PRESENTE/NON VALUTABILE	0,0				
ESAMED	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2				
	INSUFFICIENTE	0,4				
	SUFFICIENTE	0,6				
	DISCRETO	0,7				
	BUONO	0,8				
ESAMED	MOLTO BUONO	0,9		La strumentazione proposta (Systemex poch100), contaglobuli a tre popolazioni, soddisfa le esigenze tecnico/operative in maniera molto buona. Si rileva che il campionamento avviene da provetta tappata e che per l'esecuzione della normale routine è previsto l'utilizzo di un solo reagente. La manutenzione richiesta consiste nell'utilizzo di una soluzione di lavaggio una volta a trimestre. Si rileva la presenza di una stampante termica integrata nello strumento.		
					Lo strumento proposto (Seamaly S01) soddisfa le esigenze tecniche/operative in modo molto buono. Il funzionamento si basa sull'utilizzo di rotori multiparametrici, quello proposto oltre ai parametri richiesti consente la rilevazione di ulteriori parametri misurati. Il tempo di esecuzione del test è pari a 12 minuti per rotore. Sullo stesso strumento è possibile consolidare anche i test di chimica con evidenti benefici in termini di razionalizzazione strumentale, migliore gestione del magazzino, razionalizzazione di competenze e formazione del personale.	MOLTO BUONO: La strumentazione proposta (Wondfo Accreb) soddisfa in modo molto buono le esigenze tecnico/operative. Il principio analitico è quello della chemiluminescenza. Sullo strumento è possibile l'esecuzione in simultanea da uno a sei test. I kit sono già comprensivi di controlli di qualità e calibratori. L'azienda offre il test troponina I ultrasensibile. Il pannello di test ulteriormente disponibili è molto ampio. Tra questi si rileva la disponibilità del test Troponina T ultrasensibile (hsTnT)

[Handwritten signature]

GPA	OTTIMO	1,0	Il middleware proposto (PocEvo) soddisfa in modo ottimale le esigenze tecnico/operative moduli ed interfaccia utente si rilevano intuitivi e chiari. E' presente un cruscotto di facile lettura per monitorare lo stato degli strumenti e lo stato di esecuzione degli esami. Adeguata alle esigenze risulta la sezione dedicata ai controlli di qualità. Il modulo dedicato alla formazione degli utenti è esauriente come pure il modulo del magazzino per la gestione dei reagenti. Dal middleware non è possibile gestire operazioni da remoto sulle strumentazioni.	1	Lo strumento proposto (Seamaty SD1) soddisfa pienamente e in modo ottimale le esigenze funzionali/operative. Il funzionamento si basa sull'utilizzo di rotori multiparametrici, quello proposto oltre ai parametri richiesti consente la rilevazione di ulteriori 15 parametri misurati e 6 calcolati. Il tempo di esecuzione del test è pari a 1,2 minuti per rotore ed il volume di campione richiesto è pari a 100ul. Sullo stesso strumento è possibile consolidare anche i test di coagulazione con evidenti benefici in termini di razionalizzazione strumentale, migliore gestione del magazzino, razionalizzazione di competenze e formazione del personale.	0,9	0,9	0,9
GPA	DISCRETO	0,7	Il middleware proposto (Ypoc) soddisfa in maniera sufficiente le esigenze tecnico/operative. Dalla documentazione tecnica si evince che i moduli e l'interfaccia utente non sempre sono chiari ed intuitivi. E' presente un cruscotto per monitorare lo stato degli strumenti e lo stato di esecuzione degli esami ma, sulla base della documentazione allegata, non se ne evidenzia una sufficiente chiarezza rispetto alle esigenze organizzative. 0,7 Adeguata alle esigenze risulta la sezione dedicata ai controlli di qualità. Il modulo dedicato alla formazione degli utenti appare esauriente. Non si rileva l'esistenza di un modulo magazzino per la gestione dei reagenti. Dal middleware non è possibile gestire operazioni da remoto sulle strumentazioni. Si rileva inoltre che nel documento "Descrizione Funzionale Ypoc" alcune sezioni appaiono corredate da una probabile traduzione "letterale". Ciò non ne consente un'adeguata comprensione.					
GPA	BUONO	0,8			La strumentazione proposta (Diatron Aquila), contaglobuli a tre popolazioni, soddisfa le esigenze tecnico/operative in buon modo. Si rileva che il campionamento avviene da provetta tappata e che per l'esecuzione della normale routine è previsto l'utilizzo di un reagente. La manutenzione richiesta consiste nell'utilizzo di una soluzione di lavaggio da utilizzare ogni 50 campioni. Si rileva l'assenza di stampante integrata.			

MOLTO BUONO	0,9		Lo strumento proposto (Seamaly 120) soddisfa pienamente e ottimamente le esigenze tecniche/operative. Il funzionamento si basa sull'utilizzo di rotori multiparametrici, quello proposto oltre ai parametri richiesti consente la rilevazione di ulteriori 9 parametri misurati. Il tempo di esecuzione del test è pari a 12 minuti per rotore ed il volume di campione richiesto è pari a 100ul. Sullo stesso strumento è possibile consolidare anche i test di coagulazione con evidenti benefici in termini di razionalizzazione strumentale, migliore gestione del magazzino, razionalizzazione di competenze e formazione del personale.		Lo strumento proposto (Seamaly 120) soddisfa le esigenze tecniche/operative in modo molto buono. Il funzionamento si basa sull'utilizzo di rotori multiparametrici, quello proposto oltre ai parametri richiesti consente la rilevazione di ulteriori 9 parametri misurati. Il tempo di esecuzione del test è pari a 12 minuti per rotore. Sullo stesso strumento è possibile consolidare anche i test di chimica con evidenti benefici in termini di razionalizzazione strumentale, migliore gestione del magazzino, razionalizzazione di competenze e formazione del personale.	La strumentazione proposta (parchisi) soddisfa pienamente le esigenze tecnico/operative in modo molto buono. Il principio analitico è quello della chemiluminescenza. Sullo strumento è possibile l'esecuzione in simultanea da uno a sei test. I kit sono già comprensivi di controlli di qualità e calibratori. L'azienda offre il test tropomina I ultrasensibile.
OTTIMO	1,0					
COEFFICIENTI ASSEGNATI						
NON PRESENTE/NON VALUTABILE		0,0	0,7			
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE		0,2				
INSUFFICIENTE		0,4				
SUFFICIENTE			Il middleware proposto (Netcare 4.0) soddisfa in modo sufficiente la esigenze tecnico/operative: moduli ed interfaccia utente si rilevano intuitivi e chiari. E' presente un cruscotto di facile lettura per monitorare lo stato degli strumenti e lo stato di esecuzione degli esami. Adeguata alle esigenze di esecuzione dedicata ai controlli di qualità. Il modulo dedicato alla formazione degli utenti è esauriente come pure il modulo del magazzino per la gestione dei reagenti. Dal middleware non è possibile gestire operazioni da remoto sulle strumentazioni. Manca l'evidenza dell'interconnessione tra i due server			
DISCRETO	0,7		Lo strumento proposto (Link Evo) soddisfa discretamente le esigenze tecniche/operative. Il funzionamento si basa sull'utilizzo di rotori multiparametrici, quello proposto oltre ai parametri richiesti consente la rilevazione di ulteriori 10 parametri misurati. Il tempo di esecuzione del test è pari a 15 minuti per rotore ed il volume di campione richiesto è pari a 200ul.			

MENARINI DIAGNOSTICS

						La strumentazione proposta (Medonic M32), contaglobuli a tre popolazioni, soddisfa bene le esigenze tecnico/operative. Si rileva che il campionamento avviene da provetta tappata e che per l'esecuzione della normale routine è previsto l'utilizzo di due reagenti (diluente e lisante). L'azienda dichiara l'assenza di manutenzione a carico dell'operatore. Si rileva l'assenza di stampante integrata.	La strumentazione proposta (Afias3) soddisfa bene le esigenze tecnico/operative. Il principio analitico è quello di una tecnologia immunocromatografica a fluorescenza. Sullo strumento è possibile l'esecuzione in simultanea da uno a tre test. I kit non sono già comprensivi di controlli di qualità. L'azienda offre il test troponina I, non ultrasensibile. Il pannello di test ulteriormente disponibili è molto ampio.
	BUONO	0,8					
	MOLTO BUONO	0,9					
	OTTIMO	1,0					
	COEFFICIENTI ASSEGNATI		0,6	0,7	0,8	0,9	0,8

I COMMISSARI

COMMISSARIO 3

SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, BUSSOLENGO E BOVOLONE DELL'U.L.S. 9 SCALIGERA LOTTO 7 – CIG 8786C9D53A

SISTEMI ANALITICI AUTOMATICI PER DIAGNOSTICA DECENTRATA (POCT) + MIDDLEWARE GESTIONALE PER LE SEDI DI MALCESINE, BUSSOLENGO E BOVOLONE DEL'U.L.S. 9 SCALIGERA LOTTO 7 - CIG 8786C9D53A						
		1) Caratteristiche di middleware gestionale	2) Caratteristiche tecniche e di operatività dell'analizzatore/reagenti di chimica clinica	3) Caratteristiche tecniche e di operatività del contaglobuli/reagenti per ematologia	4) Caratteristiche tecniche e di operatività del coagulometro/reagenti	5) Caratteristiche tecniche e di operatività dell'analizzatore/reagenti per TROPINA
DE MORI	NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0				
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2				
	INSUFFICIENTE	0,4				
	SUFFICIENTE	0,6				
	DISCRETO	0,7				
	BUONO	0,8				
	MOLTO BUONO	0,9				Lo strumento soddisfa in modo molto buono le esigenze tecniche/operative. Utilizza una cartuccia per la verifica della funzionalità (controllo elettronico e taratura). Ha QC integrato. Se falliscono due controlli elettronici consecutivamente il dispositivo viene sostituito.
	OTTIMO	Le funzioni offerte permettono una raccolta di dati, una consultazione e una archiviazione 1,0 completa con possibilità di controllo da remoto del POCT. L'accesso è protetto e con livelli differenziati impostabili	Lo strumento soddisfa in modo ottimale le esigenze tecniche/operative. Il tempo di esecuzione del test è pari a 12-13 minuti per rotore ed il volume di campione richiesto è pari a 100ul. I rotori multiparametrici offerti consentono la rilevazione di ulteriori 9 parametri misurati, oltre ai parametri richiesti. Non richiede manutenzione preventiva in quanto in caso di guasto viene sostituito	Lo strumento soddisfa in modo ottimale le esigenze tecniche/operative. Eseguendo la differenziazione della formula leucocitaria a 5 popolazioni, i controlli qualità bimestrali, reagenti stabili a temperatura ambiente e QC a temperatura 4-8 °C	Lo strumento soddisfa in modo ottimale le esigenze tecniche/operative, utilizzando campioni da provette tappate. Permette l'importazione di fattori di pendenza e intercetta per ogni parametro per allinearsi al laboratorio. I QC vengono effettuati tramite cartucce identificate da codice a barre. In caso di doppio fallimento del QC lo strumento viene sostituito	
	1 COEFFICIENTI ASSEGNATI	1	1	1	1	0,9
	NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0				
ESAMED	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2				
	INSUFFICIENTE	0,4				
	SUFFICIENTE	0,6				
	DISCRETO	0,7				
	BUONO	0,8				
	MOLTO BUONO	0,9		Lo strumento soddisfa in modo molto buono le esigenze tecniche/operative. Richiede 300 ul di campione. Non necessita di manutenzione ordinaria e offre QC integrati nei rotori multiparametrici. Lo strumento permette la rilevazione di ulteriori parametri misurati oltre a quelli richiesti. La presenza di test di chimica, permette funzioni di back-up reciproco con lo strumento di chimica clinica.	Lo strumento soddisfa in modo molto buono le esigenze tecniche/operative. Utilizza 75 ul di sangue intero e analizza fino a 6 pazienti contemporaneamente in 15 min. Offre QC e la funzione di lockout per non utilizzo in caso di mancato superamento del QC. Non necessita di manutenzione ordinaria	
	OTTIMO	Le funzioni offerte permettono una raccolta di dati, una consultazione e una archiviazione 1,0 completa con possibilità di controllo da remoto del POCT. L'accesso è protetto e con livelli differenziati impostabili	Lo strumento soddisfa in modo ottimale le esigenze tecniche/operative. Lo strumento offre una quantità di test eseguibili molto ampia, anche da provetta chiusa, comprensiva anche di test di coagulazione offrendo backup della strumentazione dedicata. Eseguendo gli esami in meno di 12 minuti, l'apparecchio non richiede manutenzione programmata.			
	2 COEFFICIENTI ASSEGNATI	1	1	0,9	0,9	0,9
	NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0				
	GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2				
INSUFFICIENTE	0,4					
SUFFICIENTE	0,6					
DISCRETO	0,7					
BUONO	0,8	Le funzioni offerte permettono una raccolta di dati, una consultazione e una archiviazione completa. L'accesso è protetto e con livelli differenziati impostabili.				

3	GEPA	MOLTO BUONO	0,9			Lo strumento soddisfa in modo molto buono le esigenze tecniche/operative. Esecuzione di emocromo a 3 popolazioni con refertazione simultanea di 22 parametri ematologici. Utilizza 20 ul di campione da provetta chiusa o aperta. Batteria integrata per uso in mobilità. Utilizzo di un unico pack che integra più contenitori. Esecuzione quotidiana del blank test	Le funzioni offerte permettono una raccolta di dati, una consultazione e una archiviazione completa. L'accesso è protetto e con livelli differenziati impostabili. Trattandosi dello stesso strumento offerto per la chimica clinica risulta di fatto anche un backup		Lo strumento soddisfa in modo ottimale le esigenze tecniche/operative. Utilizza 100 ul di sangue intero eanalizza fino a 6 pazienti contemporaneamente in 15 min. Permette di determinare la propensione ad alta sensibilità ed è certificato FDA per la diagnosi precoce di sindrome coronaria.	0,9	1
		OTTIMO	1,0			Lo strumento soddisfa in modo ottimale le esigenze tecniche/operative. Lo strumento offre una quantità di test eseguibili molto ampia, anche da provetta chiusa, comprensiva anche di test di coagulazione offrendo backup della strumentazione dedicata. Esegue gli esami in 12 minuti. L'apparecchio non richiede manutenzione programmata. Trattandosi dello stesso strumento offerto per il coagulometro, risulta di fatto anche un backup					
		COEFFICIENTI ASSEGNATI		0,8	1						
		NON PRESENTE/ NON VALUTABILE	0,0								
		GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,2								
		INSUFFICIENTE	0,4			nonostante il middleware offra la gestione completa dei dati, non si evidenzia un'integrazione su un unico database in quanto i serve offerti sono due, dislocati in sedi diverse: uno per Malesine e Bussolengo e uno per Bovolone e non si evince alcuna interconnessione					
		SUFFICIENTE	0,6								
		DISCRETO	0,7								
		BUONO	0,8			Lo strumento soddisfa in modo buono le esigenze tecniche/operative. Lo strumento offre una quantità di test eseguibili molto ampia, anche da provetta chiusa, utilizzando 200 ul di campione. Esegue gli esami in massimo 15 minuti. L'apparecchio non richiede manutenzione programmata.	Lo strumento soddisfa bene le esigenze tecniche/operative. formula a 3 popolazioni, analisi di 60 campioni/h. Esecuzione del test da provetta chiusa o sangue capillare su campioni 20-300 ul. Trattamento del QC in automatico mediante lettura del barcode. Calibrazione eseguita dal personale tecnico. Non richiede manutenzione. Effettua in autonomia i lavaggi interni				
		MOLTO BUONO	0,9								
4	MENARINI DIAGNOSTICS	OTTIMO	1,0								
		COEFFICIENTI ASSEGNATI		0,4	0,8					0,9	0,9

1 COMMISSARI

Handwritten signatures and initials



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

C.F. e P.IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il sottoscrittoAntonella Bassi....., nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1321 del 14/10/2024 quale componente della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 per il Lotto n. della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, per la durata di 5 anni, con la presente:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023

DICHIARA

1) di non essere stato componente, nel biennio precedente all'indizione della procedura in oggetto, di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

2) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

e in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

3) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura, considerando che costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, nonché all'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 62/2013;

4) l'insussistenza a proprio carico delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. e delle situazioni previste dall'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 165/2001;

5) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice della gara sopra indicata;

6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e all'Autorità e ad astenersi dalla funzione;

7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Verona

14/11/2025

Firma



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

C.F. e P.IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il sottoscritto CITTO ROBERTO, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1321 del 14/10/2024 quale componente della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 per il Lotto n. 7 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, per la durata di 5 anni, con la presente:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023

DICHIARA

1) di non essere stato componente, nel biennio precedente all'indizione della procedura in oggetto, di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

2) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

e in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

3) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura, considerando che costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, nonché all'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 62/2013;

4) l'insussistenza a proprio carico delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. e delle situazioni previste dall'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 165/2001;

5) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice della gara sopra indicata;

6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e all'Autorità e ad astenersi dalla funzione;

7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Verona

14/11/2025

Firma



Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

C.F. e P.IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 36/2023

Il sottoscritto ADAMI ERAS, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1321 del 14/10/2024 quale componente della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 per il Lotto n. 7 della procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio con attrezzature in locazione e fornitura di reagenti e materiale di consumo, per la durata di 5 anni, con la presente:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto dell'art. 93, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023

DICHIARA

1) di non essere stato componente, nel biennio precedente all'indizione della procedura in oggetto, di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

2) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

e in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

3) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura, considerando che costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013, nonché all'art. 7 del medesimo d.P.R. n. 62/2013;

4) l'insussistenza a proprio carico delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c. e delle situazioni previste dall'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 165/2001;

5) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge n. 190/2012 ai fini della nomina a componente della Commissione giudicatrice della gara sopra indicata;

6) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione e all'Autorità e ad astenersi dalla funzione;

7) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Verona

14/11/25

Firma

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 803 DEL 24/06/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì 24/06/2026

Il Direttore
UOC Affari Generali

Firmato da: Maria Leoni
Ragione: Per Pubblicazione
Data 24-06-2026



TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: