

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

C.F. e P.IVA 02573090236

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Direttore: ing. Corrado Salfa

Verona, 24/09/2025

OGGETTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di esami di laboratorio – ID Sintel 204537182 – Documento di risposta ai chiarimenti n.4

Chiarimento – 207032338

Q88. LOTTO 1-5 i chiede conferma allo Spettabile Ente che "la produttività complessiva non inferiore a 600 test ora" (come indicato a pag.13 del capitolato tecnico) per il sistema per analisi d'immunometria relativo alla sede ospedaliera di Legnago, sia riferita alla produttività complessiva per le 3 unità analitiche ad accesso random completamente automatiche identiche tra loro, in grado di gestire indifferentemente routine ed urgenze, e garantire il back-up completo per tutte le metodiche relativa pagina 12 del capitolato tecnico.

R88. Si conferma

Chiarimento – 207034370

Q89. In merito all'Art. 18 "Consegna e confezionamento dei reagenti" (relativo a TUTTI i lotti di gara) e in particolare al paragrafo "Consignment stock" di pag.25 del Capitolato Speciale indicante che "L'Azienda Sanitaria potrà chiedere la gestione del flusso di approvvigionamento mediante in consignment stock (..)", in considerazione dell'ipoteticità della realizzazione, dell'indeterminatezza della richiesta, nonché del notevole aggravio di costi che potrebbero essere imputati nell'offerta economica, si chiede di confermare che tale richiesta verrà approfondita specificatamente lotto per lotto in una eventuale fase esecutiva.

R89. Si conferma

Chiarimento – Id 207582301

Q90. Si rileva che all'art.3 del Disciplinare di gara tra i CCNL di riferimento indicati è riportato il

CCNL V012 che è relativo al Contratto dei Dirigenti Industria e pertanto non è valutabile l'equivalenza rispetto al CCNL applicato dall'operatore economico. Si chiede di specificare se l'equivalenza è da dimostrare esclusivamente con riferimento agli altri due CCNL indicati (B011 e H024).

Q90. La eventuale dimostrazione di equivalenza va fatta rispetto al CCNL considerato di riferimento relativamente a quello dichiarato in sede di offerta.

Il R.U.P.
Ing. Corrado Salfa