

**U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica**

Direttore: ing. Corrado Salfa

Prot. n.33544 /2025

Verona, 25/02/2025

Spett.le Ditta

AULSS N. 9 - VERONA - INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI DUE SISTEMI PER BIOPSIA VUOTO ASSISTITA IN NOLEGGIO E ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE UU.OO.CC. DI RADIOLOGIA DI LEGNAGO E DI SAN BONIFACIO PER UN PERIODO DI MESI 24.

Con la presente si intende effettuare un'indagine di mercato al fine di acquisire dei preventivi tecnici ed economici, da operatori economici interessati a partecipare ad una **procedura biennale** di noleggio di **n. 2 sistemi per biopsia vuoto assistita**, in senologia, e acquisto del relativo materiale di consumo, per l'esecuzione di **n. 210 procedure complessive**, che presentino le medesime caratteristiche tecniche a quelle descritte nel presente avviso, richieste dalle UU.OO.CC. di Radiologia in oggetto.

L'indagine di mercato è finalizzata ad individuare l'operatore economico con il quale concludere l'affidamento diretto **ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**

Oggetto della fornitura:

La presente procedura ha per oggetto la fornitura in noleggio di n. 2 sistemi per biopsia vuoto assistita in senologia e del materiale di consumo per 24 mesi sotto elencato:

- n. 180 Kit da biopsia sotto guida stereotassica ed ecografica ;
- n. 30 Kit da biopsia sotto guida risonanza magnetica.

Caratteristiche della fornitura:

La fornitura in oggetto deve presentare le seguenti caratteristiche tecniche:

- **sistema per procedure di biopsia mammaria VAB con un'unica inserzione per prelievi multipli per la biopsia di lesioni della mammella incluse microcalcificazioni, masse, densità asimmetriche, distorsioni, lesioni multifocali, ecc...**
- **possibilità di infusione dell'anestetico a 360° nella cavità bioptica durante la procedura;**
- **possibilità di avere almeno due misure di cripte di campionamento;**
- **il sistema deve essere compatibile con le diverse modalità di imaging (stereotassi**

**U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica**

Direttore: ing. Corrado Salfa

- mammografica, guida tomosintesi, stereotassica, ecografica e risonanza magnetica);
- il sistema di prelievo deve essere costituito da unità centrale con comandi e indicatori, comando a pedale o sistemi analoghi, linea sotto vuoto e relativi kit di materiale monouso;
 - punta dell'ago molto tagliente, che consenta un accesso facile e preciso anche nelle mammelle più dense;
 - il sistema deve essere dotato almeno di aghi di calibro esterno variabile compreso tra 7 e 12 Gauge;
 - il marcatore amagnetico deve preferibilmente avere più forme disponibili ed essere facilmente individuabile sotto guida ecografica, RX e MR.

Si invita, pertanto, codesta Ditta, a presentare il proprio preventivo (unitamente alle schede tecniche relative agli articoli in oggetto), da ritenersi come migliore proposta economica, al fine di poter valutare con quale operatore andrà in seguito formulata la richiesta di offerta formale, finalizzata all'affidamento diretto di che trattasi, via mail ad entrambi i seguenti indirizzi PEC eproc.aulss9@pecveneto.it; protocollo.aulss9@pecveneto.it e p.c.a clara.ferrari@aulss9.veneto.it con riferimento al nr. di protocollo del presente avviso (da indicarsi nell'oggetto della pec), **entro il 12/03/2025** e considerando che l'importo che verrà posto a base d'asta è di **€ 85.000,00 oltre IVA**.

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera, ing. Corrado Salfa.

Si precisa infine che, trattandosi di una raccolta di preventivi, la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali interessati possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(ing. Corrado Salfa)Responsabile del procedimento: ing. Corrado Salfa
Tel. 045/8075709 – Fax 045/8075738
e-mail: dip.approvvigionamenti@aulss9.veneto.itReferente dell'istruttoria: Clara Ferrari
Tel. 045 8075746 Fax 045 8075738
e-mail: clara.ferrari@aulss9.veneto.it
orario: 8.00 – 13.30
PEC: eproc.aulss9@pecveneto.it