

**U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica****Direttore: ing. Corrado Salfa**

Prot. n. 64203

Verona, il 16 APRILE 2024

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO”  
DI UNA PET-CT E DI UN FRAZIONATORE PER L’U.O.C. DI RADIOTERAPIA  
DELL’OSPEDALE DI LEGNAGO – CIG B0D2884B1E - ID SINTEL 180751141****RISPOSTA AI CHIARIMENTI**

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti pervenuta si provvede a dare risposta come segue:

**Quesito 1**

In riferimento a quanto riportato all’Art. 3 del Disciplinare di Gara, si chiede di precisare se, fermo restando l’importo complessivo non superabile a base d’asta pari ad € 2.000.000,00 gli importi indicati in tabella ai punti 1,2,3 siano da intendersi singolarmente superabili, purché la loro somma non ecceda la base d’asta complessiva di cui sopra.

**Risposta**

Si rinvia al prospetto riportato all’articolo 3 del Disciplinare, confermando come indicato anche al punto 17. OFFERTA ECONOMICA del citato Disciplinare, con riferimento al contenuto dell’offerta dettagliata, che:

NON è superabile l’importo di euro 1.400.000,00 per fornitura delle apparecchiature e dei lavori

NON è superabile l’importo di euro 600.000,00 per il servizio di assistenza e manutenzione.

**Quesito 2**

Preso atto che - la presente procedura ha ad oggetto la “FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UNA PET-CT E DI UN FRAZIONATORE PER L’U.O.C. DI RADIOTERAPIA DELL’OSPEDALE DI LEGNAGO” e si rivolge e coinvolge necessariamente imprese che operano in mercati diversi: i produttori di apparecchiature medicali da un lato e gli esecutori di lavori pubblici dall’altro;

-i soggetti che hanno i requisiti per fornire le apparecchiature oggetto di gara non sono imprese di lavori e viceversa;

- l’importo totale dell’appalto è pari ad € 2.000.000,00 + I.V.A, e le opere di predisposizione dei locali non vengono espressamente qualificate come prestazioni che possono essere assunte:

da una o più mandanti di un ATI ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., oppure una o più imprese munite della necessaria qualificazione tramite subappalto qualificante così come non è stata riscontrata alcuna indicazione dei requisiti per la qualificazione dell’esecutore dei lavori medesimi.

Alla luce di quanto precede, chiediamo di voler confermare che siano ammesse le seguenti

pag. 1



possibilità:

- a) la partecipazione alla gara in ATI ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con una o più imprese;
- b) la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione compresi nell'oggetto della gara;
- c) esplicitare i requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione delle opere comprese nell'oggetto dell'appalto, le relative categorie SOA, nonché l'indicazione dell'attività prevalente e di quella scorporabile e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008;
- d) che i lavori edili ed impiantistici possono essere subappaltati in toto a impresa dotata dei necessari requisiti e che non è necessario procedere con avvalimento stante la natura "qualificante" del subappalto.

#### **Risposta**

Si conferma possibilità per lettera a) e b)

per lettera c): i requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione delle opere comprese nell'oggetto dell'appalto, dovranno essere definiti dai progettisti, compresa l'indicazione dell'attività prevalente e di quella scorporabile e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008.

per lettera d): si conferma possibilità.

#### **Quesito 3**

Con riferimento all'art. 14 rif. Cap. tecnico 3.2 dell'allegato 4 si chiede che il progetto di fattibilità tecnico economica, richiesto in sede di aggiudicazione, sia a carico della Stazione Appaltante così come previsto dall'art. 42 comma 1 e dall'art. 41 comma 12 D.Lgs. 36/23 e che quindi bisogna presentare solo il progetto esecutivo.

#### **Risposta**

All'art. 3.2 del CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI UNA PET-CT E DI UN FRAZIONATORE PER L'U.O.C. DI RADIOTERAPIA DELL'OSPEDALE DI LEGNAGO (Allegato 1A – del CAPITOLATO SPECIALE), si afferma che le attività di progettazione da parte del Fornitore, comprende anche la stesura del "Progetto di fattibilità tecnica ed economica" (come previsto dal Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023) e quindi non è a carico della Stazione Appaltante.

#### **Quesito 4**

Con riferimento all'art 16 pos. 12 della tabella del disciplinare di gara, ove viene chiesta la progettazione lavori ed il curriculum progettisti e imprese si chiede:

- a) se, nell'ipotesi di partecipazione in costituendo RTI o tramite subappalto qualificante con altra impresa assuntrice ed esecutrice dei lavori di predisposizione dei locali necessari all'installazione delle apparecchiature, sia sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'art. 44 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, nonché di confermare che in tal caso il progettista non dovrà necessariamente partecipare come ulteriore mandante del RTI
- b) di confermare che in caso di indicazione di più professionisti incaricati all'esecuzione del



progetto esecutivo e del CSP, questi non debbano partecipare in Raggruppamento temporaneo tra progettisti.

**Risposta**

per lettera a): è sufficiente la semplice indicazione del nominativo del progettista incaricato della realizzazione del progetto e di quello incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 44 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e si conferma che in tal caso il/i progettista/i non dovrà/dovranno necessariamente partecipare come ulteriore/i mandante/i del RTI

per lettera b): in caso di indicazione di più professionisti incaricati all'esecuzione del progetto esecutivo, del CSP e del CSE, non è necessario partecipare in Raggruppamento temporaneo tra progettisti.

**Quesito 5**

Relativamente alle attività di smontaggio non conservativo, rimozione e smaltimento delle apparecchiature da ritirare, considerato che la scrivente è iscritta al Registro Nazionale dei Produttori AEE in qualità di produttore ed ha aderito ad un sistema collettivo consortile che garantisce il ritiro dei RAEE in osservanza degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia (D. Lgs. 151/2005, D. Lgs 49/2014 – Attuazione delle direttive UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE), si chiede di confermare che le attività in parola, che saranno effettuate tramite il predetto sistema collettivo a cui la nostra Società ha aderito, non si configurino quali attività da affidare in subappalto.

**Risposta**

Per quanto enunciato si conferma.

**Quesito 6**

Con riferimento a quanto indicato nel DISCIPLINARE DI GARA art. 18.1, laddove nella tabella dei criteri di valutazione al punto 3 si specificano le BIOIMMAGINI delle quali si desidera valutare la qualità, si chiede di dettagliare con che modalità le stesse debbano essere fornite. Essendo la procedura in oggetto svolta su piattaforma telematica, non risulta infatti possibile caricare i files immagine all'interno di alcun specifico spazio nella Documentazione Tecnica, neppure frazionandolo nelle cartelle messe a disposizione dal portale a causa della maggiore dimensione dei files da caricare rispetto allo spazio massimo disponibile (100MB per cartella). Si chiede quindi di specificare su quale supporto debbano essere raccolte le bioimmagini e con che modalità debba avvenire la consegna.

**Risposta**

Per ovviare al problema della massima capacità di carico delle BIOIMMAGINI, il Concorrente dovrà caricare nella Documentazione Tecnica un file firmato digitalmente nominato "INFO\_IMMAGINI" contenente:

1. un link che dovrà rimanere attivo fino a diversa comunicazione da parte della Stazione Appaltante al quale quest'ultima potrà accedere per lo scarico del file immagine ISO del CD o DVD delle BIOIMMAGINI



2. l'HASH (crittografia SHA256) (o hash value) del file immagine ISO del CD o DVD delle BIOIMMAGINI
3. inoltre è richiesta ogni informazione utile a permettere alla commissione di gara di comprendere come sono state ottenute e generate le singole immagini (a titolo di esempio non esaustivo: attività somministrata e tempo di acquisizione totale, FOV, kV, mA e ms o mAs, tipologia di radiofarmaco, quantità somministrata in MBq, sede anatomica di somministrazione del radiofarmaco, durata acquisizione totale,...) e informazioni sul paziente da cui provengono le immagini (ad. es. tipo edondoprotesi anca/ginocchio..., altezza, peso, età, genere paziente, ...).

Si precisa inoltre che le BIOIMMAGINI dovranno essere salvate in formato DICOM e per una più facile individuazione ogni tipologia di esame/bioimmagine dovrà essere denominata secondo il seguente Codice identificativo

| Tipologia di esame   | Codice identificativo       |
|--|-----------------------------|
| TOTAL BODY CON 18F-FDG di pazienti con BMI $\leq$ 29   | BIOIMM3.1                   |
| TOTAL BODY CON 18F-FDG di pazienti con BMI $>$ 29  | BIOIMM3.2                   |
| TOTAL BODY CON 18F-FDG con sistema di correzione dei movimenti da respiro                    | BIOIMM3.3                   |
| TOTAL BODY CON 18F-FDG di pazienti portatori di protesi metalliche                           | BIOIMM3.4                   |
| ACQUISIZIONE CEREBRALE CON 18F-FDG finalizzata allo studio delle Demenze                     | BIOIMM3.6                   |
| Casi clinici che consentano la valutazione dei software di post-elaborazione offerti in gara | BIOIMM4.1 ....<br>BIOIMM4.n |

## NOTE su file immagine ISO

Per file immagine ISO ci si riferisce ad un formato di file digitale che replica un CD, DVD fisico. L'estensione file ISO non archivia solo file e cartelle, racchiude tutte le informazioni vitali del file system sulla struttura del disco. Queste informazioni archiviate nel file ISO possono essere "montate" e utilizzate sul computer senza un lettore CD, essere aperte per esplorare i contenuti o semplicemente masterizzate su un disco fisico. A differenza di molti altri formati di file, l'estensione file ISO non utilizza la compressione, in quanto è una copia digitale completa del disco originale.

## NOTE su HASH (crittografia SHA256)

Per HASH (crittografia SHA256) ci si riferisce a una tecnica matematica in grado di restituire, per un qualsiasi file (di qualsiasi dimensione) acquisito in input, una stringa di lunghezza di 64 caratteri, chiamata "hash value" con crittografia a 256 bit. L'hash value di un qualsiasi file è unico, ciò significa che se cambiasse anche un solo bit in un file, il suo *hash value* risulterebbe diverso. Tale proprietà permette in modo efficiente e sicuro di verificare l'originalità di un qualsiasi file, pertanto richiamando una funzione hash con uguale input, essa restituisce sempre lo stesso codice *hash value*.



\* \* \*

Si informa che per eventuali problemi di spazio per il caricamento della documentazione tecnica sulla piattaforma Sintel è disponibile l'aumento dello spazio fino a 200 MB **fino al giorno 30 aprile** nelle seguenti fasce orarie dalle 13:00 alle 15:00.

**Quesito 7**

Con riferimento a quanto indicato nel CAPITOLATO TECNICO art. 2.1 alla sezione “Accessori ulteriori da quotare come opzioni aggiuntive fuori dalla base d’asta”, come già segnalato in fase di consultazione di mercato, si chiede di specificare marca e modello del Couchtop universale per CT richiesto e si segnala che la caratteristica “adattabile a tutti i modelli CT” rende la richiesta indeterminata. Inoltre, si segnala che, in ogni caso, la compatibilità di tale oggetto non potrà essere garantita/certificata dalla scrivente, ma solo eventualmente dal produttore. Si chiede quindi di confermare che la compatibilità tra couchtop e sistema debba essere garantita dal produttore e non dal concorrente.

**Risposta**

Si prende atto e si concorda che la compatibilità tra couchtop e sistema debba essere garantita dal produttore e non dal concorrente. La scala utilizzata nella Radioterapia dell’Ospedale di Legnago è IEC61217.

**Quesito 8**

Con riferimento a quanto indicato nel CAPITOLATO TECNICO art. 2.1, laddove nella tabella delle caratteristiche tecniche minime al punto W4 è specificato “Preferenziale La presenza di HW e SW per acquisizione ed elaborazione di immagini cardiologiche gated PET/TC” si chiede conferma che tutti i dispositivi hardware e software sia per l’acquisizione che per l’elaborazione di studi PET cardiologici costituiscono caratteristica preferenziale, quindi non di minima. Come già segnalato in fase di consultazione di mercato, si chiede inoltre conferma che, la richiesta di HW e SW per l’acquisizione ed elaborazione di immagini cardiologiche CT sia da considerarsi un refuso. Infatti il segmento tecnico/clinico richiesto per il sottosistema CT, identificato dal requisito “16 strati per rotazione”, è considerato ad oggi inadeguato per l’esecuzione di esami cardio CT dedicati. In considerazioni di quanto sopra, si chiede altresì conferma che il punteggio discrezionale riferito alla caratteristica preferenziale o) di cui al punto 1.7 della tabella di cui all’art 18.1 del disciplinare di gara (o) W4 - Preferenziale La presenza di HW e SW per acquisizione ed elaborazione di immagini cardiologiche gated PET/TC) sarà assegnato anche in presenza di HW e SW per studi cardiologici della sola componente PET.

**Risposta**

Si conferma che tutti i dispositivi hardware e software sia per l’acquisizione che per l’elaborazione di studi PET cardiologici costituiscono caratteristica preferenziale.

Si concorda che la TC a 16 strati sia inadeguata per l’esecuzione di esami cardio-TC con mdc, ma la sincronia risulta necessaria per una corretta correzione dell’attenuazione per ogni fase del ciclo cardiaco.

Essendo il criterio 1.7 Discrezionale, la commissione di gara avrà la facoltà di graduare e valutare



quanto effettivamente offerto in toto o parzialmente come preferenziale.

**Quesito 9**

Con riferimento a quanto indicato nel CAPITOLATO TECNICO art. 2.1, laddove si specifica al punto S5 “Sistema completo dedicato al gating respiratorio PET-CT” e successivamente al punto G12 “Acquisizioni PET /CT gating respiratorio senza dispositivi esterni. Preferenziale il gating respiratorio deviceless” si chiede conferma che sia richiesta di minima una soluzione per il Gating Respiratorio sia per la modalità PET che per la modalità CT con device esterno e che la presenza di una soluzione deviceless costituisca titolo preferenziale solo per la modalità PET.

In considerazione di quanto sopra, si chiede altresì conferma che il punteggio discrezionale riferito alla caratteristica preferenziale l) di cui al punto 1.7 della tabella di cui all’art 18.1 del disciplinare di gara (l) G12- Preferenziale il gating respiratorio deviceless) sarà assegnato in presenza di “gating respiratorio deviceless” anche se per la sola modalità PET.

**Risposta**

Si conferma che la caratteristica tecnica minima dell’apparecchiatura preveda un sistema completo dedicato al gating respiratorio PET-TC per una corretta correzione dell’attenuazione per ogni fase del ciclo respiratorio.

Essendo il criterio 1.7 Discrezionale, la commissione di gara avrà la facoltà di graduare e valutare quanto effettivamente offerto in toto o parzialmente come preferenziale.

**Quesito 10**

Con riferimento a quanto indicato nel DISCIPLINARE DI GARA art. 18.1, laddove nella tabella dei criteri di valutazione al punto 2.6 si specificano le modalità di assegnazione del punteggio preferenziale relativo alla risoluzione temporale si chiede:

- a) Conferma che l’unità di misura ms (millisecondi) trattasi di refuso e che debba essere considerata corretta l’unità di misura ps (picosecondi) come indicato al punto 2.12 del questionario tecnico
- b) Di incrementare il valore SN MAX a 600 ps in considerazione del fatto che i valori SN MIN ed SN MAX dell’intervallo entro il quale viene calcolato il punteggio preferenziale sono tipici di sistemi con tecnologia SIPM, ovvero di sistemi diversi da quelli oggetto di gara. Tale richiesta ha lo scopo di consentire l’effettiva assegnazione del punteggio quantitativo riferito allo specifico criterio che altrimenti non potrebbe essere assegnato, circostanza che renderebbe antieconomica a prescindere l’inclusione dell’opzione TOF per il concorrente che ne dispone su sistemi con cristalli di LSO e PMTs convenzionali.

**Risposta**

- a) Si conferma che trattasi di refuso, l’unità di misura corretta è ps
- b) Si conferma che trattasi di errore materiale, il valore di SN MAX del criterio “Risoluzione temporale (ms)” (rif. 2.6) corretto è 600 ps



**Quesito 11**

Con riferimento a quanto indicato nel DISCIPLINARE DI GARA art. 18.1, laddove nella tabella dei criteri di valutazione ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 si specificano le modalità di assegnazione del punteggio preferenziale relativo a Risoluzioni, Sensibilità di sistema al centro (Kcps) e Peak Noise Equivalent count rate (Kcps), si chiede conferma che i valori oggetto di valutazione siano quelli riferiti alla specifica configurazione offerta, ovvero completa delle soluzioni tecnologiche incluse in base anche se considerate come opzioni preferenziali dal capitolato. Tale conferma è essenziale affinché sia determinato che l'attribuzione del punteggio è riferita al sistema comprensivo di tutte le soluzioni tecnologiche migliorative preferenziali che ne ottimizzano le prestazioni, incluse quindi quelle soluzioni opzionali preferenziali incluse quale miglioria nella configurazione di base proposta.

**Risposta**

Si conferma che oggetto di valutazione è ciò che viene offerto in fornitura, quanto offerto solo come opzionale, non compreso nella fornitura, non può essere oggetto di valutazione.

**Quesito 12**

Con riferimento a quanto indicato nel CAPITOLATO TECNICO art. 3.3, laddove si specificano gli oneri del fornitore relativi al ritiro dei rifiuti, si chiede conferma che la richiesta di ritiro e smaltimento delle eventuali parti radioattive trattasi di refuso. Il sistema oggetto di ritiro non è corredato di sorgenti radioattive e non presenta parti attivate. Oltremodo, considerando che l'ambito nel quale è richiesto di operare è la gestione del rifiuto RAEE, che non include i materiali radioattivi, tale richiesta non è applicabile. Si chiede quindi conferma che lo smaltimento degli eventuali rifiuti radioattivi e di tutte le parti smontate che risulteranno attivate sia escluso dalle prestazioni a carico del fornitore in quanto trattasi di refuso.

**Risposta**

Si conferma che trattasi di refuso.

**Quesito 13**

Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiederVi le planimetrie in formato dwg, allo scopo di predisporre adeguata documentazione relativa ai lavori.

**Risposta**

Vedasi planimetria allegato 1a-1b-1c-1d.

**Quesito 14**

Con riferimento a quanto indicato nel CAPITOLATO TECNICO art. 3.7.3.5. "Gas Medicali e Tecnici" laddove si cita a pag. 17 "E' a carico dell'affidatario lo smantellamento, rimozione e conferimento in discarica di quanto presente nelle aree oggetto di intervento al momento della consegna delle stesse." si chiede conferma che i locali di intervento verranno consegnati liberi da qualsivoglia materiale non riferibile all'apparecchiatura oggetto di smontaggio e sostituzione come previsto dall'Allegato II.14 art3 comma 8 lettera c) del D. Lgs 36/2023, secondo cui l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale dei locali è



tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

**Risposta**

Quanto presente nelle aree oggetto di intervento al momento della consegna delle stesse è riferito e riferibile all'attuale apparecchiatura e accessori presenti.

**Quesito 15**

Con riferimento a quanto previsto all'art. 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC del disciplinare ove è richiesto il pagamento del contributo ANAC, segnaliamo che allo stato il CIG non risulta perfezionato e che la piattaforma riporta il seguente messaggio di errore: "il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante". Ciò premesso, chiediamo pertanto di voler provvedere in tal senso così da consentire il pagamento in tempo utile del contributo.

**Risposta**

Da verifiche effettuate il CIG risulta pubblicato e visibile sulle piattaforme ANAC. Secondo quanto appurato risulta un comunicato ANAC del 26.01.2024 dal quale si desume un problema nelle modalità di pagamento tramite il sistema PagoPA ed una forma alternativa per eseguire il pagamento del contributo, da effettuarsi entro la scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

**Quesito 16**

Con riferimento all'allegato "D1\_GIUSTIFICAZIONI ALL'OFFERTA\_ULSS9\_D\_SINTEL" si chiede di confermare che la voce "costi della formazione" sia da intendersi riferita alla formazione del personale utilizzatore.

**Risposta**

Si conferma.

**Quesito 17**

Con riferimento al costo stimato della manodopera indicato da codesta Amministrazione, si chiede di confermare che i costi della manodopera stimati dall'operatore economico, pur rientrando nel più generale importo posto a base d'asta assoggettato a ribasso sono scorporati da tale importo, così come stabilito dall'art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 e che gli stessi possono differire dalla stima che codesta Amministrazione ha indicato nella disciplina di gara, pur nel rispetto dei minimi salariali retributivi di cui all'art. 41, comma 13 del medesimo Decreto.

**Risposta**

Si conferma, ma su richiesta dovrà darne espressa giustificazione.

**Quesito 18**

Si segnala che nel portale non è presente la casella ove apporre il flag della Dichiarazione di accettazione termini e condizioni, come richiesto nel disciplinare di gara all'art. 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA punto 1 della documentazione amministrativa. Si chiede pertanto se trattasi di un rifiuto.



**Risposta**

il flag richiesto al punto seguente della BUSTA AMMINISTRATIVA:

1. *Dichiarazione di accettazione termini e condizioni, mediante apposito “flag”, disponibile in Sintel. Si specifica che questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà, insieme a tutti i dati dell'offerta inserita, anche la dichiarazione in esame.*

E' da considerarsi un refuso in quanto dichiarazione già richiesta nella dichiarazione allegato B1 al Disciplinare di gara:

punto f) *“che ha preso esatta cognizione della natura dell'appalto, accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella richiesta di offerta (ovvero bando/invito, nel capitolato tecnico e speciale d'appalto/disciplinare) e eventuali intervenute successive rettifiche e chiarimenti, ritenendo remunerativa l'offerta economica presentata”*

**Quesito 19**

Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a presentarVi le seguenti richieste di chiarimento relativamente al documento denominato [Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento]:

- 1) Preliminarmente si chiede se riteniate il vostro modulo quale fac simile soggetto pertanto a valutazione e negoziazione con l'operatore economico aggiudicatario al fine di valutare e definire congiuntamente, in ottica collaborativa, le regole per il trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 nonché dal d. lgs. 196/2003;
- 2) Con specifico riguardo al contenuto del documento in questione, al fine di consentire lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (in particolare interventi di supporto tecnico avanzato da remoto erogato da centri di competenza facenti parte del medesimo Gruppo della scrivente,) si chiede se sia possibile prevedere il trattamento di dati personali da parte di Sub-responsabili del Trattamento ubicati in un Paese terzo (extra UE/SEE) individuati preventivamente nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di sub-responsabili impiegati, come consentito all'art. 28 comma 2 del Regolamento suddetto

**Risposta:****Punto 1)**

L'allegato B1 al disciplinare di gara prevede alla lettera oo) la dichiarazione

“di aver preso visione e di accettare il contenuto dell'atto di eventuale nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati Allegato F”.

Si precisa che l'Allegato F non è un fac-simile e non è soggetto a “valutazione e negoziazione”

**Punto 2)**

Si rinvia a quanto già disposto all'art. 10 dell'Atto di Nomina – Allegato F alla documentazione di gara.

**Quesito n. 20**

Disciplinare di gara.

Art. 3. “I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso” Con riferimento ai costi della



manodopera stimati da codesta Stazione Appaltante si chiede di confermare che possano essere stimati dall'operatore economico costi inferiori purchè siano rispettati i trattamenti salariali minimi previsti dal CCNL e il principio della remuneratività dell'offerta così come anche previsto all'art. 41 c. 14 del D.Lgs 36/2023 (Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale)

**Risposta:**

Si conferma, ma su richiesta, l'operatore economico, dovrà darne espressa giustificazione.

**Quesito 21**

Disciplinare di gara.

Art. 10. Garanzia Provvisoria Si chiede di confermare che l'importo a base d'asta considerato per il calcolo della fidejussione provvisoria è l'importo complessivo (A+B) pari a € 2.000.240,00

**Risposta:**

Si conferma.

**Quesito 22**

Si chiede di confermare che per l'eventuale documentazione tecnica in lingua inglese (fatta esclusione per quella già ammessa in lingua originale ovvero inglese), sia sufficiente la traduzione semplice.

**Risposta:**

Si rimanda a quanto indicato all'art. 13.1 del Disciplinare.

**Quesito 23**

Disciplinare di gara.

Art 15. Busta 1-Documentazione Amministrativa. Lett. 11) Impegno del garante al rinnovo della garanzia con le modalità di cui al punto 10 del disciplinare Si chiede di confermare che sia sufficiente presentare la fidejussione provvisoria di cui alla lettera 10) poichè la stessa contiene all' Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia la dicitura "Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purchè tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 106, comma 5, del Codice"

**Risposta:**

Si conferma.

**Quesito 24**

Capitolato Speciale.

Art. 13 Tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza



assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l'esistenza della polizza assicurativa stessa nonché delle clausole/vincoli assicurativi previsti nell'articolo succitato

**Risposta:**

Si conferma.

**Quesito 25**

Capitolato tecnico.

Art. 6 Aggiornamento tecnologico Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 120 del D.lgs. 36/2023, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell'offerta

**Risposta:**

Gli aggiornamenti compresi sono quelli mandatori da parte del fabbricante e quelli che si rendono necessari a seguito di avvisi di sicurezza e/o aggiornamento normativo per il mantenimento della sicurezza (anche nel campo informatico), del buon funzionamento e della conformità alle norme (rif. art. 6 e art. 3.9 Capitolato Tecnico).

Si conferma che non sono compresi altri aggiornamenti integrativi di nuove funzioni.

**Quesito 26**

Si chiede di fornire la planimetria del piano oggetto di intervento, con individuazione della cabina elettrica, possibilmente in formato dwg.

**Risposta:**

Vedasi planimetrie in dwg piano rialzato e piano seminterrato, in aggiunta PDF con attuali destinazioni d'uso dove si evidenzia posizione cabina MT/bt n° 2, allegato 2a\_2b\_2c.

**Quesito 27**

Si chiede di ridefinire l'area di intervento con quanto emerso in sede di sopralluogo specificando la collocazione del frazionatore.

**Risposta:**

L'area di principale collocazione è la sala denominata sul DWG "POST-INIETTORATO".

**Quesito 28**

Si chiede di chiarire se, a seguito dello smantellamento dell'attuale locale refertazione, la predisposizione delle postazioni di lavoro (prese elettriche e delle prese dati) nel nuovo locale "studio medico" individuato e mostrato in sede di sopralluogo, sia a carico dell'Aggiudicatario o



della Stazione Appaltante.

**Risposta:**

A carico della Stazione Appaltante.

**Quesito 29**

Per procedere con la verifica proteximetrica, si chiede di: o indicare eventuali prescrizioni di minima da parte dall'Esperto di Radioprotezione dell'ULSS 9 SCALIGERA; o indicare le protezioni anti-x esistenti (parete e relativa altezza, serramenti, pavimento e soffitto) nella sala esami; o fornire il fattore di occupazione dei locali confinanti (compresi quelli sovrastanti e sottostanti); o specificare la composizione delle pareti e dei solai inferiore e superiore della sala esami.

**Risposta:**

Vedasi planimetria in PDF allegata (allegato 3) , relativa al rilievo protezioni in Pb. I valori sono evidenziati sulle varie pareti mentre l'altezza è su tutte di 2,2 m.; non risulta protezione a soffitto e/o a pavimento. I solai, dalla sezione nei disegni costruttivi che abbiamo, sono con lastre in PREDALLES è l'altezza della loro travatura è di 24 cm con l'interposizione di elementi di alleggerimento in polistirolo espanso.

**Quesito 30**

Si chiede di confermare che gli oneri tecnici per Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione siano a carico della Stazione Appaltante.

**Risposta:**

Gli oneri tecnici per Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione non sono a carico della Stazione Appaltante. E' onere dell'appaltatore provvedere a designare il Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 90 D.Lgs. 81/2008 e smi) come specificato al paragrafo 3.2 dell'allegato 1A del Capitolato Speciale.

**Quesito 31**

Si chiede di confermare che il "Servizio di Assistenza e Manutenzione Full-Risk per anni 5" sia da intendersi per le sole apparecchiature e non per opere edili ed impianti.

**Risposta:**

Si conferma.

**Quesito 32**

Si chiede di confermare che l'onere dell'ottenimento delle eventuali autorizzazioni agli Enti preposti resti in capo all'amministrazione.

**Risposta:**

Si conferma.

**Quesito 33**

Si chiede di fornire lo schema del quadro generale di bassa tensione ed indicare il valore della corrente di cortocircuito presunta trifase sul quadro.

**Risposta:**

Si allega file in PDF – allegato 4.

**Quesito 34**

Si chiede di confermare che nella sezione privilegiata del quadro generale di bassa tensione sono attualmente disponibili e quindi utilizzabili alcuni slot nella carpenteria esistente per l'installazione di nuovi interruttori scatolati con corrente nominale 160/250A da collegare alle basi già predisposte; in tal caso, confermare anche se al carico del fornitore è prevista la fornitura di tali interruttori oppure se tale attività resterà in carico alla Stazione Appaltante.

**Risposta:**

Si conferma che nella sezione privilegiata del quadro generale di bassa tensione sono attualmente disponibili e quindi utilizzabili alcuni slot nella carpenteria esistente per l'installazione di nuovi interruttori scatolati con corrente nominale 160/250A da collegare alle basi già predisposte; si conferma che è a carico del fornitore la fornitura di tali interruttori.

**Quesito 35**

Si chiede di fornire lo schema a blocchi dell'impianto di energia a partire dal quadro generale di bassa tensione

**Risposta:**

Si allega file in PDF, allegato 5.

**Quesito 36**

Si chiede di fornire lo schema del quadro elettrico di zona presente nel corridoio e denominato "QD.LE.E 0.28" ed indicare il valore della corrente di cortocircuito presunta trifase sul quadro.

**Risposta:**

Si allega file in DWG – allegato 6.

**Quesito 37**

Si chiede di confermare che la classificazione della nuova sala esami dovrà essere locale ad uso medico di "gruppo 1" ai sensi della norma CEI 64-8/7 sez. 710.

**Risposta:**

Si conferma.

**Quesito 38**

Si chiede di confermare che, relativamente all'impianto di illuminazione di emergenza, seppur presenti lampade di emergenza autonome dotate di tecnologia con controllo centralizzato (Schneider Dardo), non esiste allo stato attuale un controllo centralizzato dello stato delle lampade per mezzo di una centrale dedicata.

**Risposta:**

Si conferma che non esiste allo stato attuale un controllo centralizzato dello stato delle lampade per mezzo di una centrale dedicata.

**Quesito 39**

Si chiede di confermare che, relativamente all'impianto di rivelazione automatica fumi, il loop di zona attualmente presente all'interno dell'area di intervento sia ampliabile; si chiede inoltre di specificare marca e modello della centrale esistente e se esiste un sistema di supervisione dedicato con mappatura grafica.

**Risposta:**

Si conferma che il loop di zona attualmente presente all'interno dell'area di intervento è ampliabile. La marca della Centrale esistente è NOTIFIER e il modello AM6000.

**Quesito 40**

Si chiede di confermare che, relativamente all'impianto di trasmissione dati, la categoria dell'impianto esistente è una categoria 6 e che sono a carico del fornitore la sola parte passiva con collegamento dei nuovi punti di rete all'armadio dati di zona presente in prossimità dell'area di intervento.

**Risposta:**

Il cablaggio di rete dati nei locali della Radiologia di Legnago è tutto in CATEGORIA 6.

Si conferma che sono a carico del fornitore la sola parte passiva con collegamento dei nuovi punti di rete all'armadio dati di zona presente in prossimità dell'area di intervento.

**Quesito 41**

Si chiede di fornire gli elaborati as-built relativi all'impianto di distribuzione aria a servizio dei locali oggetto di intervento, con indicazione delle portate aria attualmente garantite.

**Risposta:**

Si allegano file in PDF – Allegato 7a-7b-7c.

**Quesito 42**

Si chiede di confermare che le attuali portate aria risultano idonee a garantire i corretti vol/h all'interno dei locali e che non risulti necessario prevedere integrazioni all'attuale impianto aeraulico centralizzato, ad esclusione della redistribuzione dei terminali all'interno del perimetro dei locali oggetto di intervento.

**Risposta:**

Non è possibile confermare quanto chiesto perché tali portate sono da ridefinire considerando ad esempio la dissipazione termica della nuova PET TAC e tale verifica sarà strettamente legata al progetto esecutivo. Quelle attuali sono idonee per la situazione attuale.

**Quesito 43**

Si chiede di confermare che le tipologie di gas medicali da prevedere nel locale sala esami siano per





prese di vuoto, ossigeno ed aria compressa

**Risposta:**

Si conferma che le tipologie di gas medicali da prevedere nel locale sala esami siano per prese di vuoto, ossigeno ed aria compressa, tipo UNI e posizionate sulla parete lato testa del paziente. Esiste già un gruppo prese (vuoto, ossigeno e aria compressa medicale) eventualmente da riposizionare.

**Quesito 44**

Si chiede di indicare il numero di gruppi prese da prevedere nel locale sala esami

**Risposta:**

Si consideri un gruppo prese FM da 3 schuko universali per ogni parete.

**Quesito 45**

Si chiede di confermare che sono attualmente presenti cassette del tipo VAV per regolare le portate aria degli ambienti

**Risposta:**

Si conferma la presenza di cassette del tipo VAV per regolare le portate aria degli ambienti.

**Quesito 46**

Si chiede di confermare che non è presente una rete di acqua refrigerata annuale che possa garantire la continuità, anche nel periodo estivo, per l'alimentazione di terminali idronici per controllare il carico termico negli ambienti oggetto di intervento

**Risposta:**

Si conferma che non è presente una rete di acqua refrigerata annuale che possa garantire la continuità, anche nel periodo estivo, per l'alimentazione di terminali idronici per controllare il carico termico negli ambienti oggetto di intervento.

**Quesito 47**

Si chiede di indicare gli spazi per eventuale installazione di unità motocondensanti esterne impianto split

**Risposta:**

Si allega file in PDF – allegato 8.

**Quesito 48**

Con riferimento al Capitolato Tecnico a pag.17 articolo 3.7.3.5. “Gas medicali e tecnici”, ed in particolare al seguente capoverso: “E’ a carico dell’affidatario lo smantellamento, rimozione e conferimento in discarica di quanto presente nelle aree oggetto di intervento al momento della consegna delle stesse.”, avendo verificato in fase di sopralluogo che una delle due stanze oggetto di intervento attualmente ospita alcune postazioni di refertazione, si chiede di indicare se tali postazioni dovranno essere oggetto di rimozione o se le stesse verranno da Voi trasferite altrove prima della consegna dei locali all’affidatario della fornitura.

**Risposta:**



I luoghi verranno consegnati liberi da beni o attrezzature di interesse dell'ULSS, salvo quanto funzionale all'apparecchiatura da dismettere.

**Quesito 49**

Con riferimento al Capitolato Tecnico a pag. 3 articolo 2.1 punto G10 Sistema di videosorveglianza del paziente costituito da telecamera e software per la visualizzazione si chiede conferma, a seguito delle verifiche fatte in fase di sopralluogo, che il sistema richiesto debba comprendere n.2 telecamere in sala esame, posizionate alla testa e ai piedi del paziente, complete di monitor in consolle.

**Risposta:**

Si conferma quanto richiesto per la video sorveglianza del paziente. Il numero di telecamere deve essere idoneo ad assicurare la completa sorveglianza del paziente (in particolare per escludere movimenti durante l'acquisizione, per controllo di pazienti sedati/intubati/non collaboranti).

Si precisa che il segnale video di sorveglianza deve essere visualizzato in modo indipendente.

**Quesito 50**

Con riferimento all'allegato 1A - Capitolato Tecnico,

Art. 2.1 Caratteristiche minime generali, Punto F Frazionatore

DOMANDA: Si richiede di confermare che il Frazionatore in oggetto deve necessariamente essere di tipologia portatile.

**Risposta:**

Si conferma essendo richiesto un frazionatore con funzione anche di iniettore.

**Quesito 51**

Con riferimento all'allegato 1A - Capitolato Tecnico,

Art. 2.1 Caratteristiche minime generali, Punto F) Frazionatore, Punto F7) Accuratezza nel calcolo della dose: non superiore a  $\pm 3\%$

Domanda: Al fine di consentire la partecipazione della Ditta Scrivente, si prega di modificare il parametro F7) sopracitato a  $\pm 5\%$ .

**Risposta:**

L'indicazione dell'accuratezza del calcolo della dose a  $\pm 3\%$  è un'indicazione riportata nella Tabella "Caratteristiche tecniche minime" dell'art. 2.1 del Capitolato tecnico finalizzata a caratterizzare qualitativamente l'offerta e non individua parametri atti a determinare un'eventuale esclusione della stessa.

**Quesito 52**

Con riferimento all'allegato 1A - Capitolato Tecnico, Art. 2.1 Caratteristiche minime generali, Punto F) Frazionatore, Punto F2) Frazionamento e somministrazione di radiofarmaci per terapia radiometabolica.

Domanda: Al fine di consentire la partecipazione della Ditta Scrivente, si prega di togliere la caratteristica di minima F2) sopracitata

**Risposta:**

Si conferma il mantenimento della caratteristica di minima F2, in quanto funzione necessaria al reparto per la somministrazione di radiofarmaci quali ad es. quelli marcati con 177Lu.

**Quesito 53**

Con riferimento al Disciplinare di Gara, Art. 3 oggetto dell'appalto importo e suddivisione in lotti, punto 3) Servizio di assistenza e manutenzione quinquennale post garanzia

Domanda: Con riferimento al punto 3) Servizio di assistenza e manutenzione quinquennale post garanzia, importo in euro € 600.000 IVA esclusa, si prega di confermare che tale importo non comprende:

- Servizio di assistenza e manutenzione post-garanzia del frazionatore di radiofarmaci. - La manutenzione post-garanzia delle opere e degli impianti realizzati.

**Risposta:**

L'importo messo a base d'asta è per il Servizio di assistenza e manutenzione quinquennale post garanzia delle apparecchiature, software ed accessori forniti, compreso il frazionatore, non comprende le opere e gli impianti realizzati.

**Quesito 54**

Con riferimento al Disciplinare di Gara, Art. 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, punto 3 Criterio di qualità delle Bioimmagini

Domanda: Si prega di confermare che non è necessario allegare all'Offerta Tecnica di gara un supporto DVD con le Bioimmagini richieste al punto sopracitato. Bensì, si prega di confermare che le bioimmagini in oggetto dovranno essere presentate esclusivamente sulla Workstation in sede di Live-Demo alla commissione tecnica giudicatrice presso il Vs. Spett.le Ente.

**Risposta:**

Si veda la risposta al Quesito n. 6

**Quesito 55**

Con riferimento all'allegato 1A - Capitolato Tecnico, Art. 3.9 Garanzia ed assistenza tecnica full-risk, ed in particolare ai seguenti punti:

- 3FR) Tempo massimo di risoluzione garantito dall'inizio dell'intervento per guasto bloccante = 8 ore lavorative (estendibili a 16 in caso sia necessaria la sostituzione di un pezzo di ricambio).

- 6FR) Fornitura di apparecchi sostitutivi (laddove applicabile in particolare per il frazionatore) 16 ore lavorative dalla chiamata per guasto bloccante, 24 ore lavorative dalla chiamata per non guasto bloccante.

- 11FR) Assistenza remota con controllo diretto sulla macchina h24.

**Domanda 1:** In considerazione della tipologia di apparecchiatura in oggetto, al contesto operativo della stessa e le condizioni di contorno della procedura in oggetto, si prega di confermare che il punto 6FR) è un refuso, non applicabile alla presente gara, e pertanto da intendersi eliminato e non richiesto all'Operatore Economico.

**Risposta:**



Si rettifica per mero errore materiale, il punto 6FR riportato all'art. 3.9 del Capitolato tecnico come segue:

“6FR) Fornitura di apparecchi sostitutivi (laddove applicabile in particolare per il frazionatore) 5 giorni lavorativi dalla chiamata per guasto bloccante”

Si precisa che la dicitura “laddove applicabile” esclude dal presente punto ogni componente fisso (non mobile) del sistema PET-CT.

**Domanda 2:** Con riferimento alle considerazioni di cui sopra, si richiede di modificare il punto 3FR) come segue: Tempo massimo di risoluzione garantito dall'inizio dell'intervento per guasto bloccante = 16 ore lavorative (estendibili a 24 in caso sia necessaria la sostituzione di un pezzo di ricambio).

**Risposta:**

Si conferma quanto indicato nel capitolato

**Domanda 3:** Con riferimento alle considerazioni di cui sopra, si richiede di modificare il punto 11FR) come segue: Assistenza remota con controllo diretto sulla macchina dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 18:00, festivi e prefestivi esclusi.

**Risposta:**

Si conferma quanto indicato nel capitolato.

Si precisa che l'assistenza remota con controllo diretto (telemonitoraggio) può essere svolta anche con sistemi automatici.

### **Quesito 56**

Con riferimento all'allegato 1A - Capitolato Tecnico, Art 3.3. Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ed in particolare modo alla Gamma Camera da smaltire

Domanda: Si prega di confermare che viene richiesto esclusivamente lo smaltimento come rifiuto speciale RAEE e non come rifiuto radioattivo.

**Risposta:**

Si conferma.

### **Quesito 57**

Con riferimento all'allegato 1A - Capitolato Tecnico, Art. 3.7 Lavori di adeguamento dei locali: al fine di poter procedere con il dimensionamento tecnico ed economico del progetto, siamo a richiedere le seguenti informazioni:

- Spessori delle piombature esistenti a parete soffitto e solaio.
- Report delle portate d'aria attualmente presenti nelle n.2 stanze oggetto d'intervento.
- Planimetria in formato dwg dei locali.

Indicazioni di quali locali sono presenti sopra e sotto la futura sala esami.

- Conferma della disponibilità di acqua refrigerata per 365 giorni/anno per spillamento fancoil solo freddo.

- Conferma della distanza di 80 ml che intercorre tra la cabina e l'area d'intervento con presenza di



idonei cavidotti esistenti per il passaggio della nuova linea di alimentazione.

**Risposta:**

*Spessori delle piombature esistenti a parete soffitto e solaio.*

Si veda nelle risposte ai chiarimenti nr. 29

*Report delle portate d'aria attualmente presenti nelle n.2 stanze oggetto d'intervento.*

Si veda nelle risposte ai chiarimenti nr. 41

*Planimetria in formato dwg dei locali - Indicazioni di quali locali sono presenti sopra e sotto la futura sala esami.*

Si veda nelle risposte ai chiarimenti 13 e 26 (file DWG P Semint (1) e Pn Terra\_Legnago (1))

*Conferma della disponibilità di acqua refrigerata per 365 giorni/anno per spillamento fancoil solo freddo.*

Si veda nelle risposte ai chiarimenti n. 46

*Conferma della distanza di 80 ml che intercorre tra la cabina e l'area d'intervento con presenza di idonei cavidotti esistenti per il passaggio della nuova linea di alimentazione.*

Si conferma la distanza di 80 ml che intercorre tra la cabina e l'area d'intervento con presenza di idonei cavidotti esistenti per il passaggio della nuova linea di alimentazione.

**Quesito 58**

Con riferimento all'Allegato G\_Questionario tecnico, Punto E1 Workstation di post-elaborazione - N.2 (due) stazioni di lavoro basati su sistema client-server

Domanda: Si prega di confermare la possibilità di poter fornire n.2 Workstation stand-alone di prestazioni equivalenti, anziché la soluzione client-server richiesta.

**Risposta:**

Nel caso deve essere garantito il principio di equivalenza che dovrà essere espressamente dimostrato e valutato dalla Commissione.

**Quesito 59**

In relazione al Criterio 3 Qualità bioimmagini della tabella "Criteri di valutazione" del disciplinare, si osserva che la piattaforma Sintel da voi utilizzata non consente il caricamento di file di dimensione commisurata alla dimensione delle Bioimmagini richieste. Si chiede di specificare le modalità di upload delle stesse, ovvero le modalità di consegna di eventuali supporti hardware (CD,DVD non riscrivibili)

**Risposta:**

Si veda la risposta al Quesito 6.

**Quesito 60**

In relazione al Criterio 3 Qualità bioimmagini della tabella "Criteri di valutazione" del disciplinare, al fine di consentire alla commissione giudicatrice di disporre di tutti gli elementi necessari ad una equa valutazione, si chiede di fornire una tabella di set informativo dove inserire i parametri di acquisizione PET come ad esempio attività somministrata e durata totale dell'esame PET.



## Risposta:

Si veda chiarimento quesito 6, le informazioni richieste possono esser rappresentate in tabelle del tipo:

| Codice identificativo       | Parametro A | Parametro B | Parametro C | Parametro D | Parametro ... |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| BIOIMM3.1                   |             |             |             |             |               |
| BIOIMM3.2                   |             |             |             |             |               |
| BIOIMM3.3                   |             |             |             |             |               |
| BIOIMM3.4                   |             |             |             |             |               |
| BIOIMM3.6                   |             |             |             |             |               |
| BIOIMM4.1 ....<br>BIOIMM4.n |             |             |             |             |               |

## Quesito 61

In relazione al Criterio 3 Qualità bioimmagini e al Criterio 4 Software di post-elaborazione della tabella “Criteri di valutazione” si chiede di specificare se per la visualizzazione delle bioimmagini e la valutazione dei software di post-elaborazione si rende necessario mettere a disposizione debito supporto hardware con presenza di un tecnico incaricato dal concorrente.

## Risposta

Non è richiesto supporto hardware con presenza di un tecnico.

## Quesito 62

Si chiede di confermare che, per ottenere il punteggio Qualità stabilito in lex specialis, non sia necessario, per le prestazioni che il concorrente dovesse offrire in subappalto o in subfornitura, procedere anche con un contratto di avvalimento premiale ex art. 104, comma 12, del nuovo codice appalti. Infatti, già con il subappalto o con la subfornitura il concorrente stipula dei contratti con cui il soggetto terzo mette a sua disposizione, dietro corrispettivo, tutta l'organizzazione necessaria per l'esecuzione della prestazione – organizzazione che, quindi, entra da subito a far parte dell'offerta dell'impresa partecipante, senza necessità di stipulare anche un avvalimento premiale, il quale sarebbe del tutto sovrabbondante.

## Risposta:

Quesito non pertinente – vedasi risposta punto 2

## Quesito 63

Vista la necessità di ricevere riscontro alle richieste di chiarimenti inviate, sostanziali per la corretta elaborazione di un progetto offerta che risponda al meglio alle vostre aspettative, chiediamo cortesemente di voler concedere una proroga di almeno 15 gg. al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Di conseguenza, si chiede di prorogare anche i termini per la richiesta dei chiarimenti.

## Quesito 64

Si richiede cortesemente una proroga per la presentazione delle offerte di almeno 2 (due) settimane, in quanto gli attuali termini sono troppo stretti in considerazione della complessità del progetto.



**Quesito 65**

Con riferimento alla procedura in oggetto, non avendo ricevuto le risposte ai chiarimenti formulati tempestivamente da parte della scrivente, necessari ai fini della predisposizione della documentazione di gara, siamo a chiedere di voler fornire sollecitamente le informazioni già richieste con le summenzionate istanze e di concedere una proroga dei termini di scadenza almeno pari a 15 gg. In particolare risulta tutt'ora mancante la documentazione in formato dwg essenziale per la stima dei lavori edili, strutturali ed impiantistici propedeutici all'installazione dell'apparecchiatura di cui è richiesta nel disciplinare una dettagliata descrizione. Inoltre si segnala che i dubbi insorti sulla modalità di assegnazione dei punteggi tecnici impattano in modo determinante sulla definizione della configurazione offerta ovvero sulla predisposizione della proposta tecnico economica più adeguata alle esigenze della SA. Infine la mancanza di informazioni circa le modalità di consegna delle bioimmagini oggetto di valutazione rende ad oggi non pianificabile il tempo necessario per la loro raccolta e la loro eventuale spedizione.

**Risposta:** Si confermano i termini di presentazione delle offerte.

Distinti saluti.

Il R.U.P.  
Dott. Corrado Andriani  
firmato digitalmente

Allegate planimetrie:  
Chiar\_13\_allegato 1a-1b-1c-1d  
Chiar\_26\_allegato 2a-2b-2c  
Chiar\_29\_allegato 3  
Chiar\_33\_allegato 4  
Chiar\_35\_allegato 5  
Chiar\_36\_allegato 6  
Chiar\_41\_allegato 7a-7b-7c  
Chiar\_47\_allegato 8